

Skyblue法 記入チャート

城北病院 坂本茂夫

イニシャル	Skyblue法を施行した病院名	1 男 2 女	1 脳梗塞 2 脳出血 3 アルツハイマー 4 パーキンソン 5 結核 6 癌 7 経口摂取不良 8 その他	Sky blue法	1 バルーン→バルーン 2 バルーン→バンパー 3 バンパー→バンパー 4 バンパー→バルーン	1 あり 2 なし 3 不明	1 初回 2 2回目以降	1 Nutrex-S 2 ideal Button 3 Gastro-Button 4 Kangaroo Button II 5 Bard NBR 6 One step Button 7 その他	1 16Fr 2 18Fr 3 20Fr 4 24Fr 5 その他	1 ideal Button 2 Gastro-Button 3 Kangaroo Button 4 その他	1 16Fr 2 18Fr 3 20Fr 4 24Fr 5 その他
-------	------------------	------------	---	-----------	--	----------------------	-----------------	---	---	---	---

	氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1	KT	1184181	城北病院	89	2	3	2008/9/11	3	2007/12/25	1		1	7	3	4	3
2	YM	11916	城北病院	39	2	8	2008/9/25	3	2004/7/15	1	2007/10/25	2	3	3	3	3
3	YU	712884	城北病院	74	1	1	2008/11/11	3	2005/6/30	1	2006/12/18	2	7	3	4	3
4	HK	913260	城北病院	88	2	4	2008/11/18	3	2005/10/18	1	2008/4/1	2	7	3	4	3
5	KS	1249622	城北病院	93	1	1	2008/11/21	2	2008/4/	3		2	7	3	2	2
6	TI	1041177	城北病院	82	1	1	2008/12/4	3	2005/10/17	1	2007/7/12	2	7	3	4	3
7	YO	52540	城北病院	82	1	4	2008/12/16	3	2005/3/17	1	2007/10/11	2	7	3	4	3
8	SA	1183401	城北病院	55	1	2	2009/2/12	3	2007/11/16	3		1	5	3	4	3

1 あり 2 なし	1 1分以内 2 1~5分 3 5分以上	1 A(+), B(+) 2 A(+), B(-) 3 A(-), B(+) 4 A(-), B(-)	1 胃内留置 2 胃外留置	1 胃内留置 2 胃外留置	1 合致 2 合致せず
--------------	----------------------------	--	------------------	------------------	----------------

A(+) 吸引量10ml以上
A(-) 吸引量10ml以下

B(+) 自然排液あり
B(-) 自然排液なし

PEG

1 ガストロボタン 2 NBR 3 Nutrex-S 4 ideal Button 5 カンガルーボタンII 6 One step Button 7 その他	1 20Fr 2 24Fr 3 18Fr 4 16Fr 5 14Fr 6 その他
--	---

医師

	A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養瘻キット名	初回栄養瘻サイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1	30	1	1	1	1	1	1		7	1	坂本 茂夫	11	
2	0	2	1	4	2	1	2		7	1	坂本 茂夫	11	
3	40	1	1	1	1	1	1		7	1	坂本 茂夫	11	
4	57	1	1	1	1	1	1		7	1	坂本 茂夫	11	
5	0	2	1	4	2	1	2		7	1	坂本 茂夫	11	他院で胃瘻造設しており、正確な日、製品名不明
6	75	1	2	1	1	1	1		7	1	坂本 茂夫	11	
7	90	1	1	1	1	1	1		7	1	坂本 茂夫	11	
8	110	1	1	1	1	1	1		2	1	坂本 茂夫	11	

Skyblue法 記入チャート

イニシャル Skyblue法を施行した病院名 1 男 1 脳梗塞 1 バルーン→バルーン 1 あり 1 初回 1 Nutrex-S 1 16Fr 1 ideal Button 1 16Fr
 2 女 2 脳出血 2 バルーン→バンパー 2 なし 2 2回目以降 2 ideal Button 2 18Fr 2 Gastro-Button 2 18Fr
 3 アルツハイマー 3 バンパー→バンパー 3 不明 3 Gastro-Button 3 20Fr 3 Kangaroo Button 3 20Fr
 4 パーキンソン 4 バンパー→バルーン 4 Kangaroo Button II 4 24Fr 4 その他 4 24Fr
 5 結核 Sky blue法 5 Bard NBR 5 その他 5 その他 5 その他
 6 癌 6 One step Button 7 その他
 7 経口摂取不良
 8 その他

	氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1	NH	78423	松江生協病院	77	2	4	2008/7/4	3	2007/10/4	1 (2点)	なし	1	4	3	3	3
2	MS	133088	松江生協病院	88	2	2	2008/7/12	3	2007/8/9	1 (3点)	2008/1/25	2	4	3	3	3
3	TH	115835	松江生協病院	79	1	4	2008/7/14	3	2007/10/11	1 (2点)	なし	1	4	3	3	3
4	SS	25930	松江生協病院	84	2	1	2008/7/25	4	2007/5/7	1 (4点)	2007/11/9	2	5	3	4	3
5	TM	110070	松江生協病院	92	2	3	2008/9/5	3	2008/2/28	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
6	OA	1568	松江生協病院	69	1	2	2008/9/26	3	2007/9/20	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
7	SI	144591	松江生協病院	73	2	3	2008/9/26	4	2008/3/5	1 (2点)	なし	1	2	4	4	3
8	NS	39202	松江生協病院	87	2	2	2008/9/26	3	2008/3/10	1 (4点)	なし	1	4	3	4	3
9	SM	152377	松江生協病院	60	1	8	2008/10/6	4	2007/7/23	1 (3点)	なし	1	4	3	4	3
10	SK	122072	松江生協病院	97	1	1	2008/10/10	3	2008/3/24	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
11	NH	48544	松江生協病院	75	1	7	2008/10/10	3	2008/4/17	1 (4点)	なし	1	4	3	4	3
12	KI	34306	松江生協病院	90	2	1	2008/11/28	3	2008/4/14	1 (3点)	なし	1	4	3	3	3
13	FT	154211	松江生協病院	83	2	6	2008/11/28	3	2008/4/28	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
14	SK	99995	松江生協病院	101	2	7	2008/11/28	3	2008/7/10	1 (4点)	なし	1	4	3	1	4
15	NM	160750	松江生協病院	80	2	8	2008/12/22	3	2008/4/28	1 (3点)	なし	1	4	3	4	3
16	IK	79963	松江生協病院	64	1	1	2008/12/29	3	2007/4/12	1 (4点)	2007/12/14	2	4	3	3	3
17	IT	37885	松江生協病院	98	2	1	2009/1/16	3	2008/5/19	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
18	NF	121495	松江生協病院	77	2	1	2009/1/23	3	2008/5/12	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3
19	KH	72661	松江生協病院	94	2	1	2009/1/30	4	2008/6/2	1 (4点)	なし	1	4	3	4	3
20	KN	147199	松江生協病院	82	2	4	2009/1/30	3	2008/6/23	1 (4点)	なし	1	4	3	3	3

1 あり 1 1分以内 1 A(+), B(+)
 2 なし 2 1~5分 2 A(+), B(-)
 3 5分以上 3 A(-), B(+)
 4 A(-), B(-)
 A(+): 吸引量10ml以上
 A(-): 吸引量10ml以下
 B(+): 自然排液あり
 B(-): 自然排液なし

PEG

1 ガストロボタン 1 20Fr
 2 NBR 2 24Fr
 3 Nutrex-S 3 18Fr
 4 ideal Button 4 16Fr
 5 カンガルーボタンII 5 14Fr
 6 One step Button 6 その他
 7 その他

医師

	A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養キット名	初回栄養キットサイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1	33	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
2	23	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
3	50	1	3	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
4	80	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	パワードMICシングルキットへ変更
5	70	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
6	45	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
7	65	1	2	1	1	1	1	5	4	2	大西 浩二	15	PEGは他院施行。パワードMICシングルキットへ変更
8	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	内視鏡で食道へのインジゴカルミン液逆流を確認。クニーバンパーチューブ型へ変更
9	80	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	化膿性髄膜炎の後遺症。パワードMICシングルキットへ変更
10	45	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	内視鏡で食道へのインジゴカルミン液逆流を確認
11	40	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	うつ。てんかんなどにて精神科長期入院中。クニーバンパーチューブ型へ変更
12	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
13	75	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
14	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
15	20	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
16	95	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
17	75	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
18	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
19	50	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	
20	55	1	2	1	1	1	1	5	1	1	大西 浩二	15	

Skyblue法 記入チャート

市立吉永病院 梶谷伸顕

イニシャル

Skyblue法を施行した病院名

1 男
2 女

1 脳梗塞
2 脳出血
3 アルツハイマー
4 パーキンソン
5 結核
6 癌
7 経口摂取不良
8 その他

Sky blue法

1 バルーン→バルーン
2 バルーン→バンパー
3 バンパー→バンパー
4 バンパー→バルーン

1 あり
2 なし
3 不明

1 初回
2 2回目以降

1 Nutrex-S
2 ideal Button
3 Gastro-Button
4 Kangaroo Button II
5 Bard NBR
6 One step Button
7 その他

1 16Fr
2 18Fr
3 20Fr
4 24Fr
5 その他

1 ideal Button
2 Gastro-Button
3 Kangaroo Button
4 その他

1 16Fr
2 18Fr
3 20Fr
4 24Fr
5 その他

	氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1	KY	1039808	石川病院	75	2	2	2008/11/12	4	2008/1/30	1	初回	1	7	4	4	4
2	KT	1040402	石川病院	81	1	7	2008/11/19	4	2007/11/13	1	初回	1	7	4	4	4
3	HK	1024585	石川病院	73	2	2	2008/12/10	1	2005/3頃(他院)	不明	2008/8/4	2	他院不明	不明	4	4
4	MH	1036803	石川病院	39	1	8	2008/12/17	1	2007/4/19	1	2008/6/18	2	7	4	4	3
5	YM	1047237	石川病院	82	2	7	2009/1/27	4	2008/9/3	1	初回	1	6	4	4	3
6	NT	1003622	石川病院	93	1	1	2009/2/10	4	2008/12/27	1	初回	1	6	4	4	3
7	OK	25445	市立吉永病院	78	1	1	2008/10/17	3	2007/7/3	1	2008/5/15	2	4	1	3	1
8	AK	1156	市立吉永病院	93	2	7	2008/10/24	1	2006/5/9	1	2008/4/24	2	7	1	4	1
9	AA	1016	市立吉永病院	90	2	1	2008/12/5	1	2002/10/23	1	2008/5/20	2	7	3	4	3
10	TS	76117	市立吉永病院	77	1	7	2008/12/5	3	2008/6/10	1		1			1	4
11	NY	104174	市立吉永病院	90	2	1	2009/1/14	3	2008/7/9	1		1			1	4

1 あり
2 なし

1 1分以内
2 1~5分
3 5分以上

1 A(+), B(+)
2 A(+), B(-)
3 A(-), B(+)
4 A(-), B(-)

A(+) 吸引量10ml以上
A(-) 吸引量10ml以下

B(+) 自然排液あり
B(-) 自然排液なし

1 胃内留置
2 胃外留置

1 胃内留置
2 胃外留置
2 合致せず

1 合致
2 合致せず

PEG

1 ガストロボタン
2 NBR
3 Nutrex-S
4 ideal Button
5 カンガルーボタンII
6 One step Button
7 その他

1 20Fr
2 24Fr
3 18Fr
4 16Fr
5 14Fr
6 その他

医師

	A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養キット名	初回栄養キットサイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1	0	64	1	3	1	1	1		初回(バード バンパーチューブ)	2	梶谷伸顕	10	なし
2	40	0	1	2	1	1	1		初回(バード バンパーチューブ)	2	梶谷伸顕	10	なし
3	5	63	1	3	1	1	1			7	梶谷伸顕	10	なし
4	72	5	1	2	1	1	1			7	梶谷伸顕	10	なし
5	1	0	2	4	1	1	1			6	梶谷伸顕	10	オブチュレーターがなく、注入後数分経過、胃内に残留なし
6	5	0	1	4	1	1	1			6	梶谷伸顕	10	胃底部に残留あるものの吸引出来ず
7	79	100	1	1	1	1	1			7	梶谷伸顕	10	なし
8	23	20	1	1	1	1	1			7	梶谷伸顕	10	なし
9	30	0	1	2	1	1	1			7	梶谷伸顕	10	全身麻酔下開腹胃ろう造設術
10	40	0	1	2	1	1	1			4	梶谷伸顕	10	なし
11	35	0	1	2	1	1	1			4	梶谷伸顕	10	なし

イニシャル Skyblue法を施行した病院名

1 男 1 脳梗塞
2 女 2 脳出血
3 アルツハイマー
4 パーキンソン
5 結核
6 癌
7 経口摂取不良
8 その他

Sky blue法

1 バルーン→バルーン
2 バルーン→バンパー
3 バンパー→バンパー
4 バンパー→バルーン

1 あり
2 なし
3 不明

1 初回
2 2回目以降

1 Nutrex-S
2 ideal Button
3 Gastro-Button
4 Kangaroo Button II
5 Bard NBR
6 One step Button
7 その他

1 16Fr
2 18Fr
3 20Fr
4 24Fr
5 その他

1 ideal Button
2 Gastro-Button
3 Kangaroo Button
4 その他
5 その他

	氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1	TM	5209135	岡山協立病院	87	2	8	2008/8/26	3	2007/1/17	1	2008/1/16	2	2	4	1	4
2	SH	2195196	岡山協立病院	87	2	3	2008/9/10	3	2008/10/10	1	2008/2/20	2	2	4	1	4
3	MH	4066536	岡山協立病院	83	2	2	2008/9/17	3	2007/8/7	1	2008/2/13	2	2	4	1	4
4	NK	1363274	岡山協立病院	42	1	8	2008/9/17	3	2003/10/26	1	2008/2/20	2	2	4	1	4
5	TT	1210020	岡山協立病院	81	2	4	2008/9/18	3	2008/8/22	1	2008/2/25	2	2	4	4	3
6	IT	1470459	岡山協立病院	84	1	4	2008/9/14	3	2008/9/12	1	2008/3/24	2	1	4	1	4
7	OY	2775494	岡山協立病院	94	2	1	2008/10/9	3	2006/1/21	1	2008/9/22	2	2	4	4	3
8	OS	2715522	岡山協立病院	76	1	8	2008/10/14	3	2009/11/14	1	2008/3/27	2	2	4	1	4
9	HT	2310530	岡山協立病院	95	1	1	2008/10/21	3	2008/8/9	1	2008/2/5	2	2	4	1	4
10	YM	1505775	岡山協立病院	79	2	1	2008/10/22	3	2006/6/6	1	2008/4/16	2	2	4	1	4
11	NH	2271936	岡山協立病院	72	2	8	2008/10/24	3	2007/12/4	1	2008/6/25	2	2	4	1	4
12	SK	2073708	岡山協立病院	81	2	3	2008/10/29	3	2008/10/10	1	2008/4/18	2	2	4	1	4
13	OM	2733855	岡山協立病院	84	2	4	2008/11/5	3	2008/7/27	1	2008/4/16	2	4	4	3	4
14	NT	2857092	岡山協立病院	94	1	3	2008/11/18	3	2008/3/11	1		1	2	4	1	4
15	KT	2317006	岡山協立病院	88	1	3	2008/11/19	3	2005/7/5	1	2008/1/30	2	2	4	1	4
16	BH	1351709	岡山協立病院	85	2	8	2008/11/19	3	2007/9/18	1	2008/4/2	2	2	4	1	4
17	IH	2867828	岡山協立病院	61	2	8	2008/11/24	3	2008/1/7	1		1	5	3	1	4
18	TT	2090298	岡山協立病院	80	2	3	2008/11/26	3	2004/10/6	1	2008/5/7	2	4	4	3	4
19	MS	2250173	岡山協立病院	86	2	1	2008/12/2	3	2007/9/23	1	2008/5/7	2	4	3	3	3
20	KM	1574219	岡山協立病院	88	2	1	2008/12/10	3	2006/6/14	1	2008/6/11	2	4	3	3	3

1 あり 1 1分以内
2 なし 2 1~5分
3 5分以上

1 A(+), B(+)
2 A(+), B(-)
3 A(-), B(+)
4 A(-), B(-)

A(+) 吸引量10ml以上
A(-) 吸引量10ml以下

B(+) 自然排液あり
B(-) 自然排液なし

1 胃内留置 1 胃内留置 1 合致
2 胃外留置 2 胃外留置 2 合致せず

PEG

1 ガストロボタン 1 20Fr
2 NBR 2 24Fr
3 Nutrex-S 3 18Fr
4 ideal Button 4 16Fr
5 カンガルーボタンII 5 14Fr
6 One step Button 6 その他
7 その他

医師

	A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養キット名	初回栄養キットサイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1	80	1	2	1	1	1	1		5	1	板野 靖雄	10	
2	0	2	2	4	2	1	2		7	1	板野 靖雄	10	
3	18	1	2	1	1	1	1		2	1	板野 靖雄	10	残胃、食道内にインジゴ遊液
4	100	1	1	1	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	
5	20	1	2	1	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	咽頭までインジゴ遊液
6	25	2	2	2	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	
7	100	1	2	1	1	1	1		5	2	板野 靖雄	10	
8	11	1	2	1	1	1	1		5	1	板野 靖雄	10	
9	0	2	2	4	2	1	2		7	1	板野 靖雄	10	
10	30	1	2	1	1	1	1		1	1	板野 靖雄	10	
11	20	1	2	1	1	1	1		5	2	板野 靖雄	10	
12	70	2	2	2	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	
13	0	2	2	4	2	1	2		5	1	板野 靖雄	10	
14	50	1	2	1	1	1	1		4	2	板野 靖雄	10	
15	60	2	2	2	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	
16	90	1	2	1	1	1	1		4	2	板野 靖雄	10	
17	40	2	2	2	1	1	1		2	1	板野 靖雄	10	
18	4	1	2	3	1	1	1		7	1	板野 靖雄	10	
19	10	1	2	1	1	1	1		5	1	板野 靖雄	10	
20	0	2	2	4	2	1	2		5	1	板野 靖雄	10	

Skyblue法 記入チャート

須波宗斉会病院 有本之嗣先生

イニシャル	Skyblue法を施行した病院名	1 男 2 女	1 脳梗塞 2 脳出血 3 アルツハイマー 4 パーキンソン 5 結核 6 癌 7 経口摂取不良 8 その他	Sky blue法	1 バルーン→バルーン 2 バルーン→バンパー 3 バンパー→バンパー 4 バンパー→バルーン	1 あり 2 なし 3 不明	1 初回 2 2回目以降	1 Nutrex-S 2 ideal Button 3 Gastro-Button 4 Kangaroo Button II 5 Bard NBR 6 One step Button 7 その他	1 16Fr 2 18Fr 3 20Fr 4 24Fr 5 その他	1 ideal Button 2 Gastro-Button 3 Kangaroo Button 4 その他	1 16Fr 2 18Fr 3 20Fr 4 24Fr 5 その他
-------	------------------	------------	---	-----------	--	----------------------	-----------------	---	---	---	---

氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1 OE	5931	須波宗斉会病院	77	1	1	2008/9/12	3	2006/12/20	3	2008/3/7	3	7	2	4	2
2 YK	6693	須波宗斉会病院	68	1	2	2008/9/12	3	2005/2/1	1	2008/3/19	6	7	4	4	4
3 JF	80556	須波宗斉会病院	80	2	7	2008/9/26	3	2008/5/7	1	(初回交換)	0	6	4	4	4
4 MA	6651	須波宗斉会病院	79	1	1	2008/10/1	3	不詳	3	不詳	不詳	2	4	4	4
5 YK	6603	須波宗斉会病院	68	1	2	2008/12/12	3	2005/2/1	1	2008/9/12	7	7	4	4	4
6 YM	5750	須波宗斉会病院	70	1	1	2009/1/16	3	2009/9/26	1	2008/11/	不詳	7	4	4	4
7 TH	6943	須波宗斉会病院	98	2	1	2009/1/16	3	不詳	3	2008/7/10	不詳	7	4	4	4
8 KC	7024	須波宗斉会病院	86	2	1	2009/1/26	3	2006/5/9	1	2008/7/10	3	1	4	1	4
9 TM	6472	須波宗斉会病院	85	2	1	2009/1/26	3	不詳	3	2008/7/11	不詳	1	4	1	4
10 SK	7513	須波宗斉会病院	91	1	1	2009/3/6	3	2006.4.25	1	2008/7/18	3	1	4	1	4

1 あり 2 なし	1 1分以内 2 1~5分 3 5分以上	1 A(+), B(+) 2 A(+), B(-) 3 A(-), B(+) 4 A(-), B(-)	1 胃内留置 2 胃外留置	1 胃内留置 2 胃外留置	1 合致 2 合致せず
--------------	----------------------------	--	------------------	------------------	----------------

A(+) 吸引量10ml以上
A(-) 吸引量10ml以下

B(+) 自然排液あり
B(-) 自然排液なし

PEG

1 ガストロボタン 2 NBR 3 Nutrex-S 4 ideal Button 5 カンガルーボタンII 6 One step Button 7 その他	1 20Fr 2 24Fr 3 18Fr 4 16Fr 5 14Fr 6 その他
--	---

医師

A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養キット名	初回栄養キットサイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1 0	2	2	4	2	1	2		6	3	小武家俊哉	10	ガストログラフィンは直ちに十二指腸に流出
2 0	1	2	3	1	1	1		6	3	小武家俊哉	10	
3 10	2	1	1	1	1	1		5	2	小武家俊哉	10	
4 0	2	1	4	2	1	2		不詳	不詳	小武家俊哉	10	ガストログラフィンは直ちに十二指腸に流出
5 0	1	2	3	1	1	1		6	3	小武家俊哉	10	
6 10	1	1	1	1	1	1		不詳	不詳	小武家俊哉	10	
7 5	1	1	1	1	1	1		不詳	不詳	小武家俊哉	10	
8 10	1	1	1	1	1	1		6	2	小武家俊哉	10	
9 10	1	1	1	1	1	1		不詳	不詳	小武家俊哉	10	
10 10	1	1	1	1	1	1		6	2	小武家俊哉	10	

イニシャル

Skyblue法を施行した病院名

1 男
2 女

1 脳梗塞
2 脳出血
3 アルツハイマー
4 パーキンソン
5 結核
6 癌
7 経口摂取不良
8 その他

Sky blue法

1 バルーン→バルーン
2 バルーン→バンパー
3 バンパー→バンパー
4 バンパー→バルーン

1 あり
2 なし
3 不明

1 初回
2 2回目以降

1 Nutrex-S
2 ideal Button
3 Gastro-Button
4 Kangaroo Button II
5 Bard NBR
6 One step Button
7 その他

1 18Fr
2 18Fr
3 20Fr
4 24Fr
5 その他

1 ideal Button
2 Gastro-Button
3 Kangaroo Button
4 その他

1 18Fr
2 18Fr
3 20Fr
4 24Fr
5 その他

	氏名	ID番号	病院	年齢	性別	疾患	Sky blue法施行日	交換タイプ	胃瘻造設日	胃壁固定の有無	前回胃瘻カテーテル交換日	総交換回数	前胃瘻キット	前胃瘻サイズ	今回の交換キット	交換キットサイズ
1	TM	46131	大分健生病院PEGセンター	78	1	1	2008/7/1	3	2008/8/9	1	2008/2/2	2	7	4	4	4
2	TW	48163	大分健生病院PEGセンター	83	1	1	2008/7/1	3	2007/2/4	1	2008/2/3	2	7	4	4	4
3	KM	45106	大分健生病院PEGセンター	84	2	2	2008/7/1	3	2007/2/5	1	2008/2/3	2	7	3	4	3
4	GS	12570	大分健生病院PEGセンター	85	1	4	2008/7/1	3	2008/2/14	1	(今回が初回)	1	6	4	4	4
5	MM	25774	大分健生病院PEGセンター	84	2	1	2008/7/2	3	2007/1/30	1	2008/2/1	2	7	3	4	3
6	TN	37506	大分健生病院PEGセンター	97	2	7	2008/7/2	2	2008/8/1	1	2008/1/28	2	7	4	4	4
7	TO	45649	大分健生病院PEGセンター	90	2	1	2008/7/2	3	2007/8/2	1	2008/1/28	2	7	4	4	4
8	TS	47425	大分健生病院PEGセンター	92	1	2	2008/7/3	3	2007/8/2	1	2008/1/28	2	7	4	4	4
9	TS	31824	大分健生病院PEGセンター	93	2	1	2008/7/3	3	2007/2/1	1	2008/1/28	2	7	3	4	3
10	KT	44607	大分健生病院PEGセンター	92	2	1	2008/7/4	3	2007/2/1	1	2008/1/28	2	7	4	4	4
11	FT	42791	大分健生病院PEGセンター	74	1	3	2008/7/4	3	2008/1/17	1	2008/3/1	2	7	3	4	3
12	SS	40501	大分健生病院PEGセンター	86	2	1	2008/7/4	3	2008/3/11	1	2008/3/9	2	7	4	4	4
13	AF	48557	大分健生病院PEGセンター	80	1	1	2008/7/5	3	2008/3/13	1	2008/3/9	2	7	3	4	3
14	SS	10794	大分健生病院PEGセンター	70	1	4	2008/7/5	2	2007/10/1	1	2008/2/10	2	7	4	4	4
15	FI	43575	大分健生病院PEGセンター	80	2	1	2008/7/7	2	2007/10/1	1	2008/2/10	2	7	3	4	3
16	YS	6361	大分健生病院PEGセンター	87	2	1	2008/7/7	2	2007/9/11	1	2008/1/20	2	7	3	4	3
17	TA	15994	大分健生病院PEGセンター	89	1	1	2008/7/8	2	2007/9/10	1	2008/1/20	2	7	3	4	3
18	AK	1601	大分健生病院PEGセンター	77	2	1	2008/7/8	3	2008/2/20	1	2008/3/1	2	7	3	4	3
19	HT	2581	大分健生病院PEGセンター	83	2	1	2008/5/20	3	2007/8/30	1	2008/1/10	2	7	4	4	4
20	YH	49408	大分健生病院PEGセンター	88	2	2	2008/7/9	3	2008/8/19	1	2008/3/2	2	7	3	4	3
21	KM	19301	大分健生病院PEGセンター	67	2	1	2008/7/9	3	2008/1/20	1	(今回が初回)	1	6	4	1	4
22	HF	20214	大分健生病院PEGセンター	84	1	1	2008/7/10	3	2007/2/5	1	2008/3/1	2	7	3	4	3
23	MK	49306	大分健生病院PEGセンター	80	2	4	2008/7/11	3	2008/1/20	1	(今回が初回)	1	6	4	4	4
24	NE	38114	大分健生病院PEGセンター	84	1	1	2008/7/11	3	2008/9/1	1	2008/2/22	2	7	3	4	3
25	YT	4130	大分健生病院PEGセンター	75	1	1	2008/7/14	3	2008/10/17	1	2008/2/19	2	7	3	1	3
26	TS	43801	大分健生病院PEGセンター	37	1	8(脳性麻痺)	2008/7/14	3	2008/3/5	1	2008/2/28	2	7	4	4	4
27	SK	1049	大分健生病院PEGセンター	83	1	1	2008/7/16	3	2008/11/20	1	2008/2/28	2	7	4	4	4
28	CA	52014	大分健生病院PEGセンター	87	2	1	2008/7/17	3	2007/9/19	1	2008/3/2	2	7	4	4	4
29	SS	51633	大分健生病院PEGセンター	68	2	1	2008/7/18	3	2008/12/20	1	2008/3/4	2	7	3	4	3
30	HS	51898	大分健生病院PEGセンター	88	1	4	2008/7/21	3	2007/6/20	1	2008/1/28	2	7	3	4	3
31	MA	51806	大分健生病院PEGセンター	88	2	2	2008/6/30	3	2008/11/11	1	2008/2/2	2	7	3	4	3
32	KI	33184	大分健生病院PEGセンター	78	1	1	2008/10/31	3	2008/4/20	1	(今回が初回)	1	4	4	3	4
33	MI	55432	大分健生病院PEGセンター	90	2	3	2008/11/12	3	2007/7/1	1	(今回が初回)	1	6	4	4	4
34	HK	52157	大分健生病院PEGセンター	76	1	1	2008/9/9	3	2008/4/20	1	(今回が初回)	1	7	3	4	3
35	AT	55218	大分健生病院PEGセンター	67	1	1	2008/10/16	3	2008/5/11	1	(今回が初回)	1	4	4	3	4
36	TH	2740	大分健生病院PEGセンター	66	2	1	2008/9/25	3	2008/5/11	1	(今回が初回)	1	7	3	4	3
37	TF	20942	大分健生病院PEGセンター	75	1	4	2008/11/26	3	2008/9/22	1	(今回が初回)	1	6	4	4	4
38	MM	47939	大分健生病院PEGセンター	89	2	1	2008/12/1	3	2008/7/4	1	(今回が初回)	1	4	4	3	4
39	SM	18897	大分健生病院PEGセンター	81	1	2	2008/7/25	3	2008/2/25	1	(今回が初回)	1	7	3	4	3
40	HY	7511	大分健生病院PEGセンター	69	2	4	2008/9/26	3	2005/8/21	1	2008/3/11	2	7	3	4	3

1 あり
2 なし

1 1分以内
2 1~5分
3 5分以上

1 A(+), B(+)
2 A(+), B(-)
3 A(-), B(+)
4 A(-), B(-)

A(+) 吸引量10ml以上
A(-) 吸引量10ml以下

B(+) 自然排液あり
B(-) 自然排液なし

1 胃内留置
2 胃外留置

1 胃内留置
2 胃外留置

1 合致
2 合致せず

PEG

1 ガストロボタン
2 NBR
3 Nutrex-S
4 ideal Button
5 カンガルーボタンII
6 One step Button
7 その他

1 20Fr
2 24Fr
3 18Fr
4 18Fr
5 14Fr
6 その他

医師

	A 吸引量(ml)	B 自然排液	操作時間(分)	Sky blue法評価	①Sky blue法判断	②内視鏡判断	①②合致の有無	症例番号	初回栄養キット名	初回栄養キットサイズ	試験医師氏名	医師のPEG経験年数	特記事項
1	45	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	PEGセーフティキットで造設、セキュリティ同士交換
2	50	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
3	40	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
4	35	1	1	1	1	1	1		8	2	今里 真	18	ワンステップよりセキュリティへ初回交換
5	18	2	1	2	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
6	28	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	バルーンチューブ型よりエアバンプへ交換
7	15	2	1	2	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
8	25	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
9	90	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
10	2	1	2	3	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ(嘔吐症のため交換後排液は多量に噴出)
11	50	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
12	40	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
13	45	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
14	50	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	バルーンチューブ型よりセキュリティへ交換
15	40	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	バルーンチューブ型よりセキュリティへ交換
16	35	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	ミニボタン(バルーン)よりエアバンプへ交換
17	25	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	ミニボタン(バルーン)よりエアバンプへ交換
18	20	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
19	1	2	1	4	2	2	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
20	28	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
21	30	1	2	1	1	1	1		8	2	今里 真	18	ワンステップよりリアルボタンへ初回交換
22	30	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
23	35	1	2	1	1	1	1		6	2	今里 真	18	ワンステップよりセキュリティへ初回交換
24	45	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
25	30	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	セキュリティよりリアルボタンへ交換
26	9	1	2	3	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ(嘔吐症のため交換後排液は多量に噴出)
27	65	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
28	60	1	1	1	1	1	1		7	2	今里 真	18	1と同じ
29	38	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
30	23	1	1	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	1と同じ
31	30	2	2	2	1	1	1		7	1	今里 真	18	セーフティPEGキットで造設、セキュリティ同士交換
32	75	1	2	1	1	1	1		5	2	今里 真	18	セルジンガーPEGキットにて造設
33	35	1	2	1	1	1	1		6	2	今里 真	18	ワンステップよりセキュリティへ初回交換
34	23	2	1	2	1	1	1		7	1	今里 真	18	セーフティPEGキットで造設、セキュリティへ交換
35	65	1	2	1	1	1	1		5	2	今里 真	18	セルジンガーPEGキットにて造設
36	37	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	セーフティPEGキットで造設、セキュリティへ交換
37	57	1	2	1	1	1	1		6	2	今里 真	18	ワンステップよりセキュリティへ初回交換
38	77	1	2	1	1	1	1		5	2	今里 真	18	セルジンガーPEGキットにて造設
39	28	2	1	2	1	1	1		7	1	今里 真	18	セーフティPEGキットで造設、セキュリティへ交換
40	47	1	2	1	1	1	1		7	1	今里 真	18	セーフティPEGキットで造設、セキュリティ同士交換

平成19年度～平成20年度
厚生労働科学研究費補助金 長寿科学総合研究事業 総合研究報告書

平成21（2009）年3月発行

〔発行人〕 鈴木 裕（研究代表者、NPO法人PEGドクターズネットワーク理事長）

〔発行〕 NPO法人PEGドクターズネットワーク

〒105-0004

東京都港区新橋4-29-6 寺田ビル403

TEL:03-5733-4361

FAX:03-5776-6486