

	分注時空気吸引込み	ぶんちゆうじくきすいこみ		空気吸引により既定量の吐出できない	分注時エラー発生	ぶんちゆうじえあーほっせ							1734	Automatic injection system, failure to infuse
	分注ポンプの気泡	ぶんちゆうほんぶのきほう		分注ポンプの気泡により既定量の吐出できない									1734	Automatic injection system, failure to infuse
	吸引不良	きゆういんふりょう		吸引処理が正しく実施されない	吸引異常	きゆういんい	空吸引	からすい					1734	Automatic injection system, failure to infuse
	吐出不良	としゅつふりょう		吐出処理が正しく実施されない									1734	Automatic injection system, failure to infuse
分注経路閉塞	ぶんちゆうけいろへいそく													
	分注ライン詰まり	ぶんちゆうらいんつまり		分注経路の異物つまりにより分注できない	配管詰まり	はいかんつまり							1094	Clogged
	先端詰まり	せんたんつまり		分注経路先端のつまりにより分注できない									1094	Clogged
	クロットエラー	くろつとえらー		分注経路の血餅つまりにより分注できない									1094	Clogged
	チューブ折れ曲がり	ちゅーぶおれまがり		流路の曲がりにより既定量流れない	チューブ押し潰れ	ちゅーぶおしつぶれ	チューブ挟み込み	ちゅーぶはさみこみ	配管折れ					
分注ノズル折損・変形	ぶんちゆうのずるせつそんへんけい													
	折損	せつそん		分注ノズルの折れのため分注できない	ノズル折れ	のずるおれ							1103	Component(s), broken
	変形	へんけい		分注ノズルの変形のため既定量分注できない	ノズル曲り	のずるまがり							1103	Component(s), broken
分注ノズル耐圧不良	ぶんちゆうのずるたいあつふりょう													
	耐圧異常	たいあついじょう		分注ノズルの耐圧不良により定量分注できない									1533	Resistance, inadequate
分注ノズル溶接不良	ぶんちゆうのずるようせつふりょう													
	溶接部のリーク	ようせつぶのりーく		分注ノズルの溶接不良によるリーク	ロウ付け不良	ろうづけふりょう							1250	Fluid leak(s)
飛散	ひさん													
	検体飛散	けんたいとびちり		分注ノズルの誤動作による検体、感染物質の飛散	感染物質飛散	かんせんぶつしつひさん							2317	Blood contaminated device
分注ノズル洗浄不良	ぶんちゆうのずるせんじょうふりょう													
	洗浄異常	せんじょういじょう		分注ノズルの機構動作異常による洗浄不良	ノズルコンタミ	のずるこんたみ							2309	Rinsing, improper
	洗浄不良	せんじょうふりょう		分注ノズルの洗浄液などの洗浄効果が不十分										
試料塗抹異常	しりょうとまついじょう													
	試料塗抹不良	しりょうとまつふりょう		人為的に試料塗抹不良により試料の観察に不具合が生ずる									2533	Samples, failure to obtain
	試料塗抹異常	しりょうとまついじょう		機械的に試料塗抹不良により試料の観察に不具合が生ずる										
流路液漏れ	りゅうろえきもれ													
	液漏れ	えきもれ		チューブ自体もしくは連結部分から液が漏れる	リーク	りーく	水漏れ	みずもれ					1250	Fluid leak(s)
流路亀裂	りゅうろきれつ													
	亀裂	きれつ		チューブ自体もしくは連結部分が裂ける	クラック	くらっく							1250	Fluid leak(s)
流路連結異常	りゅうろれんけつじょう													
	抜け	ぬけ		流路の連結部が外れる	接続はずれ	せつぞくはずれ	ジョイント抜け	じょいんとぬけ					1116	Connection error
	流路逆流	りゅうろぎゃくりゅう		正規の方向と逆に流れる										
流路切替異常	りゅうろきりかえべんいじょう													
	切替動作不良	きりかえべんどうさふりょう		流路切替の動作不良	弁開動作異常	べんかいどういじょう	電磁弁開閉不良	でんじべんかいへいふりょう					1672	Valve(s), failure of
分離異常	ぶんりいじょう													
	検体試料分離能不良	けんたいしりょうぶんりのうふりょう		分離機能部分の機能不良									2547	Separate, failure to
混合異常	こんごういじょう													
	検体試料混合不良	けんたいしりょうこんごうふりょう		検体試料の前処理液との混合が不均一									?	?
反応容器の破損	はんのうようきのほそく													
	はがれ	はがれ		反応容器の構成材料はがれ	剥離	はくり							1454	Peeling
	セル接着外れ	セルせつちやくはずれ		反応容器の接着部の外れ									1454	Peeling
	測表面層	そくせつめんそう		反応容器表面の層										
	欠損	けつそん		反応容器または一部の欠け										
反応容器内の汚れ	はんのうようきないのよごれ													

	反応容器内の攪拌異常	はんのうようきないのかはんいじょう		反応容器の洗浄液などによる洗浄効果が不十分									2309	Rinsing, improper
	攪拌不良	かくはんふりょう		反応容器内の液攪拌不良により測定値にばらつきが生じる	攪拌不足	かくはんそく							1514	Reaction
	攪拌異常	かくはんいじょう		反応容器内の攪拌機構動作異常により測定値にばらつきが生じる									1514	Reaction
反応容器内の反応異常	はんのうようきないのはんのういじょう													
	反応異常	はんのういじょう		反応容器内での反応異常(アラーム無し)									1514	Reaction
	反応エラー	はんのうえらー		反応容器内での反応異常(アラーム有り)									1514	Reaction
恒温槽の温度管理異常	こうおんそうのおんどかんりいじょう													
	恒温槽温度制御不能	こうおんそうおんどせいぎまふのう		反応恒温槽の温度異常	恒温槽温度エラー	こうおんそうおんどえらー	反応槽水温異常	はんのうそうすいおんい					1027	Ambient temperature, changes in
検出器光源ランプ異常	けんしゆつきこうげんらんぷいじょう													
	光源異常	こうげんいじょう		検出器光源ランプの出力が極端に低いまたは高くなる	ランプ異常	らんぷいじょう							2160	Motion detector failure
	ランプ断線	らんぷだんせん		検出器光源ランプの断線									2160	Motion detector failure
	光源ちらつき	こうげんちらつき		検出器光源ランプのちらつき	光源不安定	こうげんふあんてい	光量不安定	こうりょうふあんてい					2160	Motion detector failure
検出器の異常	けんしゆつきのいじょう													
	吸光度異常	きゆうこうどいじょう		検出器の不具合により、測定結果の誤りが発生する。吸光度のデータが異常値を示すこと									1383	Measurements, incorrect
圧力管理異常	あつりょくかんりいじょう													
	圧力制御異常	あつりょくせいぎいじょう		コンプレッサの性能劣化やレギュレータの故障・調整不良による装置内部で使用する圧力の異常									1490/1491	Pressure, decreased/increased
機構動作の異常	きこうどうさのいじょう													
	回転異常	かいてんいじょう		モータの駆動トルク低下、モータの駆動時間超過による既定回のモータの駆動時間超過による動作時間オーバー	トルク不足	とるくそく	トルク低下	とるくていか					1409	Motor failure
	駆動時間オーバー	くどうじかんおーばー			動作タイムアウト	どうさたいむあうと							1409	Motor failure
機構動作制御回路の異常	きこうどうさせいぎまふのう													
	モータコントロール異常	もーたこんとらーいじょう		モータの駆動制御異常(ハード)	モータ制御異常	もーたせいぎいじょう	モータタイムアウト	もーたたいむあうと					1126	Control settings incorrect
	ドライバー不良	どらいはーふりょう		モータの駆動制御異常(ソフト)									1126	Control settings incorrect
駆動による配線破断	くどうによるはいせんはだん													
	配線破断(繰り返し応力)	はいせんはだん(くりかえしおうりょく)		繰返し駆動により配線が破断すること									2454	Out(s)
	配線切れ	はいせんぎれ		配線もしくは配線作業時に傷があり、駆動時に配線が切れること									2454	Out(s)
	巻き込み	まきこみ		駆動時に巻き込みが生じ、配線が破断すること	可動部巻き込み	かどうぶまきこみ							2454	Out(s)
ノイズによるシステム誤作動	のいずによるしすてむごさどう													
センサー異常	せんさーいじょう												2409	Malfunction
	検出信号不良	けんしゆつしんごうふりょう		各種センサーの信号出力不足による検出不良	センサー信号不良	せんさーしんごうふりょう	検知信号無し	けんちしんごうなし					1561	Sensor problems
	検出部異常	けんしゆつふいじょう		各種センサー部の異常(ハード)	センサー異常	せんさーいじょう							1561	Sensor problems
検体の搬送異常	けんたいのはんそういじょう													
	ラック移送動作異常	らっくしゆつどうさいじょう		検体搬送部の搬送ラック停止位置ずれ									1404	misplacement
	検体搬送部の動作不安定	けんたいはんそうぶのどうさふあんてい		検体の搬送部の振動や急激な動作による検体への衝撃									1404	misplacement
	検体取り違い	けんたいとりちがひ		検体の取り違い	検体ずれ	けんたいずれ							1404	misplacement
	検体ID認識	けんたいいであいてんち		検体IDの取り違い									1404	misplacement
検体ID認識	けんたいいであいてんち													
	検体ID認識	けんたいいであいてんち		検体ID(バーコード)を誤って読み取ること	検体ID認識	けんたいいであいてんち	バーコード読み取り異常	はーこーどよみとりいじょう					1228	False readings
	バーコード不良	ばーこーどふりょう		検体ID(バーコード)を誤って読み取ること									1228	False readings





恒温槽	こうおんそう																			
検出器光源ランプ	けんしゅつこうげんらんぷ																			
電源ユニット	でんげんゆにっとう																			
電機	でんき																			
基板	きばん																			
ヒューズ	ひゅーず																			
アース	あーず																			
基板コネクタ	きばんこねくと																			
記憶媒体	きおくびたい																			
ソフトウェア	そふとゑあ																			
データベース	データベース																			
コンピュータ	こんぶゆーた																			
洗浄水	せんじょうすい																			
試薬	しやく																			
取扱説明書	とりあつかいせつめいしょ																			
添付文書	てんぷぶんしょ																			
消耗品	しょうひん																			
コンプレッサ	こんぷれっさ																			
レギュレータ	れぎゅれーた																			
システム装置	しすてむさうち																			
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)							
測定結果に起因する健康被害	そくていけつかにきいんするけんこうひがい	測定結果の誤報告による誤診断と処置	そくていけつかがごほうこくによるごしんだんとしよち	分析装置に不具合により誤った結果が出力・報告され、その結果が誤りであることに気がつかないまま治療をおこなうことにより結果的に患者に健康被害が生じること。																
		検体取り違えによる誤診断と処置	けんたいとりちがえによるごしんだんとしよち	測定した検体を取違えて結果出力・報告され、その結果が誤りであることに気がつかないまま治療をおこなうことにより結果的に患者に健康被害が生じること。																
感染	かんせん																			
		バイオハザード	ばいおはざーど	機器の不具合によって、操作者や周囲の人が検体、廃液、廃棄物等の感染性物質に曝露して感染すること、または感染性物質の処理不良により環境に排出し、他の者に感染すること。																
操作による健康被害	そうさによるけんこうひがい																			
		感電	かんでん	操作者が通電部分に接触したり、液漏れによる漏電で感電すること。																
		火傷	やけど	操作者が高温部分に接触したり、レーザー光を直接受けたり、装置の発火により火傷すること。																
		怪我	けが	操作者が動作部分に接触したり、メンテナンス時に怪我をすること。																
		炎症	えんしやう	操作者が試薬・洗剤等と接触し炎症を起こすこと。																

  事務局が記入する部分  
  記入しない部分  
  団体が記入する部分











