

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1～3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		5	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 尿管チューブ(ステント)	えむていーじやばんにようかんちゆうぶ(すてんと)												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようきてくのちろーきよかひかい												
適用医療機器名称(個別)	適用医療機器名称(一般的名称)		JMDNコード										
内臓機能代替品(器?)	尿管用ステント		35845000										
	腫瘍用ステント		35848000										
	尿管用ステント		36211000										
医療用尿管及び体液誘導管(器?)	尿管用ステント		34926003										
	短期用尿管用チューブステント		34926022										
	長期用尿管用チューブステント												
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
異物	いぶつ	異物付着	いぶつふちやく	異物が付着し確認されること。									
		異物混入	いぶつこんにゆう	異物が混入し確認されること。									
ダメージ	だめーじ	折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。整形では、** *のこを健康被害又はその前部が、管などを貫いた(突き抜けた)状態又は突かひび割れに損傷すること。	キンク	きんく	折損	ぜつそん					
		貫通	かんつう	突き抜け	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっとうあうと			
		亀裂	きれつ	ひび割れ	ひびわれ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	せつだん	外部的な力(負荷)等による管などが一つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		損傷	そんしやう	包装材料の全体又は一部が欠けたリ、汚損したりした状態などのこと。									
流量	りゅうりやう	詰まり	つまり	流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる(この場合は閉塞)。流路が塞がれること。塞がれることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。									
		閉塞	へいそく										
固定	こてい	抜け	ぬけ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜けること。	抜去	ばっきよ							
		外れ	はずれ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜けること。	脱落	だつらく							
		抜け	ぬけ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜けること。	抜去	ばっきよ							
形状	けいじやう	伸び	のび	チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが挿入しはかばかた状態に拡張すること。(管状のチューブなどは、キンクまで変形しない状態)	アンラベル	あんらべる							
		へこみ	へこみ	医療機器の一部がへこみすること。	陥没	かんぼつ							
		曲がり	まがり	弓状に変形すること。(管状のチューブなどは、キンクまで変形しない状態)	湾曲	わんきよく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ			
変色	へんしよく	腐食	ふしよく	金属が化学反応によりさびること。又さびた状態。	浸食	しんしよく							
機能	きのう	抜去不能	ばっきよふのう	留置した部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜け	抜去困難	ばっきよこんなん							
位置	いち												

1 / 2 ページ

		移動	いどう	留置位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、設置位置から移動してしまうこと。	遷入	めいいにゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばっくあうと			
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
チューブ	ちゆうぶ												
ストレータナ	すとれーとな												
ガイドワイヤ	がいでわいや												
カテーテル	かてーてると												
フック	ふっく												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めっきんほうそう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
機能障害	きのうせいしょうがい	尿管腸骨動脈瘤	にようかんちゆうこつどうみやうりゆう	ステントなどの長管留置にもなっており、尿管と大動脈または腸骨動脈間が連続してしまうこと。									
		腎機能の低下	じんきのうのていか	腎臓の機能が正常に発揮できなくなる。									
		頻尿	ひんにゆう	排尿回数が増えること。									
		尿意切迫	によういせつぱく	非常に強い尿意を感じ、排尿をしたくなると感じる状態。									
		失禁	しっきん	尿や便などの排泄を意図的にコントロールできず、漏らしてしまうこと。									
		排尿障害	はいにようしょうがい	なんらかの原因で排尿の困難を認めるもの。									
感染症状	かんせんしょうじょう	皮膚炎	ひふえん	皮膚に起こる炎症のこと。									
		感染	かんせん	細菌やウイルスなどの病原体が、尿道の内側の裏面や膀胱の内面を覆っている薄い膜に細菌などによって起こる炎症。	感染症	かんせんしょう							
		腹膜炎	ふくまえん										
組織損傷	そしきそんしやう	損傷	そんしやう	血管、組織等が傷つくこと。	外傷	がいしやう							
		裂傷	れつしやう	皮膚などが裂けてできる傷。									
		出血	しゅつけつ	血管から血液が出血すること。									
その他の事象	そこのたのしじょう	浮腫	ふしゆ	過剰な量の体液が、細胞、組織、または体腔の内側およびその周辺に蓄積すること。	むくみ	むくみ							
		水腎症	すいじんしやう	尿管のどこかに流れの悪い場所があり、その結果、腎臓に溜まった尿の圧力で腎盂腎杯が拡張し、腎実質の萎縮が起こっている状態。									
		不快感	ふかいかん	身体の不快感がある状態のこと。									
		結石	けつせき	尿管、膀胱内で体液成分が沈着、蓄積したものである。									
患者訴え(怒訴)	かんじやうたえ(しゆそ)	疼痛	とうつう	ずきずき痛むこと。									
		混濁	こんたく	尿中に血液が混ざること。									
		炎症症状	えんしやうしょうじょう										
			にようかんびらん										

事務局が記入する部分  
 記入しない部分  
 団体が記入する部分

2 / 2 ページ



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行を追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・O列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		43	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MT JAPAN 内視鏡開通	えむていーじあーばんないしきょうかんれん												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりょうきぎてくろじーけいかい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
医療用鏡(器25)													
	再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア		35823000										
	内視鏡固定具		37090030										
	経鼻開口向け単回使用内視鏡用カニューレ		38814001										
	単回使用内視鏡用電動処置具		38817000										
	経鼻開口向け単回使用内視鏡用非電動処置具		38819001										
結紮器及び縫合器(器30)													
	内視鏡用ループ結さつ器		38178000										
	内視鏡用食道静脈瘤結さつセット		70420002										
注射針及び穿刺針(器47)													
	単回使用内視鏡下硬化療法用注射針		36074002										
	単回使用内視鏡下硬化療法用注射針		38825000										
医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器(器49)													
	再使用可能な内視鏡用硬膜針		12750001										
	単回使用内視鏡用硬膜針		12750002										
	硬膜用ロカール		14155000										
	羊膜用ロカール		14156000										
	胆囊用ロカール		14159000										
	消化器・泌尿器科用ロカール		32021000										
	内視鏡用ロカール		37144000										
	トカールスリーブ		37148001										
	トカールガイドロッド		37148002										
	単回使用トカールガイドロッド		37149001										
	単回使用トカールガイドロッド		37149002										
	単回使用ロカールスリーブ挿入器		37151001										
	単回使用ロカールスリーブ挿入器		37151002										
	スベリノ使用心血管・胸膜用トカール		42401001										
	胸膜用トカール		42401203										
	経鼻用トカール		70217000										
	胸部用トカール		70218000										
	再使用可能なトカール挿入器		70219000										
	硬膜用トカール		70221000										
	硬膜式単回使用トカールスリーブ固定具		70222000										
	非硬膜式トカールスリーブ固定具		70223000										
	トカールハウジング		70224000										

開創又は開孔用器具(器50)	リチューサ		70225000											
医療用喉管及び体液誘導管(器51)	内視鏡用マウスピース		70951000											
	単回使用内視鏡用結石取出鉗子		35418002											
	食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン		37141002											
	食道静脈瘤硬化療法用止血バルーン		70233000											
	単回使用内視鏡用止血バルーン		70234000											
	オーパチューブ		70244000											
	内視鏡・閉鎖用挿入チューブ		70246000											
	気腹用チューブ		70267000											
	トカール装着用カフ		70323000											
	トカール装着用カフ		70351000											
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
ダメージ	だめーじ													
	穴	あな		気密性が損なわれる状態を来す通孔のこと。整形については、樹脂製に穴を開けることを指す。チューブなどの管状のものが折れ曲がること。整形では、***のものを医療器具又はその部品が、穿孔を貫いた(突き抜けた)状態又は突き抜け状態に損傷すること。	孔	こう	ピンホール	びんほーる						
	折れ	おれ			キンク	きんく	折損	せつそん						
	貫通	かんつう			突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かつとあうと				
	亀裂	かみきれ			ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく						
	切断	せつだん		外部的な力(負荷)等による管などがこぼれに分離すること。	切断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん				
	損傷	そんしょう		包装材料の全体又は一部が欠けたり、汚損したりした状態などのこと。										
異物	いぶつ													
	異物混入	いぶつこんいりゅう		異物が混入し確認されること。										
	異物付着	いぶつちゅうちゃく		異物が付着し確認されること。										
気密	きみつ													
	液漏れ	えきもれ		液体が流路又は医療機器外部に漏れること。										
	漏れ	もれ		液体、ガスなどが流路又は医療機器外部に漏れること。										
その他の事象	そのたのじしやう													
	血液飛散	けつえきひさん		血液が飛び散ること。										
使用	しやう													
	誤穿刺	ごせんし		本来の穿刺部位でないところを誤って刺してしまうこと。	針刺し	はりさし								
機能	きのう													
	収納困難	しゅうなうこんなん		突出している針、チューブ、ワイヤ等を収納器具する機構があるもので、内部より突出させた針、チューブ、ワイヤ等を再び医療機器内部に戻すことが難しい状態。又は戻せぬような目的部位に意図したように針を刺せないこと。										
	穿刺不全	せんしふぜん		薬液・ガスなどが正常に注入されないこと。										
	注入不能	ちゅうにゅうふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等が突出させる際に、十分な突出長が確保しなかった部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜け	突出異常	とっしゅういじやう								
	抜去不能	ばつきふのう			抜去困難	ばつきふのう								
流量	りゅうりやう													
	詰まり	つまり		流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられること(この場合は閉塞)。										
	閉塞	へいそく		流路が塞がれること。塞がれることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。										
固定	こてい													
	抜け	ぬけ		挿入している医療器具は、その位置がずれ、または脱落すること。	抜去	ばつきよ								
	外れ	はずれ			脱落	だつらく								
	緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。整形インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき						
形状	けいじやう													



	伸び	のび		チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが取付より長くなった状態	アンラベル	あんらべる															
	曲がり	まがり		医療機器の一部がこぼれ落ちたこと、引状に劣化する事、(管状のチューブなどは、キックまで変らない状態)	漏液	かんぼつ															
変色	へんしよく					濁曲	わんきよく	重み	ゆがみ	歪み	ひずみ										
	腐食	ふしよく		金属が化学反応によりさびること、又さびた状態。	浸食	しんしよく															
部品・構成部品	部品・構成部品読み																				
チューブ	ちゆうぶ																				
スライダ	すらいだ																				
ループ	るーぷ																				
ストッパ	すとっぱ																				
コイルシース	こいるしーす																				
ルアーコネクタ	るあーこねくた																				
端子	たんし																				
接続チューブ	せつぞくちゆうぶ																				
ホジ	ほじ																				
スネア	すねあ																				
ラベル	らべる																				
滅菌包装	めつじんほうさう																				
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み																		
その他の事象(二次)	そのたのじしょう(にじ)																				
	麻酔薬中毒	ますいやくちゆうどく		麻酔薬が許容量を超えて体内に取り込まれることにより、生体の正常な機能が阻害されること。																	
	胸水貯留	きょうすいぢりゅう		胸腔に異常に多量の液体が貯留した状態。																	
その他の事象	そのたのじしょう																				
	空気塞栓	くわきそくせん		血管内に空気が入ることによって血液の一部が固まり、血流を阻害すること。																	
	静脈炎	じようみやくえん		静脈の炎症(発赤、腫れ、痛み、熱感)のことで、感染、外傷、刺激などが原因で起こる。	血栓性静脈炎	けつせんせいじよくえん															
	紅斑	こうはん		毛細血管拡張などが原因で皮膚表面に発赤を伴った状態のこと。																	
	浮腫	ふしゆ		過剰な量の体液が、組織、組織、または体腔の内部およびその周辺に集積すること。	むくみ	むくみ															
	播種	はんしゆ		組織に広がる状態。																	
	縦隔炎	じゆうかくえん		縦隔におこる炎症。																	
	胸膜滲出	きょうまくしんしゆつ		肺の外側を覆う胸膜の内側(胸膜腔)に分泌液がたまり、肺を圧迫してその機能を阻害すること。																	
	粘膜炎	ねんまくくわつしゆ																			
	びらん	びらん		あらゆる種類の生体の外部組織または内部組織(皮膚、骨、粘膜、または身体組織など)を含むが、これらに限定されない)の、外部の組織層のみに及ぶ浸食または破壊を指す。組織がインプラントデバイスを取り囲む場合、組織破壊が生じてインプラントの移動および喪失に至り、更に感染や腫瘍などの合併症が生じる場合も、気管支や血管を伴っている気管支神経を伴ったことで機能が喪失、または悪化すること。																	
	反回神経麻痺	はんかいしんけいまひ		皮下組織内に空気貯留すること。																	
	皮下気腫	ひかきしゆ		気管・気管支、食道の穿孔や肺動脈破裂により漏出した空気が縦隔内に貯留した状態。																	
	縦隔気腫	じゆうかくきしゆ																			
感染症状	かんせんしやうじやう																				
	感染	かんせん		微生物が宿主に侵入して増殖すること。	感染症	かんせんしやう															
	敗血症	はいしやうじやう		血液のなかに菌が入り、細菌感染が全身に広がる状態のこと。																	
	腹膜炎	ふくまくえん		腹部の内臓の表層や腹腔の内面を覆っている薄い膜に細菌などによって炎症が起る状態のこと。																	
	発熱	はつねつ		体温が正常範囲を超えて高く維持されている状態のこと。	高熱	こうねつ															
	菌血症	きんけつしやう		血液の中を検出可能な量の細菌が流れている状態のこと。																	
組織損傷	そしきそんしやう																				
	損傷	そんしやう		血管、組織等が傷つくこと。	外傷	がいしやう															
	出血	しゆつけつ		血管から血液の漏れが起ること。																	

		潰瘍	かいやう	局所性の欠損、または臓器や組織の表面の陥凹を指す。炎症性壊死組織の脱落により生じる。																	
		頸部食道穿孔	けいぶじきやうどうれつこう	大気は、胸部と腹部の間に縦隔膜という隔壁があり、胸部と腹腔を分けている。この横隔膜を食道が貫く所に食道穿孔という孔が開いている。																	
		熱傷	ねつしやう	熱や火傷などによって生じた組織的損傷のこと。	火傷	やけど															
アレルギー症状	アレルギーしやうじやう	アレルギー	アレルギー	免疫反応が、特定の抗原に対して過剰に起こることをいう。																	
共通	きょうつう																				
		体内遺残	たいないいざん	体内にインプラント又は留置した医療機器が留置せずに残ること。																	
		心停止	しんていし	心臓が有効な循環を保てなくなっている状態のこと。																	
予後不良	よごふりやう																				
		低血圧	ていけつあつ	血圧が正常範囲を超えて低く維持されている状態のこと。																	
		不整脈	ふせいみやく	慢性的心拍が不規則であったり、速すぎたり(頻脈)、遅すぎたり(徐脈)、心臓を伝わる電気刺激が異常な伝達経路をとることによって生じるなど心拍のリズムが乱れること。																	
機能性障害	きのうせいしやうがい																				
		呼吸抑制	ききゅうよくせい	医療機器を介して投与された薬剤が本来の部位から漏れた結果、薬効により呼吸が抑制される状態のこと。																	
		呼吸停止	ききゅうていし	呼吸機能が完全に停止した状態のこと。																	
		食道狭窄	じきやうきょうさく	食道により食道が狭くなって食べ物の通過障害をおこした状態のこと。																	
		嚥下障害	えんげしやうがい	様々な原因によって嚥下の機能が低下すること。																	
		喉頭	かんとん	気管などの内臓器官が、腫瘍の間隙(かんげき)から脱出し、もともとは戻らなかった状態。																	
炎症症状	えんしやうしやうじやう																				
		間質性肺炎	かんしつせいはいえん	肺の間質(肺の空気が入る部分である肺胞を除いた部分で、主に肺を支える役割を担っている)を中心に炎症を来す疾患の総称。																	
患者訴え(疼痛)	かんじやうたえ(しゆうそ)																				
		胸痛	きやうつう	胸部に起こる疼痛ないし不快感。	胸部不快感	きやうぶふかいかん															
組織異常	そしきじやう																				
		凝固	ぎやうこ	医療機器の使用または医療機器を介した治療の際に血液などの液体が固まること。																	

事務局が記入する部分  
 記入しない部分  
 白 団体が記入する部分



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお願いします。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み			12	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 直腸用カテーテル	えむていーじやばん ちやくちようよかてー													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようききてく のじーきようかい													
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)			JMDNコード										
医療用喉管及び体液 誘導管(器51)	直腸用カテーテル			10746000										
	直腸用チューブ			14227000										
	バリウム用洗腸キット			16314000										
	直腸用バルーン			17381000										
	バリウム注腸向け直腸 用カテーテル			34812000										
	腸管減圧用チューブ			35415010										
	腸管用チューブ			35415020										
	ストーマ用洗浄キット			37716000										
	腸管用洗腸キット			40096000										
	腸管用バルーンカテー テル			70237000										
医薬品注入器(器74)	洗腸用キット			11582000										
	洗腸用チューブ			11583000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
ダメージ	だめーじ													
	穴	あな			気密性が損なわれる状態を素通 開口のこと。整形については、腸開 封に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
	折れ	おれ			チューブなどの管状のものが折れ曲 がること。整形では、***のこを 急激に曲げるとその部分が、急な 曲がり(突き抜け)状態又は突か ひび状に潰れること。	キック	きんく	折損	せつそん					
	貫通	かんつう			急激に曲げるとその部分が、急な 曲がり(突き抜け)状態又は突か ひび状に潰れること。	突き抜け	つきぬげ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっとうあうと			
	亀裂	かみれつ			チューブなどの管状のものが折れ曲 がること。整形では、***のこを 急激に曲げるとその部分が、急な 曲がり(突き抜け)状態又は突か ひび状に潰れること。	キック	きんく	折損	せつそん					
	折れ	おれ			チューブなどの管状のものが折れ曲 がること。整形では、***のこを 急激に曲げるとその部分が、急な 曲がり(突き抜け)状態又は突か ひび状に潰れること。	キック	きんく	折損	せつそん					
	切断	せつだん			包装材料の全体又は一部が欠けたり、 折断した状態などのこと。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
	損傷	そんしょう			包装材料の全体又は一部が欠けたり、 折断した状態などのこと。									
	剥離	はくり			層状に構成されているものの一部 が剥がれること。(コーティング材、ラ ミネート材など)が正方向により剥離す るなどにより物体が破壊すること。	剥がれ	はがれ							
	破裂	はれつ			包装材料の全体又は一部が欠けたり、 折断した状態などのこと。	バースト	ばーすと							
位置	いち													
	逸脱	いっだつ			本筋からそれ、はずれること。生体 弁については弁尖が本来あるべき位 置からずれること。	脱転								
	移動	いどう			位置位置が本来の部位から別の部 位へ移動すること。装置の場合は、 設置位置から移動してしまうこと。	迷入	めいこゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ぼくくあうと			
異物	いぶつ													
	異物付着	いぶつちやく			異物が付着し確認されること。									
	異物混入	いぶつこんにゆう			異物が混入し確認されること。									
気密	きみつ													
	液漏れ	えきもれ			液体が流路又は医療機器外部に漏 れること。									

機能	きこう				液体、ガスなどが流路又は医療機器 外部に漏れること。									
	拡張不能	かちやうふのう			バルーン、ステントが膨らまない(風 船)こと。	拡張不良	かちやうふの う	拡張不能	ぼうちやうふの う					
	過剰突出	かじょうとつしゅつ			内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突 き出す際に、出過ぎた部分が生じること。	突出異常	とつしゅつ いじょう							
	収縮	しゅうしゆく			膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゆく ふ							
	収縮不能	しゅうしゆくふのう			膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゆく ふ							
	潤滑性低下	じゅんかつせいいか			滑り性能が低下すること。	潤滑性低下	じゅんかつせい いか	滑性低下	かつせいいか					
	挿入不能	そうにゆうふのう			ワイヤ、チューブ、カテーテル、 インフレーションが正常にできない 原因・ガスなどが正常に注入されな いこと。	スタック	すたっく							
	注入不能	ちゅうにゆうふのう			内腔より針、チューブ、ワイヤ等を突 き出す際に、十分な突出長が得ら ず、前記した部位から取り去ることができ ないこと。また、注入した物質が抜け ないこと。	突出異常	とつしゅつ いじょう	抜去困難	ばつきよこん なん					
流量	りゅうりょう													
	狭窄	きょうさく			予ばまって狭いこと。カテーテル、 チューブなどの内腔が何らかの原因 で狭くなること。	抜去困難	ばつきよこん なん							
	詰まり	つまり			流路部分に物質が固まること。固ま ることにより液体・ガスなどの流れが 妨げられること(この場合は通常) 液体が凝ることができることによ り液体・ガスなどの流れが妨げら れること。	抜去困難	ばつきよこん なん							
	閉塞	へいそく			予ばまって狭いこと。カテーテル、 チューブなどの内腔が何らかの原因 で狭くなること。	抜去困難	ばつきよこん なん							
	注入過多	ちゅうにゆうかた			予ばまって狭いこと。カテーテル、 チューブなどの内腔が何らかの原因 で狭くなること。	抜去困難	ばつきよこん なん							
固定	こてい													
	抜け	ぬけ			挿入している医療機器若しくはその 一部が、挿入している部位から抜け ること。	抜去	ばつきよ							
	外れ	はずれ			挿入している医療機器若しくはその 一部が、挿入している部位から抜け ること。	脱落	だつらく							
	腫み	はれみ			挿入している医療機器若しくはその 一部が、挿入している部位から抜け ること。	膨らみ	はれみ							
形状	けいじょう													
	捻れ	ねじれ			チューブやコードなどが捻れた状態。 チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、 コイルなどが傾斜し、よりがけられた状 態。	アンラベル	あんらべる							
	伸び	のび			チューブやコードなどが捻れた状態。 チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、 コイルなどが傾斜し、よりがけられた状 態。	アンラベル	あんらべる							
部品・構成部品	ぶひん・けいせいぶひん													
先端カバー	せんたんかばー													
チューブ	ちゆうぶ													
カテーテル	かてーてる													
コネクタ	こねくた													
バルーン	ばるーん													
バルブ	ばるぶ													
ガイドワイヤ	がいでわいや													
先端チップ	せんたんちっぷ													
クランプ	くらんぷ													
ストップ	すとっぷ													
流量調整器	りゅうりょうちようせいき													
バック	ばくく													
ガードル	がーどる													
ゴム管	ごむかん													
ゴム線	ごむせん													
輸液管	ゆえきかん													
ベルト	べると													
ラベル	らべる													
遠隔包装	えんかくほうさう													
健康被害総称	けんこうひがいそうじょう													
健康被害総称読み	けんこうひがいそうじょう													
健康被害名称	けんこうひがいめい													
健康被害名称読み	けんこうひがいめい													
感染症状	かんせんじょうじょう													
感染	かんせん				器具物等、挿入した器具物等が原因 で生じた感染症。	感染症	かんせんじょう							
発熱	はつねつ				器具物等、挿入した器具物等が原因 で生じた感染症。	発熱	はつねつ							
その他の事象	そこのたじょう													
	血管迷走神経反応	けっかんめいそうしんけい いはんのう			自律神経系の突然の失調のため に、血圧や心拍数が下がり、脳に行 く血液循環を確保できないため に、昏倒やめまいなどの症状が起 る。血管の腫れ、あるいは腹の中が充満 した感覚のこと。	血管迷走神経 症状	けっかんめい そうしんけい じょうじょう	血管迷走神経 反射	けっかんめい そうしんけい はんしゃ					
	腹部膨満	ふくごぼうまん			自律神経系の突然の失調のため に、血圧や心拍数が下がり、脳に行 く血液循環を確保できないため に、昏倒やめまいなどの症状が起 る。血管の腫れ、あるいは腹の中が充満 した感覚のこと。									



		浮腫	ふしゆ	過剰な量の体液が、細胞、組織、または体腔の内部およびその周辺に蓄積すること。	むくみ	むくみ								
		便秘	べんぴ	便(または他の動物)において便の排泄が困難になっている消化器の状態。										
その他の事象(二次)	そのたのじしよう(にじ)													
		下痢	げり	大便が液状あるいは液状に近い状態になって排泄(はいせつ)されること。										
組織損傷	そしきそんしょう													
		圧迫壊死	あつぱくえし	身体の同じ場所を長時間圧迫することにより皮ふと皮ふ組織が死滅した状態のこと。										
		出血	しゆっけつ	血管から血液の全成分が出ることを指す。										
		穿孔	せんこう	何らかの作用によって血管、組織等に穴があくこと。										
		損傷	そんしょう	血管、組織等が傷つくこと。	外傷	がいしょう								
		裂傷	れっしょう	皮膚などが裂けてできる傷。										
		破裂	はれつ	内部からの圧力作用や外部からの作用によって管状、袋状の組織が割れて裂けること。										
		壊死	えし	1つ以上の細胞、または組織や臓器の一部の病理学的な死のこと。不可逆的な障害により生じる。										
機能性障害	きのうせいしょうがい													
		腸閉塞	ちようへいそく	腸管内容の肛門側への移動が障害される病態。	イレウス	いれうす								
		呼吸困難	こきゅうこんなん	呼吸するときに生理的運動に照して、苦しさや努力感などの自覚症状を有する状態。										
		脱水	だっすい	水分喪失量に対して水分摂取量が不足すること。	脱水症状	だっすいしょうじょう								
患者訴え(怒訴)	かんじゅうつたえ(しゅうそ)													
		疼痛	とうつう	ずきずき痛むこと。										
		苦痛	くつう	病状と精神にマイナスの刺激をもたらすもの。										
アレルギー症状	アレルギーしょうじょう													
		かゆみ	かゆみ	患者訴え(怒訴)によるアレルギー反応を伴う皮膚の痒み。										
		発赤	ほっせき	皮膚や粘膜が発赤して赤くなること。										
		荨麻疹	じんましん	通常は一過性であり、真皮上層に及ぶ血管反応。毛細血管の拡張および透過性の増加による局所性の浮腫が起るもので、膨隆の発現を特徴とする。										
		喘息様症状	ぜんそくようしょうじょう	喘息に似た症状。										
		ショック	しょくく	アレルギーがきっかけとなって起こる。										
		過敏症	かびんしょう	反応性が変化した状態で、身体が過度の免疫反応を伴って外来物質に反応すること。										
徴候症状	えんしょうじょうじょう													
		血圧低下	けつあつていか	通常その人の正常血圧値から大きく血圧が下がること。										

事務局が記入する部分  
 記入しない部分  
 白 団体が記入する部分



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み	13	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 尿管用カテーテル	えむていーじゅばんたんかんかんようかてーてーる											
作成担当団体	作成担当団体読み											
日本医療機器テクノロジー協会	にほんいりようきてくじーけいかい											
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード										
医療用喉管及び体液誘導管 (器51)												
	短期的使用尿管・尿管カテーテル	10696012										
	長期的使用尿管用カテーテル	10696013										
	短期的使用尿管用カテーテル	10696022										
	尿管用チューブ	10696023										
	尿管ドレーン	11307000										
	尿管造影用カテーテル	16423000										
	尿管向け圧測定用カテーテル	36181000										
	尿管用ステントイントロデューサー	70238000										
	尿管拡張用カテーテル	70239000										
	尿道結石除去用カテーテル	70240000										
	結石抽出用バルーンカテーテル	70241000										
	結石破碎用鉗子	70242000										
	尿道用カテーテル	70243000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み									
ダメージ	だめーじ											
	穴	あな		孔	こう	ピンホール	びんほーる					
	折れ	おれ		キンク	きんく	折損	せつそん					
	貫通	かんつう		突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かつとあうと			
	亀裂	かみきれ		ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
	切断	せつだん		破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
	損傷	そんしょう										
	破裂	はれつ		バースト	ばーすと							
位置	いち											
	逸脱	いっだつ		脱転	だつてん							
	移動	いどう		迷入	めいにゅう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばっくあうと			
	留置困難	りゅうちこんなん										
異物	いぶつ											
	異物混入	いぶつこんにゅう		異物が混入し確認されること。								
	異物付着	いぶつふちやく		異物が付着し確認されること。								
気密	きみつ											

		液漏れ	えきもれ		液体が管路又は医療機器外部に漏れること。							
機能	きのう											
		拡張不能	かくちようふのう		バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かくちようふりょう					
		過剰突出	かじょうとっしゅつ		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、出過ぎること。	突出異常	とっしゅついじょう					
		収縮不能	しゅうしゅくふのう		膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゅくふりょう					
		収納困難	しゅうのうこんなん		突出している針、チューブ、ワイヤ等を収納する際があるもので、内部より突出させた針、チューブ、ワイヤ等を再び医療機器内部に戻すことが難しい状態。又は硬さなどにより、チューブ、カテーテル、インプラントが挿入が正常にできない	スタック	すたっく					
		挿入不能	そうにゅうふのう		内部より針、チューブ、ワイヤ等を突出させる際に、チューブの突出部が留置した部位から取り去ることができないこと。また、注した物質が抜け	突出異常	とっしゅついじょう					
		抜去不能	ばつそふふのう			抜去困難	ばつそふこんなん					
流量	りゅうりょう											
		狭窄	きょうさく		ずばまつて狭いこと。カテーテル、チューブなどの内腔が何らかの原因で狭くなること。							
		詰まり	つまり		医療機器に詰りが発生すること。詰まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる(一この場合は閉塞)							
固定	こてい											
		事故抜去	じこぼつきよ		患者に挿入した医療機器が意図せずに抜けること。患者自身が抜去し、抜去後、医療機器が破損すること。	自己抜去	じこぼつきよ	自然抜去	しぜんぼつきよ			
		外れ	はずれ			脱落	だつらく					
		緩み	ゆるみ		接続部分、固定などが緩むこと。整形インプラントでは、骨セメントとインプラントとの固定が緩むこと。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき			
形状	けいじょう											
		潰れ	つぶれ		製品、構成部品の全体または一部がへこむこと。	凹み	へこみ	陥没	かんぼつ			
		捻れ	ねじれ		チューブやケーブルなどが捻れた状態。							
		伸び	のび		チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが置入より長くなった状態に発着すること。(形状のチューブなどは、キンクまで至らない状態)	アンラベル	あんらべる					
		曲がり	まがり			湾曲	わんきょく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ	
部品・構成部品	部品・構成部品読み											
カテーテル	かてーてーる											
トロカニードル	とろかにーどる											
ストレイチ	すたれいぢ											
エスケワ	えすけわ											
ロックング系	ろっくきんぐけい											
ハンドル	はんどる											
クリップ	くりっぷ											
スタイレット	すたいれっと											
カニューレ	かんにゅーれ											
ガイドワイヤ	がいでわいや											
接続チューブ	せつぞくちゅーぶ											
ラベル	らべる											
運搬包装	えんぱんほうそう											
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み									
共通	きょうつう											
		体内遠隔	たいないいざん		体内にインプラント又は留置した医療機器が意図せずに残ること							
組織損傷	そしきそんしょう											
		壊死	えし		1つ以上の細胞、または組織や臓器の一部の病理学的な死のこと。不可逆的な障害を伴う生じた場合のこと。							
		出血	しゅつけつ		何らかの作用によって血管、組織等に穴があくこと。							
		穿孔	せんこう		血管、組織等が傷つくこと。	外傷	がいしやう					
		損傷	そんしょう		血管、組織等が傷つけてできる傷。							
		皮膚	かわ									
炎症症状	えんしょうじょうじょう											



		炎症	えんしょう	体の一部が熱を持ち、赤く腫れたり痛んだりすること。発赤、熱感、腫脹、疼痛を炎症の4徴候という。何らかの原因により臓器が炎症を起こした状態の総称。											
		肺炎	すいえん												
		胆管炎	たんかんえん												
感染症状	かんせんしやうじやう														
		感染	かんせん	微生物が体内に侵入して増殖すること。	感染症	かんせんしやう									
		敗血症	はいけつしやう	血液のなかに菌が入り、細菌感染が全身に及んだ重篤な状態のこと。本来の中毒後出可能な量の細菌が泳いでいる状態のこと。											
		菌血症	きんけつしやう												
		発熱	はつねつ		高熱	こうねつ									
		腹膜炎	ふくまくえん												
その他の事象	そのたのじしやう														
		肝腫瘍	かんしやう	肝臓に腫瘍が出現すること。											
		腫脹	しゅちやう	炎症に伴う浮腫や液漏、腫瘍などが原因となって、組織や器官が正常範囲以上にその容積を増すこと。											
		拒絶反応	きよぜつはんのう	移植を行った後に起こる一連の生体反応。											
機能性障害	きのうせいしやうがい														
		気胸	ききやう	胸腔内で気体が肺を圧迫し、肺が外界を取り込みなくなった状態のこと。											
		閉塞	へいそく	血管など管腔状のものが、圧迫や詰まりなどによって塞がった状態のこと。											
アレルギー症状	あれるぎしやうじやう														
		ショック	しょくく	血圧が下がって死に至ること。											
		発赤	はつせき	皮膚や粘膜が発赤して赤くなること。											

     事務局が記入する部分  
     記入しない部分  
     団体が記入する部分



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- ・黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- ・同義語や注釈、FDAコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- ・必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- ・不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- ・英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- ・コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- ・今まで、定義に入れていた同義語は3つまで分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		7	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MT-JAPAN 胆管チューブ (システム)	えむていーじあばんたんかんちゆうぶ(すてい)												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジ協会	にほんいりよきてくろじけい												
適用医療機器名称 (類別)	適用医療機器名称 (一般的な名称)		JMDNコード										
内臓機能代用器(器?)													
	細管用ステント		17672000										
	気管支用ステント		17957000										
	気管用ステント		36223000										
	経腸用ステント		36143000										
	食道用ステント		36227000										
	大腸用ステント		70493000										
	胃十二指腸用ステント		70494000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
異物	いぶつ	異物混入 異物付着	いぶつこんにゆう いぶつちゆう	異物が混入し確認されること。 異物が付着し確認されること。									
使用	しよう	異所留置	いしよりゆうち	目的とは異なる部位に留置すること。									
位置	いち	移動	いどう	留置位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、留置位置から移動してしまふこと。	迷入	めいにゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ばくくあうと			
ダメージ	だめーじ	折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がること。整形では、***のものを医療機器又はその部品が、彎などを負った(変形)た状態又は歪みひび状に損傷すること。	キンク	きんく	折損	せつそん					
		貫通	かんつう	医療機器の一部がへこむこと。	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かっくあうと			
		亀裂	きれつ	ひび状に損傷すること。	ひび割れ	ひびわれ	クラック	くらっく					
		切断	せつだん	外部的な力(負荷)等による管などが二つ以上に分割すること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	離断	りだん			
		損傷	そんしやう	包装材料の劣化又は一部が欠けたり、汚損したりした状態などのこと。									
機能	きのう	拡張不能	かちやうふのう	バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かちやうふのう	拡張不能	ぼうちやうふのう					
		早期拡張	そうきかちやう	ステントが意図した以上に早くに拡張してしまふこと。									
		抜去不能	ばつそふのう	留置した部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜けステントをカイトワイヤー等から離脱することが出来ないこと。	抜去困難	ばつそふのう							
		リリース困難	りりーすこんなん										
流量	りやうりやう	詰まり	つまり	流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる(この場合は閉塞)。									
		閉塞	へいそく	流路が塞がれること。塞がれることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。									
固定	こてい	抜け	ぬけ	挿入している医療機器若しくはその一部が抜けたり、ずれたりすること。	抜去	ばつそふ							
		外れ	はずれ		脱落	だつらく							
形状	けいじやう												

変色	へんしよく	伸び	のび	チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが長さより長くなった状態。	アンラベル	あんらべる							
		凹み	へこみ	医療機器の一部がへこむこと。	陥没	かんぼつ							
		曲がり	まがり	形状に変形すること。(管状のチューブなどは、キンクまで至らない状態)	湾曲	わんきよく	歪み	ゆがみ	歪み	ひずみ			
部品・構成部品	部品・構成部品読み	腐食	ふしよく	金属が化学反応によりさびること、又さびた状態。	浸食	しんしよく							
先端チップ	せんたんちゆうぶ												
ステント	すてんと												
ハブ	はぶ												
シヤフト	しやふと												
カニューラ	かんにゆうら												
ハンドル	はんどる												
Yコネクタ	わいこねくた												
スース	しーす												
カテーテル	かてーてる												
ラベル	らべる												
滅菌包装	めつじんほうさう												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
患者訴え(懸念)	かんじやうつたえ(しゆゑ)												
		嘔気	おうき	胃の中の物をもしような感じ。	吐気	おうき							
		疼痛	どうつう	すきすき痛むこと。									
機械性障害	きのうせいしやうがい												
		黄疽	おうだん	血液の流れで循環しているビリルビンが皮下脂肪に大量に蓄積したときに起こる状態のこと。皮膚や白目が黄色くなること。									
		外胆汁瘻	がいたんじゆうろう										
		外胆瘻フィステル	がいたんじゆうろう										
		血管の過拡張	けつかんのかかくちやう	目的部位の血管を必要以上に広げすぎること。									
		呼吸機能低下	こきゆうきのうのていか	必要な酸素を取り入れ、生体で生じた二酸化炭素を体外に排出する機能が下がってしまうこと。									
		呼吸停止	こきゆうていし	気道閉塞、神経または筋肉の麻痺による呼吸努力の低下によって呼吸が止まること。									
		再狭窄	さいきやうさく	一旦拡張された部位が、何らかの作用により再び狭まってしまふこと。									
		胆管外瘻孔	たんかんがいうちゆうこう										
		胆管門脈瘻	たんかんもんみやくちゆう										
		閉塞	へいそく	血管など管腔状のものが、詰まったり、閉塞すること。									
その他の事象	そのたのじしやう												
		嘔吐	おうと	反射的に口から胃の内容物を吐き出す行為。又はその症状のこと。									
		肝腫瘍	かんしゆうりやう	肝臓に腫瘍が出現すること。									
		胸水	きょうすい	胸腔内に異常に多量の液体が貯留した状態。もしくは、その液体のこと。									
		血栓	けししゆ	血管によって組織内に血液貯留が形成された状態のこと。									
		ステント両側の腫瘍増殖	すてんとりやうたんしのしゆふぞうしよく										
		不快感	ふかいかん	身体的不快がある状態のこと。									
組織損傷	そしきそんしやう												
		潰瘍	かいりやう	局所的な欠損、または臓器や組織の壊死を指す。急性壊死組織の脱落により生じる。									
		解離	かいり	層構造をしている血管で、真ん中の層の層(中層)に、なんらかのきっかけによって血液が入り込んでしまい、層構造が層々に割れる状態のこと。	ダイセクション	だいせくしょん							
		出血	しゆつてつ	血管の破綻によって血管、組織等に血液が漏れ出すこと。									
		穿孔	せんこう										
		刺痛	せうしやう	外的、内的要因によって起こる体表組織の物理的に傷つけてしまふこと。									
		損傷	そんしやう	血管、組織等が傷つくこと。	外傷	がいしやう							
		破裂	はれつ	内部からの圧力作用や外部からの作用によって管状、袋状の組織が割れて裂けること。									



感染症状	かんせんしやうじやう	裂傷	れっしやう	皮膚などが裂けてできる傷。																
		感染	かんせん	微生物が、体内に侵入・定着した状態。	感染症	かんせんしやう														
		敗血症	はいけつしやう	血液のなかに菌が入り、細菌感染が全身に及んだ重篤な状態のこと。菌部の内臓の炎症や膿瘍の内臓を覆っている薄い膜に細菌などによって起こる炎症。																
炎症症状	えんしやうしやうじやう																			
		血圧低下	けあつていか	通常のその人の正常血圧血から大きく血圧が下がること。																
		肺炎	すいえん	何らかの原因により肺臓が炎症を起こした状態の総称。																
		胆管炎	たんかんえん	胆汁のうっ滞とそれに加わる細菌感染による胆管の炎症である。																
		胆道炎	たんだうえん	胆道炎は、本来「胆管炎」と同義であるとされている。																
		胆嚢炎	たんのうえん	胆管炎は、胆汁のうっ滞とそれに加わる細菌感染による胆管の炎症である。胆嚢に炎症が起こったもの。急性胆嚢炎の多くは、胆石によるものであ																
共通	きやうつう	心停止	しんていし	心臓が有効な循環を保てなくなっている状態のこと。																
予後不良	よごふりやう																			
		不整脈	ふせいみやく	繰り返す心拍が不規則であったり、速すぎたり(頻脈)、遅すぎたり(徐脈)、心臓を伝える電気刺激が異常な伝導経路をとることではじまるなど心拍リ																

     事務局が記入する部分  
     記入しない部分  
     団体が記入する部分



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない語彙は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまで分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

用語集名称	用語集名称読み		17	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
MTJAPAN 腎臓用チューブ	えむていーじやばんじんろうようちゆうぶ												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器テクノロジ協会	にほんいりょうきてくろじぎやかい												
適用医療機器名称 (個別)	適用医療機器名称 (一般的名称)		JMONコード										
医療用導管及び体液透析装置 (器51)													
		短期的使用腎臓用カテーテル	10735002										
		長期使用腎臓用カテーテル	10735003										
		先端カテーテル	10737000										
		腎臓石用フィルタ	11717000										
		血液ろ過装置	14224002										
		血液ろ過装置用カテーテル	14224003										
		血液ろ過装置用カテーテル	31973000										
		造路型血液ろ過装置用カテーテル	32022000										
		血液ろ過装置用カテーテル	32030000										
		血液ろ過装置用カテーテル	32035000										
		血液ろ過装置用カテーテル	34928012										
		血液ろ過装置用カテーテル	41605000										
		血液ろ過装置用カテーテル	70263000										
		血液ろ過装置用カテーテル	70264000										
		血液ろ過装置用カテーテル	70265000										
		血液ろ過装置用カテーテル	70266000										
		血液ろ過装置用カテーテル	70348000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
ダメージ	だめーじ												
		穴	あな	気密性が損なわれる状態を素子連絡口の。整形については、樹脂製に穴があくことを指す。	孔	こう	ピンホール	びんほーる					
		折れ	おれ	チューブなどの管状のものが折れ曲がると、管状では、***のこと。	キック	きんく	折損	せつそん					
		貫通	かんつう	医療機器又はその部品が、壁などを貫いた(突き抜けた)状態又は突き抜けた状態に付いて指す。	突き抜け	つきぬけ	穿孔	せんこう	カットアウト	かつとあうと			
		キズ	きず										
		切断	せつだん	外部的な力(負荷)等による管などが二つ以上に分かれること。	破断	はだん	断裂	だんれつ	りだん				
		亀裂	きれつ										
		損傷	そんしょう	包装材料の全体又は一部が欠けたり、汚損した状態などのこと。									
		剥離	はくり	構成に構成されているものの一部分が剥がれること。(コーティング材、ラミネート、液体などが圧力により剥離するなどにより物体が剥離すること。)	剥がれ	はがれ							
		破裂	はれつ		バースト	ばーすと							
位置	いち												
		逸脱	いつだつ	本筋からそれ、はずれること。生体弁については弁尖が本来あるべき位置からずれること。	脱軌	だつてん							

	移動	いどう		設置位置が本来の部位から別の部位へ移動すること。装置の場合は、設置位置から移動してしまふこと。体内の目的部位へ適切に設置できないこと。	迷入	めいにゆう	マイグレーション	まいぐれーしょん	バックアウト	ぼくくあうと			
異物	いぶつ	異物混入	いぶつこんにゆう	異物が混入し確認されること。									
		異物付着	いぶつつけざく	異物が付着し確認されること。									
気密	きみつ	液漏れ	えきもれ	液体が液路又は医療機器外部に漏れること。									
感染症状	かんせんしょうじょう	汚染	おせん	細菌、ガスなどの有害成分や病原体が混入すること。	汚損	おそん							
機能	きのう	拡張不能	かちょうふのう	バルーン、ステントが膨らまない(展開)こと。	拡張不良	かちょうふりょう	拡張不能	かちょうふのう					
		過剰突出	かじょうとつしゅつ	内部より針、チューブ、ワイヤ等が突出した部分があること。	突出異常	とつしゅついじょう							
		収縮	しゅうしゆく										
		収縮不能	しゅうしゆくふのう	膨らんだ部分が収縮しないこと。	収縮不良	しゅうしゆくふりょう							
		収納困難	しゅうのうこんなん	突出している針、チューブ、ワイヤ等を収納器具する機構があるもので、内部より突出させた針、チューブ、ワイヤ等を再び医療機器内部に挿入することが難しい状態。又は長さなどによりガイドワイヤ、チューブ、カテーテル、インフレーションが正常に注入されないこと。	スタック	すたっく							
		注入不能	ちゅうにゆうふのう										
		突出不能	とつしゅつふのう	内部より針、チューブ、ワイヤ等が突出した際に、十分な突出量が得られず、留置した部位から取り去ることができないこと。また、注入した物質が抜け	突出異常	とつしゅついじょう							
		抜去不能	はくさふのう		抜去困難	はくさふのう							
流量	りゅうりょう												
		過少投与	かしょうとうよ	設定した流量又は予定量に満たないこと。未投与の場合を含む。	過小注入	かしょうちゅうにゆう	未投与	みとうよ					
		過量投与	かじょうとうよ		過剰投与	かじょうとうよ	過大注入	かだいとうよ	サイフエニング	さいふえにんぐ			
		狭窄	きょうさく	すぼまって狭いこと。カテーテル、チューブなどの内腔が何らかの原因で狭くなること。									
		詰まり	つまり	流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる(一時的な場合は閉塞)。									
		閉塞	へいそく	流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。									
固定	こてい	事故抜去	じこばつさ	患者に挿入した医療機器が原因で抜去されること。患者自身が抜去してしまふ場合は、自己抜去。	自己抜去	じこばつさ	自然抜去	しぜんばつさ					
		抜け	ぬけ	挿入した医療機器が原因で抜去されること。	抜去	はくさ							
		外れ	はずれ	挿入した医療機器が原因で抜去されること。	脱落	だつらく							
		緩み	ゆるみ	流路部分に物質が固まること。固まることにより液体・ガスなどの流れが妨げられる場合もある。	ぐらつき	ぐらつき	がたつき	がたつき					
形状	けいじょう	捻れ	ねじれ	チューブやコードなどが捻れた状態。	アンラベル	あんらべる							
		伸び	のび	チューブ、カテーテル、ガイドワイヤ、コイルなどが固定より長くなった状態に成形すること。(管状のチューブなどは、シワで伸びない状態)	湾曲	わんきよく	歪み	ひずみ	歪み	ゆがみ			
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
カテーテル	かてーてる												
チューブ	ちゆうぶ												
バルーン	ばるーん												
バルブ	ばるぶ												
コネクタ	こねくた												
ニードル	にーどる												
ガイドワイヤ	がいでわいや												
バック	ばくく												
ラベル	らべる												
血液ろ過装置	けつえろくわそう												