

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない内容は、空白で構いません。
- 必要であれば追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は別冊で記載しています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その後は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や明など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語はすべて分けて「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号 不具合用語(33) 3-1

用語集 3

用語集 3

用語集名称	用語集名称読み			I	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)	
高圧ガスレギュレーター	こうあつがすれいぎゅらーたー																		
作成担当団体	作成担当団体読み																		
日本医療機器工業会	にほんいりょうきこうぎょうかい																		
通用医療機器名称(類別)	通用医療機器名称(一般的名称)			JMDNコード															
第56 呼吸補助器	第56 呼吸補助器			35300000															
不具合総称	不具合総称読み																		
動作不良	どうさふりょう																		
		誤動作	ごどうさ		意図した作動をしないこと														
		ガス供給不可	がすきゅうけふか		機器からガスが全く流れないこと。														
性能不良	せいのふりょう																		
		流量不良	りゅうりょうふりょう		意図した性能(流量)を発揮しない事														
不適切使用	ふてきせつしよう																		
		誤接続	ごせつぞく		意図しない接続や周辺機器に誤って接続すること														
		機器の誤使用	きこのごしよう		意図しない方法で機器を使用すること														
		周辺機器の誤使用	しゅうへんきこのごしよう		意図しない方法で周辺機器を使用すること														
故障	こしょう																		
		ノブの故障	のぶのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない														
		スイッチの故障	すいちのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない														
		ゆるみ	ゆるみ		採取部品の潤滑部(押し、接着等)のゆるみが発生し、正常状態に比べて部品が動いたり、滑ったりして部品に比べて部品が動いてしまうこと														
		がたつき	がたつき																
		劣化	れつか		機械的影響や化学的影響等により構成部品の全体又は一部の性能が経時的に低下すること														
		破損	はそん		構成部品の全体又は一部が壊れたり歪んだりすること														
		変形	へんけい		構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること														
		脱落	だつらく		構成部品の全体又は一部が外れて機能的に分離すること														
		磨耗	まもう		構成部品の一部が磨り減り使用によりすり減ること														
		ガス漏れ	がすもれ		機器の意図しない部分からガスが漏れること。														
		安全弁誤作動	あんぜんべんごどう		規定の供給圧以下で安全弁が作動すること。														
表示不良	ひょうふりょう																		
		表示部の不良	ひょうぶふりょう		表示部が正しく表示しない状態														
異質しい効果	いしないうけあ																		

	落下	らつか			製品を落下させたため生じた破損など														
発火	はつか		変形	へんけい	外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること								1059	Bend					
			引火	いんか	酸素ガスの急激な昇の開放や、油の使用による発火														
異物	いぶつ		付着物	ふちゃくぶつ	構成部品の表面に汚物、異物、汚れ等が付着すること								1259	Foreign material	1259	Foreign material	1259	Foreign material	
記載不備	きざいふび		部品	ぶひん															
部品	ぶひん		部品	ぶひん															
圧力	あつりょく		圧力	あつりょく															
パイプ	ぱいぷ		パイプ	ぱいぷ															
安全弁	あんぜんべん		安全弁	あんぜんべん															
健康被害総称	けんこうひがい		健康被害総称読み	けんこうひがい															
重要な健康被害	じゅうじょうけんこうひがい		重要な健康被害	じゅうじょうけんこうひがい															
			重要な健康被害	じゅうじょうけんこうひがい	死亡、障害、死亡又は障害につながるおそれのある症例、治療のため入院又は診療所への入院又は入院期間延長の発生を伴う症例、その他に重篤である症例、後継者における先天性の病気又は異常														
非重要な健康被害	ひじゅうじょうけんこうひがい		非重要な健康被害	ひじゅうじょうけんこうひがい	重篤、死亡以外の症例														
傷害	しょうがい		傷害	しょうがい	患者又は操作者に傷を負わせること。														
呼吸不全	こきゅうふぜん		呼吸不全	こきゅうふぜん															
			低酸素症	ていさんそしょう	呼吸、動脈血、または組織の酸素が正常未満の値に減少すること									1918	Hypoxia				
			低酸素血症	ていさんそけつしょう	動脈血中の酸素が不足した状態、低酸素状態、呼吸困難、肺動脈圧上昇、肺疾患などによる低酸素状態を指す。									2045	Respiratory distress				
			低酸素脳症	ていさんそなうしょう	低酸素状態は呼吸不全などにより、十分な酸素供給がでなくなる状態を指す。														
			チアノーゼ	ちあんのぜ	血中の還元ヘモグロビンの濃度が正常範囲に達しないこと									1798	Cyanosis				
			呼吸数、減少	こきゅうすう、げんじょう	呼吸数が減少すること														
			呼吸困難	こきゅうこんなん	呼吸困難は呼吸不全とは異なる状態であり、呼吸不全とは異なる状態を指す。														
			無酸素症	むさんそしょう	呼吸数が減少すること														
			無酸素症	むさんそしょう	呼吸数が減少すること														
機関障害	きかんしょうがい		機関障害	きかんしょうがい															
			血圧低下	けつあつていじ	血圧が低下すること									1720	Apnea				
			心拍数低下	しんぱくすうていじ	心臓の拍動回数が低下すること									1720	Apnea				
意識障害	いしきしょうがい		意識障害	いしきしょうがい															
			意識不明	いしきふめい	意識の深さが低い状態のこと														
			意識不明	いしきふめい	意識を失った状態のこと														
無呼吸	むこきゅう		無呼吸	むこきゅう															
			呼吸停止	こきゅうていし	呼吸の停止。														
			窒息	ちっそく	呼吸が停止すること														
			窒息	ちっそく	呼吸が停止すること														
			痛み	いたみ															
			痛み	いたみ															
			感染	かんせん	病原微生物が人体に侵入し、臓器や組織中で増殖し、種々の症状をもたらすこと	感染症	かんせんしょう							1930	Infection				
見直し	みのがし		見直し	みのがし	医師による不足な診断、または誤った診断	誤診	ごしん							2159	Malagnosis				
死	し		死	し	生命活動が止まること									1802	Death/expired				
その他の健康被害	そこのけんこうひがい		その他の健康被害	そこのけんこうひがい															

		その他の健康被害	その他のけんこうひがい	不適切な使用や、機器の異状に伴い健康を害すること							2200	Other (for use when an appropriate patient code cannot be identified)				
適当な使用	てきとうがしりよう	適当な使用	てきとうがしりよう	不適切な使用								NA	NOT APPLICABLE			
不明	ふめい	不明	ふめい	患者情報が収集できていない、もしくは患者情報が得られなかった状態 患者情報について一切の情報提供の場力が得られなかった状態								UNK	UNKNOWN			
健康被害なし	けんこう被害なし	健康被害なし	けんこうひがいなし	不具合はあったが健康被害に及らなかった状態、もしくは不具合も健康被害もなかった状態								NI	NO INFORMATION			
汚染	おせん	汚染	おせん	患者がデバイスの血液/体液に接触することにより汚染されること								2199	No consequences or impact to patient			
												1745	Contamination from blood/fluids			

■ 事業者が記入する部分  
□ 記入しない部分  
□ 図体が記入する部分





新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や名称、JMDコードなどを作成していない語句は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は別層構造としています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字は半角で、その他は全角で記述してください。
- コメントは、注釈や明など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまで分けて同義語1~3]に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料番号	不具合用語(33)
	3-1

用語集名称	用語集名称読み		18	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
呼吸器装置	こきょうかいじよう																
作成担当団体	作成担当団体読み																
日本医療機器工業会	にほんいりょうきこうぎょうかい																
適用医療機器名称(個別)	適用医療機器名称(個別)読み		JMDコード														
類09 呼吸補助器																	
	人工呼吸器(呼吸補助器)		14362000														
	再使用可能な乳用ウォーターラップ		10563000														
	再使用可能な人工呼吸器ウォーターラップ		31286000														
	再使用可能な人工呼吸器ウォーターラップ		38276000														
	再使用可能な人工呼吸器ウォーターラップ		38277000														
	再使用可能な人工呼吸器ウォーターラップ		41679000														
	閉鎖式呼吸器補助人工呼吸器		16803000														
	再使用可能な呼吸器補助人工呼吸器		42909000														
	再使用可能な呼吸器補助人工呼吸器		34838012														
	再使用可能な呼吸器補助人工呼吸器		34838022														
	再使用可能な人工呼吸器補助人工呼吸器		37705000														
	再使用可能な人工呼吸器補助人工呼吸器		37709000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		70566000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		70566000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		35201000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		35202000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		35203000														
	呼吸器用人工呼吸器補助人工呼吸器		35171000														
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み														
不良	ふりよう																
		破損	はそん	製品の一部分または全部が壊れたり、変形したりすること。													
		がたつき	がたつき	機器の接続部がゆるんだり外れたりすることで、接続の接続部のみを合わせずにずれが生じること。													
		劣化	れいか	長期使用や過熱な環境に置かれた機器は、性能が著しく、使用に耐えなくなること。													
		変形	へんけい	熱や外力によって、機器の一部が曲がりたり、凹んだりすること。													
		脱落	だつらく	接続部品の本体又は一部が外れて、機能的に故障すること。													
		ひび割れ	ひびわれ	劣化、衝撃などで部品に亀裂が入ること。													
		摩耗	まもう	部品が摩擦などで削られて、細くあるいは薄くなること。													
		緩み	ゆるみ	接続が甘くなること。													
		動作不良	どうさふりよう	製品の動作が正常な動作から逸脱すること。													
		性能不良	せいようふりよう	意図した性能を発揮しない事													
		断線	だんせん	ワイヤー、電気ケーブル等の接続の接続部が壊れたり切れたりすること。													

	出火	しゅつか		ヒーターワイヤの破損、絶縁皮膜を損傷し、引火性の物質(薬剤など)が接触してヒーターワイヤの発熱で発火すること。													
	ガスリーク	がすりーく		意図しない箇所よりガスリークすること。													
	接続不良	せつぞくふりよう		製品の接続ができないか、緩む。													
	電気接続部に生じる接続状態の不良	でんきせつぞくぶにせいじるせつぞくじょうたいのふりよう		導線を意図した場所や経路に電流が流れないこと。													
	絶縁劣化	ぜつえんれいか		絶縁を意図した場所や経路に電流が流れてしまうこと。													
	表示部の不良	ひょうじぶのふりよう		表示部が正しく表示しない状態													
不適切使用	ふてきせつじよう																
	誤接続	ごせつぞく		意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること。													
	製品の誤使用	せいひんのごじよう		意図しない方法で製品を使用すること。													
	周辺機器との誤使用	しゅうへんききとのごじよう		意図しない方法で周辺機器を使用すること。													
異物	いぶつ																
	異物	いぶつ		製品内に意図しない物質があること。													
記載不備	きざいふび																
	記載不備	きざいふび		記載に不備があること。													
不明	ふめい																
	不明	ふめい		不明													
部品・構成部品	ぶひん・けいせいぶひん																
コネクタ	こねくた																
ヒーターワイヤ	ひーたーわいや																
アダプター	あだぷたー																
フィルター	ふろたー																
健康被害総称	けんこうひがいそうせう	健康被害名称	けんこうひがいめい	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み							
未熟児網膜症	みじゅくじょうまくしじょう	未熟児網膜症	みじゅくじょうまくしじょう	網膜血管の未熟性により、網膜剥離に進展する疾病のこと。以前は、新生児期の胎児発症と区別がなされていなかった症例でも未熟児網膜症にいたる症例もある。													
壊死	えし	壊死	えし	通常の死とは違い、体の一部分を構成する細胞だけが死滅すること。													
火傷	やけど	火傷	やけど	お湯や熱、火などによる熱・化学薬品・放射線などが原因で皮膚組織(主に皮膚)を局所的に損傷すること。													
発熱	ほつねつ	発熱	ほつねつ	脳のなかの視床下部と呼ばれる部分にある体温調節中枢が何らかの原因で異常を起し、体温が正常より高くなった状態のこと。													
かぶれ	かぶれ	かぶれ	かぶれ	身体の同じ場所を長時間圧迫することにより皮膚と皮膚が乾燥した状態のことになります。													
脳障害	のうしょうがい	脳障害	のうしょうがい	頭部へ外力が加わり、脳実質が起る異常の脳が損傷を受けること。													



新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない関係は、空白で構いません。
- 必要であれば追加してください。ただし、別は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は別冊構成としています。B-C列が総称で、D-E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語はすべてを「同義語1~3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料	不具合用語(3)
資料	3-1

項目	3
----	---

項目	1
----	---

用語集名称	用語集名称読み			3	定義	同義語1	同義語2読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
医療用吸引器等	いりょうきゅうきゅう いんさうき																	
作成担当団体	作成担当団体読 み																	
日本医療機器工業会	にほんいりょうきき こうぎょうかい																	
通用医療機器名称 (類別)	通用医療機器名称 (一般的名称)			JMGNコード														
種別	種別																	
電動式可動吸引器	電動式可動吸引器			36816030														
電動式吸引器	電動式吸引器			36777000														
可動吸引器	可動吸引器			36816000														
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み															
汚染	おせん																	
		汚染	おせん		装置、吸引回路が血液/体液に接触することにより汚染されること													
故障	こしょう																	
		故障	はそん		機器の一部または全部が壊れたり、働つたりすること。													
		ノブの故障	のぶのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない													
		スイッチの故障	すいちのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない													
		がたつき	がたつき		機器の接続部がゆるんだり外れたることで、機器の接続部のかみ合わぬが原因となること。													
		劣化	れつか		長期間使用や過熱な環境に置かれた機器は、劣化が激しく、使用に耐えなくなること。													
		変形	へんけい		熱や外力によって、機器の一部が壊れたり、変形すること。													
		脱落	だつらく		構成部品の全体又は一部が外れて機械的に分離すること													
		破裂	はれつ		おおつているものが力に耐えられなくなつて、破損すること。													
		ひび割れ	ひびわれ		劣化、衝撃などで部品に亀裂が入ること。													
		摩耗	まもう		構成部品の一部が繰り返し使用によりすり減ること													
		焼損、発熱	しょうそん、はつねつ		電気回路を構成する素子、デバイス等が焼損、発熱すること。													
		曇み	ゆるみ		ねじなどの締め付けがゆるくなること。													
誤作動	ごさどう																	
		逆流	ぎゃくりゅう		吸引口と反対側に液体/気体が流れること													
		誤作動	ごさどう		機器の動作が正常な動作から逸脱すること。													
		機能停止	きのうていし		一部又は全部の機能が停止すること													
		リセット	りせつと		機器の全体又は一部の機能が一旦停止し、再度機能すること													
性能不良	せいようふりょう																	
		性能不良	せいようふりょう		意図した性能を発揮しない事													

吸引不良	きゅういんふりょう																	
		閉塞	へいそく		吸引する回路の通路や出入り口がふさがること													
		脱落	そんしやう		構成部品の全体または一部が壊れたり働つたりすること													
		エアリーク	えあーりーく		吸引する回路に空気漏れ等があり設定吸引圧に達しないこと													
		接続不良	せつぞくふりょう		吸引回路の接続が外れてリークすること													
		誤接続	ごせつぞく		吸引回路の接続管を誤って接続すること													
		オーバーフロー	おーばーふろー		唾液が収集容器の容量を超えること													
		エアブロック	えあーぶろっく		吸引回路の接続管等に唾液が貯留し吸引圧力が分断されること													
充電不良	じゅうでんふりょう																	
		バッテリー不良	ばてりーふりょう		バッテリー容量の低下													
		充電回路故障	じゅうでんがいろこしょう		充電回路の故障により充電不良となること													
アラーム不良	あらーむふりょう																	
		アラーム表示及び音不良	あらーむひょうじおよびおとふりょう		アラームが発生したが、可聴できない、表示されない。													
		アラーム音不良	あらーむおとふりょう		アラームが発生したが、可聴できない、音がでない。													
		アラーム音小さい	あらーむおとちいさい		アラームが発生したが、可聴できない、表示はできている													
		アラーム表示不良	あらーむひょうじふりょう		アラームが発生したが、表示されない													
		アラーム誤作動	あらーむごさどう		アラームは発生していないが、警報音と警報ランプが誤作動する													
		警報音停止不良	けいごうおんきゅうしふりょう		アラームの一時停止ができない													
不適切使用	ふてきせつしやう																	
		誤接続	ごせつぞく		意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること													
		機器の誤使用	ききのごしやう		意図しない方法で機器を使用すること													
		周辺機器の誤使用	しゅうへんききのごしやう		意図しない方法で周辺機器を使用すること													
		電波障害	でんぱしょうがい		機器の近くで電磁波により機器内の電子機器に誤作動が起こること。													
		落下	らっか		装置を落下させたため空び壊損等													
接続不良	せつぞくふりょう																	
		断線	だんせん		ワイヤー、電気ケーブル等の接続の接続部が断れたり切れたりすること。													
		電気接点間に生じる接触状態の不良	でんきけつてんあいにしるじやうじょうたいのふりょう		導線を意図した場所や経路に電流が流れないこと													
火災	かさい																	
		発火	はつか		機器内の可燃物がなんらかの原因で発火すること。													
		爆発	ばくはつ		可燃物と酸素があるところに、火災が起ると燃焼の条件が揃い、その可燃物が燃えること。													
絶縁不良	ぜつえんふりょう																	
		絶縁劣化	ぜつえんれつか		絶縁を意図した場所や経路に電流が流れてしまうこと													
表示不良	ひょうじふりょう																	







