

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない語句は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は厳密に区別しています。かつ列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由に添えてください。
- 今まで、定義に入れていた同義語は3つまで分けて「同義語1〜3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

不具合用語(33)
3-1

用語集名称	用語集名称読み			1	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
一般化ガス管理システム	いーまんがすか んりしすてむ																	
作成担当団体	作成担当団体																	
日本医療機器工業会	にほんいりょうき こうぎょうかい																	
通用医療機器名称 (類別)		通用医療機器名称 (一般的名称)		JMCONコード														
第56 呼吸補助器		一般化ガス管理システム		37266000														
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み															
動作不良	どうさふりよう																	
		機能停止	きのうていし		一部又は全部の機能が停止すること													
		リセット	りせつと		機器の全体又は一部の機能が一旦停止し、再度機能すること													
		誤動作	ごどうさ		意図した動作をしないこと													
性能不良	せいのもふりよう																	
		投与速度不良	とうよのうどふりよう		意図した速度が発与されない													
		モニタリング不良	もにたりんぐふりよう		正しく濃度をモニターしない													
アラーム不良	あらーむふりよう																	
		アラーム表示及び音 不良	あらーむひょうじおよび おとふりよう		アラームが発生したが、可聴できないし、表示されない。													
		アラーム音不良	あらーむおとふりよう		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。													
		アラーム音小さい	あらーむおと小さい		アラームが発生したが、可聴できないが、表示はできている。													
		アラーム表示不良	あらーむひょうじふりよう		アラームが発生したが、表示されない													
		アラーム誤作動	あらーむごさどう		アラームは発生していないが、警報音と警報ランプが誤作動する													
		警報音停止不良	けいほうおんきやうしふりよう		アラームの一時停止ができない													
不適切使用	ふてきせつしよう																	
		誤接続	ごせつぞく		意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること													
		機器の誤使用	ききのごしよう		意図しない方法で機器を使用すること													
		周辺機器の誤使用	しゅうへんききのごしよう		意図しない方法で周辺機器を使用すること													
接続不良	せつぞくふりよう																	
		断線	だんせん		ワイヤー、電気ケーブル等の接続の構成部品が折れたり切れたりする													
		電気接点間に生じる 接触状態の不良	でんきせつてんかんに しるじるせつぞくしよう ないふふりよう		導線を意図した場所や経路に電流が流れないこと													
		ガスリーク	がすりーく		意図しない箇所よりガスリークすること													
絶縁不良	ぜつえんふりよう																	

		絶縁劣化	ぜつえんれつか		絶縁を意図した場所や経路に電流が流れてしまうこと													
故障	こしょう																	
		ノブの故障	のぶのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない													
		スイッチの故障	すいっちのこしょう		操作するも反応が無くセッティングが出来ない													
		ゆるみ	ゆるみ		構成部品の潤滑部(ねじ、接着等)の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと													
		がたつき	がたつき		構成部品の潤滑部(ねじ、接着等)の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと													
		劣化	れつか		機械的影響や化学的影響等により構成部品の全体又は一部の性能が持続的に低下すること													
		破損	はそん		構成部品の全体又は一部が壊れたり腐ったりすること													
		変形	へんけい		構成部品の全体又は一部が形状が初期状態と異なること													
		脱落	だつらく		構成部品の全体又は一部が外れて機械的に分離すること													
		磨耗	まほう		構成部品の一部が繰り返し使用によりすり減ること													
		バッテリー不良	ばてりふりよう		バッテリーの不良													
		焼損、発熱	しょうそん、はつねつ		電気回路を構成する素子、デバイス等が焼損、発熱すること													
表示不良	ひょうじふりよう																	
		表示部の不良	ひょうじぶのふりよう		表示部が正しく機能しない状態													
意図しない現象	いしないうけんさ																	
		転倒	てんとう		製品が意図した位置から倒れること													
		水濡れ	みずぬれ		構成部品の隙間から液体の内部に水が浸入すること								1405	Moisture damage	2649	Hermetic seal, loss of		
		変形	へんけい		外力等により構成部品の全体又は一部の形状が初期状態と異なること								1059	Bend				
		爆発	ばくはつ		ガス等への引火による燃焼作用を伴う急激な化学変化又は物理変化のこと								1218	Explosive				
		引火、発火	いんか、はつか		火や熱が他の燃えやすい物質に移って燃え出すこと								1245	Fire	1303	Ignited		
異物	いぶつ																	
		付着物	ふちゃくぶつ		構成部品の表面に汚物、異物、汚れ等が付着すること								1259	Foreign material	1259	Foreign material	1259	Foreign material
圧壊・破損 不明	あきさいふび みづめい																	
部品・構成部品	部品・構成部品読み																	
インジェクションモ ジュール	インジェクションモ ジュール																	
コネクタ	コネクタ																	
O2セル	オーブセル																	
NO2セル	エヌオーブセル																	
フィルタ	フィルタ																	
ポンプ	ポンプ																	
ホース	ホース																	
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み		定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み							
呼吸不全	ききゅうぜん																	
		低酸素症	ていさんそしよう		吸気、動脈血、または組織の酸素が正常値未満の値に減少すること	低酸素状態	ていさんそじようた い						1918	Hypoxia				
		低酸素血症	ていさんそけつしよう		動脈血中の酸素が不足した状態。呼吸器の故障、肺動脈狭窄、肺血管などによる低酸素血症等が原因。								2045	Respiratory distress				
		低酸素脳症	ていさんそのがしよう		低酸素を長時間にわたって呼吸不全などにより、十分な酸素供給がでなくなる状態に陥ること													
		チアノーゼ	ちあんのぜ		血液中の酸素が減少すること								1798	Cyanosis				
		動脈酸素飽和度低下	どうみゃくさんそくわど うげんさふあうど		血液中の酸素が減少すること													
		呼吸数、減少	こくきうすう、げんさう		呼吸数の減少	サチュレーション 低下	さちゅれーしよんて いか	SpO2低下	えすびーおーつ うていいか				2485	Respiratory rate,				
		換気困難	かんきこんなん		換気困難													

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容は該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDAコードなど作成していない関係は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は重複構造になっています。かつ列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気を付けてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コメントは、注釈や例など自由に使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1〜3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語だと分かるように注釈に記入してください。

資料	不具合用語(33)
	3-1

部	加納
	3

部	加納
	3

用語集名称	用語集名称読み			3	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
使用箇所	使いきょう																	
作成担当団体	作成担当団体読み																	
日本医療機器工業会	にほんいりょうきこうぎょうかい																	
通用医療機器名称(類別)	通用医療機器名称(一般的名称)			JMDHコード														
部08 保育器		器具式保育器			38142000													
		定置型保育器			35025000													
		定置型乳児用放射加温器			17956000													
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み															
故障	こしょう																	
		破損	はそん		機器の一部または全部が壊れたり、壊れたりすること。													
		ノブの故障	のぶのこしょう		操作する反応が無くセティングが出来ない													
		スイッチの故障	すいっちのこしょう		操作する反応が無くセティングが出来ない													
		がたつき	がたつき		機器の接続部がゆるんだり外れたりすること。機器の接続部のみ含ませずにずれが生じること。													
		劣化	れっか		長期使用や過酷な環境に置かれた機器は、性能が低下し、使用に耐えなくなること。													
		変形	へんけい		熱や外力によって、機器の一部が曲がったり、凹んだりすること。													
		脱落	だつらく		構成部品の全体又は一部が外れて機械的に分離すること													
		浸潤れ	えきもれ		加温機などの液体充填部に劣化などで亀裂が生じ時に液体がそこから漏れること。													
		破裂	はくれつ		密封された水が温められて膨張し、おおっているものが力に耐えられなくなつて、破損すること。													
		ひび割れ	ひびわれ		劣化、衝撃などで部品に亀裂が入ること。													
		摩耗	まもう		回転軸や引き出しなどの部品が摩擦などで削られて、隙(あひら)は薄くなること。													
		弾性力低下	だんせいりょくていか		デハイス等の一定の弾性力を必要とするものが、長年の使用などで、回りが戻らなくなること。													
		焼損、発熱	しょうそん、はつねつ		電気回路を構成する素子、デバイス等が過熱、発熱すること。													
		緩み	ゆるみ		ねじなどの締め付けがゆるくなること。													
誤作動	ごさどう																	
		誤作動	ごさどう		機器の動作が正常な動作から逸脱すること。													
		機能停止	きのうていし		一部又は全部の機能が停止すること													
		リセット	リセット		機器の全体又は一部の機能が一旦停止し、再度機能すること													
性能不良	せいりょうふりょう																	
		空気循環機能低下	くうきじゆんかんきのうていか		保育器の強制循環システムの何らかの不具合で生じ、ファンの異常や、空気循環路の閉塞などで起こる事実のこと。													

		温度制御機能不良	おんどせいぎょきのうふりょう		保育器内の中床やファンカバーの形状などで空気の流れの異常による断内部品が正常でなくなること。													
		気密性低下	きみつせいていか		保育器設置や手入窓のロック等の劣化によりフード内の空気が外に漏れやすくなること。													
バッチリ不良	ばってりふりょう																	
		バッチリ駆動不良	ばってりくどうふりょう		バッチリの異常でバッチリによる駆動ができないこと。													
アラーム不良	あらーむふりょう																	
		アラーム表示及び音不良	あらーむひょうじおよびおとふりょう		アラームが発生したが、可能できない、表示されない。													
		アラーム音不良	あらーむおとふりょう		アラームが発生したが、可能できないが、表示はできている。													
		アラーム音小さい	あらーむおと小さい		アラームが発生したが、可能できないが、表示はできている													
		アラーム表示不良	あらーむひょうじふりょう		アラームが発生したが、表示されない													
		アラーム誤作動	あらーむごさどう		アラームは発生していないが、警報音と警報ランプが誤作動する													
		警報音停止不良	けいほうおんきゅうしふりょう		アラームの一時停止ができない													
不適切使用	ふてきせつしりょう																	
		誤接続	ごせつぞく		意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること													
		機器の誤使用	ききのごしりょう		意図しない方法で機器を使用すること													
		周辺機器の誤使用	しゅうへんききのごしりょう		意図しない方法で周辺機器を使用すること													
		電源障害	でんげんしょうがい		保育器の近く敷かれた電線道により保育器内の電子機器に誤作動が起こること。													
		転倒	てんとう		機器が移動などの際に、キックスターなどが倒れに引っかかり、倒れること。													
接続不良	せつぞくふりょう																	
		断線	だんせん		ワイヤー、電気ケーブル等の線状の構成部材が折れたり切れたりすること。													
		電気接点間に生じる接触状態の不良	でんきせつてんかんじょうしるせつふくごうのふりょう		導通を意図した場所や経路に電流が流れないこと													
火災	かさい																	
		発火	はつか		機器内の可燃物がなんらかの原因で発火すること。		発火											
		爆発	ばくはつ		可燃物と酸素があるところに、火気や熱など燃焼の条件が揃い、その可燃物が燃えること。													
絶縁不良	ぜつえんふりょう																	
		絶縁劣化	ぜつえんれっか		絶縁を意図した場所や経路に電流が流れてしまうこと													
表示不良	ひょうじふりょう																	
		表示部の不良	ひょうじぶのふりょう		表示部が正しく機能しない状態													
異物	いぶつ																	
		異物	いぶつ		製品内に意図しない物質があること													
記載不備	きさいふび																	
		記載不備	きさいふび		記載に不備があること													

用語集名称	用語集名称読み			5	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
超音波手術器	ようごしやうちようおん はしやつぎ													
作成担当団体	作成担当団体読み													
日本医療機器工業会	にほんいりようきこう ぎょうかい													
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的名称)		JMDNコード										
器12 理学診療用器具														
		超音波ナイフ		36540000										
		超音波吸引器		37776000										
		超音波ナイフハンド ピース		39837000										
器29 電気手術器		超音波手術器		70651000										
		超音波処置用電動器		70664000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み											
動作不良	どうさふりょう													
		誤作動	ごさどう		出力の変動やモードの変動など 意図した作動をしないこと。									
		切除不能	せつじょふのう		組織の切除ができないこと。									
		出力スイッチ不良	しゅつりょくすいっちふ りょう		出力スイッチを入れても意図した 動作をしないこと。									
		通電不良	つうでんふりょう		ハンドピースに出力が伝達されな いこと。	導通不良	どうつうふりよ う							
		アラーム作動	あらーむさどう		機器が何らかの異常を検出し、ア ラームを作動させること。	アラーム発生	あらーむはつ せい							
		器具認識不良	きぐにんしきふりょう		装置本体が接続された器具を自 動認識できないこと。									
機能停止	きのうていし													
		電源遮断	でんげんしゃだん		装置の電源が入らないか又は使 用中に切れること。									
		操作不能	そうさふのう		装置の一部又は全部の操作が不 可能となること。									
機器不具合	ききふぐあい													
		発煙	はつえん		装置から煙がでること。									
		発熱	はつねつ		装置やハンドピースが過熱するこ と。	過熱	かかねつ							
		固定不良	こていふりょう		装置又は器具の部分の固定が不 良となること。	がたつき	がたつき							
		異常音	いじょうおん		正常では聞えない音が発生するこ と。									
出力不良	しゅつりょくふりょう													
		出力停止	しゅつりょくていし		出力が意図せずに停止すること。									
		出力上昇	しゅつりょくじやうしやう		出力が意図せずに上昇すること。									
		出力低下	しゅつりょくていか		出力が意図せずに低下すること。									
接続不良	せつぞくふりょう													
		断線	だんせん		導線部分が断裂すること。									
		接触不良	せつしよくふりょう		完全な接続が維持ができないこ と。	錆び	さび							
		腐食	ふしよく		接続不良となる接続部の劣化。									
		腐み	ゆるみ		接続不良となる接続部がたつ こと。									
灌流吸引不良	かんりゅうきゅういんふり ょう													
		吸引不良	きゅういんふりょう		吸引に支障が出ること。									
		灌流不良	かんりゅうふりょう		灌流に支障が出ること。									
		ポンプ不良	ぽんぷふりょう		灌流・吸引用ポンプが正しく動作 しないこと。									
損傷	そんしやう													
		欠損	けっそん		機器の一部が失われていること。									
		折損	せっそん		電線部が折れていること。									

		脱落	だつらく		器具の一部が使用中に失われる こと。									
		折れ曲がり	おれまがり		器具の部分が異常に曲がってい ること。									
		亀裂	きれつ		器具の部分又は絶縁部に亀があ ること。									
		割れ	はがれ		絶縁された部分が割れているこ と。									
		変形	へんけい		器具の部分が正常とは異なる形 状となっていること。									
		破損	はそん		器具の一部が壊れること。									
意図しない効果	いとしないうか													
		電磁干渉	でんじかんしやう		機器に電磁的な干渉が発生する こと。	電波障害	でんぱしやう がい	電磁障害	でんじしやう がい					
		引火	いんか		手術器の使用により火災が発生 すること。	発火	はつか	火災	かさい					
異物	いぶつ													
		異物混入	いぶつこんにゅう		滅菌品の内部に異物があること。									
		異物付着	いぶつふちやく		滅菌品に異物が付着しているこ と。									
不適切使用	ふてきせつしやう													
		正常でない機器の使 用	せいじやうでないきき のしやう		意図しない方法で機器を使用す ること。									
		誤接続	ごせつぞく		意図しない接続部や周辺機器に 誤って接続すること。									
部品・構成品	部品・構成品読み													
ハンドピース	はんどびーす													
チップ	ちふ													
ブレード	ぶらーど													
フットスイッチ	ふつとすいっち													
コネクタ	こねくた													
ケーブル	けーぶる													
コード	こーど													
送水チューブ	そうすいちゆーぶ													
吸引チューブ	きゅういんちゆーぶ													
吸引ポート	きゅういんぽーと													
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み											
損傷	そんしやう													
		電撃	でんげき		電気設備、電気製品の不適切な 使用や、漏電、落電などの原因に よって人体に電流が流れ、傷害を 受けること。	感電	かんでん							
		熱傷	ねつしやう		意図しない組織又は身体の一部 の熱的損傷。	火傷	やけど							
		アレルギー反応	あれるぎーはんのう		過敏症、以前に曝露し感作した特 定の抗原と接触した後には生 体に発生する局所または全身の 正常な組織を損ない、傷がつくこ と。	組織損傷	そしきそん しやう	裂傷	れつしやう					
傷害	しやうがい	傷害	しやうがい		患者又は術者が傷を負うこと。									
出血	しゅつけつ	出血	しゅつけつ		血管からの血液の漏出、失血。	血管裂傷	けつかんれつ しやう							
穿孔	せんこう	穿孔	せんこう		人体の器官に穴があくこと。									
遺残	いざん	遺残	いざん		器具の一部が患者の体内に残留 すること。	残留	ざんりゅう	異物残存	いぶつざんぞ ん					
感染	かんせん	感染	かんせん		病原微生物が人体に侵入し、臓 器や組織中で増殖し、種々の症 状をもたらすこと。									
苦痛	くつう	苦痛	くつう		患者が痛みを訴えること。	痛み	いたみ							
死亡	しぼう	死亡	しぼう											

手術延長	しゅじゅつえんちょう														
		手術延長	しゅじゅつえんちょう												
開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう														
		開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう												
その他	そのた														
		開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう												
		その他	そのた												

事務局が記入する部分

記入しない部分

白

団体が記入する部分

用語集名称	用語集名称読み		13	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDAコード	FDA用語 (FDA Source PT)
電気手術器	ようごしゅうでんきしゅじゅつぎ												
作成担当団体	作成担当団体読み												
日本医療機器工業会	にほんいりようききこうぎょうかい												
適用医療機器名称 (類別)		適用医療機器名称 (一般的名称)	JMDNコード										
器29 電気手術器													
		処置用対極板	11500002										
		バイポーラ電極	70655000										
		一般電気手術器	70647000										
		高周波処置用能動器	70662000										
		治療用対極板	11500003										
		ラジオ波焼灼システム	36070000										
		焼灼術用電気手術ユニット	70645000										
		物質併用電気手術器	70649000										
		治療用能動器具	70666000										
		物質併用処置用能動器具	70668000										
		治療用電気手術器	70671000										
		電気手術器用ケーブル及びスイッチ	70657000										
		アブレーション装置接続用ケーブル及びバス	70658000										
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み										
動作不良	どうさふりょう												
		誤作動	ごさどう	出力の変動やモードの変動など意図した動作をしないこと。									
		出力スイッチ不良	しゅつりょくすいっちふりょう	出力スイッチを入れても意図した動作をしないこと。									
		通電不良	つうでんふりょう	意図した場所や経路に電流が流れないこと。	導通不良	どうつうふりょう							
		アラーム作動	あらーむさどう	機器が何らかの異常を検出し、アラームを作動させること。	アラーム発生	あらーむはっせい							
		器具認識不良	きぐにんしきふりょう	装置本体が接続された器具を自動認識できないこと。									
機能停止	きのうていし												
		電源遮断	でんげんしやだん	装置の電源が入らないか又は使用中に切れること。									
		操作不能	そうさふのう	装置の一部又は全部の操作が不可能となること。									
機器不具合	ききふぐあい												
		発熱	はつえん	装置から熱がでること。	過熱	かねつ							
		発熱	はつねつ	装置が過熱すること。									
		固定不良	こていふりょう	装置又は器具の部分の固定が不良となること。	がたつき	がたつき							
		異常音	いじょうおん	通常とは異なる音が発生すること。									
出力不良	しゅつりょくふりょう												
		出力停止	しゅつりょくていし	出力が意図せずに停止すること。									
		出力上昇	しゅつりょくじやうしやう	出力が意図せずに上昇すること。									
		出力低下	しゅつりょくていか	出力が意図せずに低下すること。									
接続不良	せつぞくふりょう												
		断線	だんせん	導線部分が断裂すること。									
		内部放電	ないぶほうでん	ケーブル内や接続部で放電が発生すること。									
		接触不良	せつそくふりょう	完全な接続が維持できないこと。	錆び	さび							
		腐食	ふしょく	接続不良となる接続部の劣化。									
		痛み	いたみ	接続不良となる接続部の痛み。									
絶縁不良	ぜつえんふりょう												
		絶縁劣化	ぜつえんれつか	絶縁を意図した場所から電流が流れてしまう状態。									
		放電	ほうでん	絶縁を意図した場所から放電が発生すること。	スパーク発生	すぱーくはっせい							
		磨耗	まもう	絶縁部分の厚みが減少した状態。									

		高周波漏洩	こうしゅはろうえい	絶縁を意図した場所から高周波が漏洩すること。									
損傷	そんしやう												
		欠損	けつそん	機器の一部が欠けていること。									
		折損	せつそん	電極部が折れていること。									
		脱落	だつらく	器具の一部が使用中に失われること。									
		折れ曲がり	おれまがり	器具の部分が異常に曲がっていること。									
		亀裂	きれつ	器具の部分又は絶縁部に亀裂があること。									
		剥れ	はがれ	絶縁部分が剥れていること。									
		磨耗	まもう	電極部や絶縁部の厚みが減少すること。									
		変形	へんけい	器具の部分が正常とは異なる形状となっていること。									
		噛み合せ不良	かみあわせふりょう	指手の両方の電極が正常に重なり合わないこと。									
		破壊	はそん	器具の一部が壊れること。									
意図しない効果	いとしないこうか												
		電磁干渉	でんじかんしやう	手術器の使用により他の機器に干渉が発生すること。	電波障害	でんぱしやうがい	電磁傷害	でんじしやうがい					
		爆発	ばくはつ	手術器の使用により爆発が発生すること。									
		引火	いんか	手術器の使用により火災が発生すること。	発火	はつか	火災	かさい					
対極板不良	たいきょくばんふりょう												
		対極板劣化	たいきょくばんれつか	正常な貼付状態を維持できなくなること。									
異物	いぶつ												
		異物混入	いぶつこんにゅう	滅菌品の内部に異物があること。									
		異物付着	いぶつふちやう	滅菌品に異物が付着していること。									
灌流吸引部位の不良	かんりゅうきゅういんぶいのふりょう												
		吸引不良	きゅういんふりょう	吸引に支障が出ること。									
		灌流不良	かんりゅうふりょう	灌流に支障が出ること。									
		閉塞	へいそく	灌流吸引の通路がふさがれること。	詰り	つまり							
		漏れ	もれ	灌流液等が正常ではない部位より流れ出ること。									
不適切使用	ふてきせつしやう												
		正常でない機器の使用	せいじやうでないききのしやう	意図しない方法で機器を使用すること。									
		誤接続	ごせつぞく	意図しない接続部や周辺機器に誤って接続すること。									
部品・構成部品	部品・構成部品読み												
器具	きぐ												
フタスイッチ	ふたすいっち												
コネクタ	こねくた												
ケーブル	けーぶる												
コード	こーど												
健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み										
損傷	そんしやう												
		電撃	でんげき	電気設備、電気製品の不適切な使用や、漏電、落雷などの原因によって人体に電流が流れ、傷害を受けること。	感電	かんでん							
		熱傷	ねつしやう	意図しない組織又は身体の一部の熱的損傷。	火傷	やけど							
		発赤	はっせき	皮膚に赤色変化が発生すること。	かぶれ	かぶれ							
		アレルギー反応	アレルギーはんのう	過敏症、以前に曝露し感作した特定の抗原と接触した後に生体に発生する局所または全身の									
		接触性皮膚炎	せつしよくせいひふえん	機器の過度な生体への接触や、消毒等で使用した薬剤が傷口に残留し生体が何らかの有害な刺激を受けた時に起こる防御反応。	組織損傷	そしきそんしやう	裂傷	れつしやう					
		意図しない組織損傷	いとしないそしきそんしやう	正常な組織を損ない、傷がつくこと。									
傷害	しやうがい												
		傷害	しやうがい	患者又は術者が傷を負うこと。	組織損傷	そしきそんしやう	裂傷	れつしやう					
出血	しゅつけつ												
		出血	しゅつけつ	血管からの血液の漏出、失血。	血管裂傷	けつかんれつしやう							

穿孔	せんこう	穿孔	せんこう		人体の器官に穴があくこと。														
遺残	いざん	遺残	いざん		器具の一部が患者の体内に残留すること。	残留	ざんりゅう	異物残存	いぶつざんぞん										
循環器症状	じゅんかんしょうじょう	心室細動	しんしつさいどう		患者の心臓の拍動が小刻みな状態となって、拍出がでない状態となり、気泡又は異物により遮断されること。	ガス塞栓	がすそくせん												
刺激	しげき	神経刺激	しんけいしげき		高周波の一部が整流されることによる患者又は術者が感じる電氣的刺激のこと。														
		筋収縮	きんしゅうしゆく		高周波の一部が整流されることによる患者又は術者が受ける電氣的刺激による筋反応のこと。	痙攣	けいれん												
感染	かんせん	感染	かんせん		病原微生物が人体に侵入し、臓器や組織中で増殖し、種々の症状をもたらすこと。														
苦痛	くつう	苦痛	くつう		患者が痛みを訴えること。	痛み	いたみ												
死亡	しぼう	死亡	しぼう																
手術延長	しゅじゅつえんちよう	手術延長	しゅじゅつえんちよう																
開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう	開腹手術への移行	かいふくしゅじゅつへのいこう		術式を内視鏡下手術から開腹手術へ変更すること。														
その他	そのた	その他	そのた																

事務局が記入する部分

記入しない部分

団体が記入する部分

新用語集フォーマット

用語集作成ルール

- 黄色のセルの内容に該当する用語を下の白いセルに入れてください。
- 同義語や注釈、FDCコードなど作成していない団体は、空白で構いません。
- 必要であれば行は追加してください。ただし、列は追加しないでください。
- 不具合用語と健康被害用語は階層構造にしています。B・C列が総称で、D・E列はその総称の下位にあたる名称です。行追加の際は気をつけてください。
- 英数字と記号は半角で、その他は全角で記入してください。
- コロンは、注釈や例など自由にお使いください。
- 今まで、定義に入っていた同義語は3つまでを分けて「同義語1〜3」に記入してください。残りの同義語があれば同義語4と分るように注釈に記入してください。

資料 番号	不具合用語(9)
	3-1

用語集名称	用語集名称読み		7	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み	コメント	FDCコード1	FDA用語1 (FDA Source PT)	FDAコード2	FDA用語2 (FDA Source PT)	FDAコード3	FDA用語3 (FDA Source PT)
人工呼吸器	じんこうききゅうき																
作成担当団体	作成担当団体読み																
日本医療機器工業会	にほんいりょうきこうかい																
通用医療機器名称 (類別)	通用医療機器名称 (一般的名称)			JMDNコード													
呼吸補助器	きゅうふくほしき																
				70561000													
				新生児・小児用人工呼吸器													
				14361000													
				高齢者人工呼吸器													
				15783000													
				成人人工呼吸器													
				17871000													
				高齢者人工呼吸器													
				24651000													
				可搬人工呼吸器													
				38285000													
				成人人工呼吸器													
				42411000													
不具合総称	不具合総称読み	不具合名称	不具合名称読み														
不適切使用	ふてきせつしよう																
		誤接続	ごせつぞく									1116	Connection error	1399	Malconnection	1399	Malconnection
		機器の誤使用	ききのごしよう									1393	Method Improper/incorrect				
		周辺機器の誤使用	しゅうへんききのごしよう									1393	Method Improper/incorrect				
接続不良	せつぞくふりよう																
		断続	だんせん									1076	Cable break	1347	Lead(s), breakage of	2347	Wire(s), breakage of
		導通不良	どうつうふりよう									1001	AC/DC, failure torun on				
		電気的接続不良	でんきでせつせつふりよう									1199	Electrode(s), failure of				
		ニューマチックの接続不良	にゅうまちっくでせつせつふりよう														
接続不良	せつぞくふりよう																
		断続劣化	ぜつせんれつか									1162	Device energization, unintended	1323	Insulation failure		
動作不良	どうさふりよう																
		機能停止	きのうていし									1002	Abnormal	2379	Device failure		
		リセット	りせつと														
		機体停止	かんでいし														
		ガス流れ	がすみれ														
		機体不良	かんでふりよう														
故障	こしょう																
		ノブの故障	のぶのこしょう														
		スイッチの故障	すいちのこしょう														
		タクト作動部の故障	たちたねのこしょう														
		操作部の不良	そうさぶのふりよう														
		ゆるみ	ゆるみ														
		がたつき、振動	がたつき、しんどう									1372	Loose				
		劣化	れつか									1372	Loose	2536	Spike, failure to		
		破壊	はくわい									1153	Degradation				
		変形	へんけい									1103	Component(s), broken				
		膨張	はうかく									1059	Bend				
		表示部の不良	ひょうしぶのふりよう									1104	Component(s), displacement of	1105	Component(s) falling		
		磨耗	まほう									1107	Component(s), worn				
		バネリブ不良	ばねりぶふりよう														

健康被害総称	健康被害総称読み	健康被害名称	健康被害名称読み	定義	同義語1	同義語1読み	同義語2	同義語2読み	同義語3	同義語3読み							
呼吸不全	ききゅうふぜん																
		呼吸困難	ききゅうこんなん														
		高二酸化炭素血症	こうにんかたんそけつしやう									2045	Respiratory distress				
		低酸素血症	ていさんそけつしやう									1918	Hypoxia				
		低酸素血症	ていさんそけつしやう									2045	Respiratory distress				
		低酸素症候	ていさんそけつしやう														
		チアノーゼ	ちあのーぜ									1798	Cyanosis				
		動脈血酸素飽和度低下	どうみゃくけつさんそほうたふだていか														
		過呼吸	ひんこきゅう									呼吸数、増加	呼吸数、増加	呼吸数、増加	呼吸数、増加	呼吸数、増加	呼吸数、増加
		異常性呼吸	いじやうせいこきゅう														
		急性呼吸不全	ききゅうせいこきゅうふぜん														
		人工呼吸器関連肺炎	じんこうききゅうきかんれんはいえん									YAP	ぶいへーピー				
		急性肺障害 (ALI)	ききゅうはいしやうがい(えい-えんあい)														
		急性呼吸器症候群 (ARDS)	ききゅうききゅうしやうぐわん(えい-えんあい)														
		慢性呼吸不全	まんせいこきゅうふぜん														