

		機能停止	きのうていし		一部又は全部の機能が停止する													1663	Device, inoperable	
		ハングアップ	はんぐあっぷ		コンピュータが、暴走などにより入力をいっさい受けつげず、作動も機能もなくなることを、またはその状態。フリーズも含む。	フリーズ	ふりーず												なし	
		圧迫力過剰	あつぱくりよくかじょう		意図した力を超える力で強くおしつけられること														なし	
		圧迫力不足	あつぱくりよくふそく		圧迫力が意図した力より小さいこと														なし	
		警告異常	けいこくいじょう		警告表示、警告音等が異常となる													1184	Display, incorrect	
		異音	いおん		通常とは違う音がすること														なし	
モニター不良	もにたーふりょう																			
		モニターの不良	もにたーのふりょう		ディスプレイモニター自体が不良なこと(表示しない等)														1407	Monitor failure
		モニターの表示不良(ズレ、霞)	もにたーのひょうじふりょう(ズレ、霞)		ディスプレイモニターに表示する位置、形が不良なこと														1408	Monitor, image quality poor
		モニターの誤表示	もにたーのごひょうじ		ディスプレイモニターに意図しない表示をすること														1304	Image display error
機械異常	きかいいじょう																			
		衝突	しょうとつ		ぶつかること。(機械が動いて人や物にぶつかること)														1429	Collision, unintended
		陥み	ゆるみ		ネジ、ロック等が緩むこと														1371	Loose or Intermittent Connection
		脱落	だつらく		構成部品などが、抜け落ちること	落下	らつか												1105	Component(s) falling
		転倒	てんどう		人が物に倒れること														1105	Component Falling
		接触不良	せつじふりょう		意図した電気的接続がされないこと														1116	Connection error
		発熱	はつねつ		装置、または部品が熱を発生すること															
		過熱	かねつ		規定(想定)した温度を超えること															
		異臭	いしゅう		通常とは異なる匂いが発生すること															
		発煙	はつえん		煙が発生すること(機械、部品等)															
		焼損	しょうそん		基板、部品等が焼けて壊れる(装置の外には表が出ない)														1071	Burn of Device or Device Component
		発火	はつか		火がでること。(装置の外に炎が出る)														1245	Fire
		液漏れ	えきもれ		液体がもれること														1250	Fluid leak(s)
		気体漏れ	きたいもれ		気体(ガス、空気など)がもれること、真空状態が劣化すること														1354	Leak
破損	はそん																			
		損傷	そんじょう		物理的、電気的に損傷していること														1260	Fracture of device
		破壊	はかい		物理的に機器が壊れること														1260	Fracture(s) of
		組合せ機器による破損	くみあわせききによるはそん		他の医療機器との組み合わせる影響で破損すること														2409	Malfunction
		破断	はだん		金属などの構造物が、衝撃や疲労などの原因で破断すること、内部からの圧力などによって、勢いよく割れさけること														1260	Fracture(s) of device/material
		破裂	はれつ																	
意図しない効果	いとしないこうか																			
		爆発	ばくはつ		物質が急激な化学変化または物理変化を起こし、体積が一瞬に著しく増大して、音や破壊作用を伴う現象														1074	Burst
		電磁干渉	でんじかんじょう		電磁波が発生する電磁波により、他の機器へ誤動作をひき起こすこと、または引き起こされること														2345	Electro-magnetic interference (EMI), compatibility/incompatibility
		吸着	きゅうちやく		MRI診断装置などの強磁場により磁性体が吸い寄せられた結果、装置などにこびりついた状態のこと、MRI装置の超伝導状態の異常による冷媒の異常蒸発をいう	吸引	きゅういん													
		クエンチ	くえんち																1377	Magnet quench, unintended
干渉	かんじょう																			
		干渉	かんじょう		物や人にぶつかること															
		狭み	はさみ		四肢(手、指、足)、顔、頭、頸部などを挟むこと	挟まれ	はさまれ	挟み込み	はさみこみ											
		巻き込み	まきこみ		巻き込まれること	巻き込まれ	まきこまれ													
照射	ごしやうしゃ																			
		過剰照射	かじやうしやうしゃ		放射線が意図せずに過剰に照射されること															

		過少照射	かじやうしやうしゃ		放射線が意図せずに少なく照射されること														3018	Radiation underexposure	
		照射位置ずれ	しやうしやいちずれ		放射線が意図しない部位へ照射されること															1508	Radiation delivered to incorrect body area
劣化	れっか																				
		経時劣化	けいじれっか		時間の経過とともに性能・品質などが低下して以前より劣っていくこと																
		性能劣化	せいねうれっか		性能が以前より劣っていくこと																
		品質劣化	ひんしうれっか		品質が以前より劣っていくこと																
		画質劣化	がしうれっか		画質が以前より劣っていくこと																
照穿刺	ごせんし																				
		照穿刺	ごせんし		間違った部位を穿刺すること																
汚染	おせん																				
		汚染	おせん		菌、血液、薬剤の影響が残ること															1120	Contamination
異常画像	いじやうがぞう																				
		アーチファクト	あーちふあくと		信号処理などで、観測や解析の段階で発生したデータのエラーや信号のゆがみが画像に混入するアーチファクト以外の正常でない画像															1036	Artifact
		その他の異常画像	そなたのいじやうがぞう																		
データ喪失	でーたそうしつ																				
		データの喪失	でーたのそうしつ		患者情報、画像、計算値等の情報が消えること	データの消失	でーたのしょうしつ													1600	Storage, inadequate
		データの混入	でーたのこんにゅう		患者情報、画像、計算値等の情報が混入すること															1600	Storage, inadequate
		ミスファイル	みすふあいる		対象データが正しく記録装置に保存されない(意図しない内容となる、記録保存場所を間違、保存記録されない)															1600	Storage, inadequate
		読み込み異常	よみこみいじょう		Data全体の読み込み時に、意図しない箇所で読取られること	読み込み異常	よみこみいじょう													1228	False readings
データ誤表示	でーたごひょうじ																				
		表示データの誤り	ひょうじでーたのあやまり		誤った患者情報、画像、計算値等が表示されること															1184	Display, incorrect
		計算値(計測結果)の誤表示	けいさんち(けいそくけつ)のごひょうじ		誤った計測結果が表示される															1183	No Display or Display Failure
		計算値(計測結果)が表示されない	けいさんち(けいそくけつ)がひょうじされない		計測結果が表示されない															1183	No Display or Display Failure
照使用	ごしやう																				
		誤操作	ごそうさ		誤った操作を行い、期待した動作が行われないこと。取り扱い不良を含む																
		目的外使用	もくてきがいしやう		設計時に意図なかった目的に使用すること															1397	Misapplication
不適合	ふてきごう																				
		ラベリング不適合	らべりんぐふてきせつ		添付文書、取扱説明書、装置の銘板などの不適合な記載																
		不適合	ふてきごう		基準、試験、規格、法律等に適合しないこと															1397	Misapplication
部品・構成部品	ぶひん・けいせいぶひん																				
装置本体	そうちほんたい																				
部品	ぶひん																				
ソフトウェア	そふとうえあ																				
その他	その他																				
健康被害総称	けんこうへいさく総称																				
炎症	えんしやう																				
		アレルギー反応	あれるぎーはんのう		免疫反応が、特定の抗原に対して過敏反応が起きること															1701	Allergic reaction
		痒み	かゆみ		皮膚、粘膜に生じる不快で引つ掻きたくなる感覚のこと															1943	Itching
		痛み	いたみ		組織が損傷した結果から表現される不快な感覚のこと															1994	Pain
		湿疹	しっしん		皮膚に赤くてかゆみのある発疹等の炎症を引き起こす症例															2443	Skin inflammation
		かぶれ	かぶれ		皮膚に化学物質が触れる等の外的刺激を受け、炎症を起こす症例	接触皮膚炎	せつじよひふえん													2443	Skin inflammation
		熱感	ねつかん		全身または炎症のある局所に感じられる、熱っぽい感じ															2146	Burning Sensation
外傷	がいしやう																				

		打撲	だぶく		転倒やものに強くぶつかるなど体外からの力による、傷口を伴わない軟部組織の損傷													1754	Bruise
		損傷	そんしょう		正常な組織を損ない、傷が付く症例													2348	Injury
		裂傷	れっしょう		皮膚や肉が裂け、傷を受けた症例	切り傷	まきます	切創	せつそう									1946	Laceration(a)
		製創	れっそう		打撃やねじれ、過伸展(かしてん)などにより裂けた損傷。														
		擦過傷	さっかしょう		擦り傷														
出血	しゅっけつ																		
		外出血	がいしゅっけつ		組織とともに血管が損傷され、血液が体外に流れ出すこと													1888	Hemorrhage
		内出血	ないしゅっけつ		体内の血管が破裂する等して皮下で出血する現象														
		脳内出血	のうないしゅっけつ		脳内出血する疾患。	脳出血	のうしゅっけ											1889	Hemorrhage, cerebral
		失血	しっけつ		出血によって多量の血液が失われること														
穿孔	せんこう	穿孔	せんこう		穴があいてしまう症例													2001	Perforation
捻挫	ねんざ	捻挫	ねんざ		手や足などの関節に無理な力がかかり、外れかかって靭帯(じんたい)や腱(けん)が損傷された状態。													2083	Sprain
骨折	こっせつ	骨折	こっせつ		骨が持つ強度以上の外力が加わり、ひびが入る、折れる又は砕ける症例													1870	Fracture(s)
細動	さいどう	心室細動	しんじつさいどう		心臓の心室が小刻みに震えて全身に血液を送ることができない状態。心房が細かく動く事。不整脈の一種。													2130	Ventricular Fibrillation
		心房細動	しんぼうさいどう															1729	Atrial Fibrillation
ヘルニア	へるにあ	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ		ヘルニアの一種であり、椎間板の一部が正常の椎間腔を超えて突出した状態。													2240	Hernia
失明	しつめい	失明	しつめい		病気またはけが等によって視力を失う症例													1742	Blindness
障害	しょうがい																		
		耳鳴り	みみなり		実際には音がしていないのに聞こえる、何か聞こえるように感じる現象													2103	Tinnitus
		難聴	なんちよう		耳(音)が聞こえにくくなる障害													1881	Hearing Impairment
		その他障害	そのたしょうがい		聴覚以外の身体器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また、そのような状態														
放射線被ばく	ほうしゃせんひばく																		
		被ばく	ひばく		人体が放射線にさらされること													1510	Radiation Overdose
		紅斑	こうはん		毛細血管拡張などが原因で皮膚表面に発赤を伴った状態をいう													1840	Erythema
		脱毛	だつもう		毛が抜け落ちること													1877	Hair Loss
		放射線火傷	ほうしゃせんやけど		高線量の放射線により皮膚を構成する細胞や血管が傷害され、熱傷に類似した症状を呈すること													1755	Radiation burn
		その他の放射線障害	そのたのほうしゃせんしょうがい		生体細胞が放射線に曝びることにより発生する紅斑、脱毛、火傷以外の身体的障害														
火傷(熱傷)	やけど(ねっしょう)																		
		高周波火傷	こうしゅうはやけど		MRI検査時に高周波ループが形成された事による火傷(ケーブルなどによるものも含む)	火傷(貼付剤)	やけど(てんぷざい)	火傷(金属)	やけど(きんぞく)										
		温熱熱傷	おんねっしょう		熱湯、火傷、蒸気などの熱による損傷。人間の皮膚は45℃以上の温度で熱傷になる													2530	Burn, thermal
		低温熱傷	ていおんねっしょう		温熱熱傷の1つ。長時間の低温熱源の直接接触により発生する火傷	低温火傷	ていおんやけど												
		電撃傷	でんげきしょう		電流による損傷。電流への抵抗によって生じる熱で組織が破壊されること														
		冷凍による火傷	れいびいによるやけど		冷凍の付着による火傷														
感電	かんでん																		

		電気ショック	でんきしょく		不適切な使用、漏電等により人体に電流が流れ、生理学的影響や傷害を受けける症例													2554	Electric shock
麻痺	まひ	麻痺	まひ		四肢などが完全に機能を喪失していることや、感覚が鈍って、もしくは完全に失われた状態を指す。													1997	Paralysis
感染	かんせん	感染	かんせん		微生物が人体に侵入、増殖、何らの症状が出現する症例													1930	Infection
中毒	ちゅうどく	中毒	ちゅうどく		生体内に入った薬物・毒物や生体内の代謝産物によって病態や機能障害が生じること。														
流産	りゅうざん	流産	りゅうざん		受精卵が子宮から早期に娩出される症例													1688	Abortion

事務局が記入する部分
 記入しない部分
 図体が記入する部分

資料6.
用語集分析結果(抜粋)

不具合名称の定義が複数あるもの一覧

不具合名称	定義	総称	用語集名	団体名
がたつき	構成部品の隙間が広がり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと 装置又は器具の固定部分が固定不良となったり、摺動部分のがたつきが許容範囲を超えること	機械的不良 意図しない効果	日医光-1 用語集牽引装置	日本医用光学機器工業会 日本理学療法機器工業会
がたつき、振動	構成部品の隙間が広がり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと	意図しない効果	人工呼吸器	日本医療機器工業会
しわ	構成部品の一部がたるんだり縮んだりして細い筋目ができること 構成部品の一部がたるんだり縮んだりして細い筋目ができること 構成部品の一部がたるんだり縮んだりして細い筋目ができること	経時変化 経時変化 経時変化	蘇生バッグ 日医光-1 日医光-3 日医光-5	日本医療機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ずれ	コイル等の一部が滑って変形すること コイル等の一部が滑って変形すること コイル等の一部が滑って変形すること	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-12 日医光-3 日医光-4 日医光-8	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
つぶれ	構成部品の全体又は一部が正常状態に比べてくぼんでいる状態のこと 構成部品の全体又は一部が正常状態に比べてくぼんでいる状態のこと 構成部品の全体又は一部が正常状態に比べてくぼんでいる状態のこと	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-3 日医光-4	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
でっぱり	構成部品の全体又は一部が正常状態に比べてくぼんでいる状態のこと 構成部品の全体又は一部が部分的に突き出ること 構成部品の全体又は一部が部分的に突き出ること	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-5 日医光-6	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ねじれ	構成部品の全体又は一部が部分的に突き出ること 回転方向の外力により、変形してしまうこと 回転方向の外力により、変形してしまうこと	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-3 日医光-5	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
はがれ	絶縁被覆が端部や墳目などで離れること 絶縁被覆が端部や墳目などで離れること 絶縁被覆が端部や墳目などで離れること	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-4 日医光-5 日医光-6	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
へこみ	正常な面形状が凹状に変形すること 正常な面形状が凹状に変形すること	機械的不良 機械的不良	日医光-4 日医光-5	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ほつれ	複数本の線より合わせが解かれること 複数本の線より合わせが解かれること	機械的不良 機械的不良	日医光-5 日医光-11	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ゆるみ	構成部品の荷着部（ねじ、接着等）の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと 構成部品の荷着部（ねじ、接着等）の結合力が弱まり、正常状態に比べて部品が動いてしまうこと	故障 故障	人工呼吸器 蘇生バッグ	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
アラーム作動	機器が何らかの異常を検出し、アラームを作動させること 機器が何らかの異常を検出し、アラームを作動させること	動作不良 動作不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
エッジ	挿入部先端の端が変形し正常状態より引っ掛かる状態 挿入部先端の端が変形し正常状態より引っ掛かる状態	機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-9	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
カシメ不良	挿入部先端の端が変形し正常状態より引っ掛かる状態 カシメ部が意図した固定力を確保できないこと	機械的不良 機械的不良	日医光-9 用語集牽引装置	日本医用光学機器工業会 日本理学療法機器工業会
ガス漏れ	構成部品からガスが漏れ出すこと 構成部品からガスが漏れ出すこと	接続不良 動作不良	用語集電気治療器 人工呼吸器	日本理学療法機器工業会 日本医療機器工業会
キズ	外力等により表面の裂け、破れ、割れ、欠けなどが起こること 外力等により表面の裂け、破れ、割れ、欠けなどが起こること	機械的不良 機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-2 日医光-4	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
キャスター不良	キャスターの回転、旋回に問題があり機器の移動に支障があること キャスターの回転、旋回に問題があり機器の移動に支障があること	キャスター不良 キャスター不良	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
ケースに保管	内視鏡又は付属品をケース等に保管すること 内視鏡又は付属品をケース等に保管すること	不適切な使用による不具合 不適切な使用による不具合	日医光-1 日医光-3	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
シート不良	シートが正常な状態で取り付けられていない、正常な状態を維持できないこと シートが正常な状態で取り付けられていない、正常な状態を維持できないこと	不適切な使用による不具合 シート不良	日医光-10 用語集牽引装置	日本医用光学機器工業会 日本理学療法機器工業会
シール不良	シールの異常 外箱のシールに異常があること	容器不良 包装不良	用語集コンタクト(例) 用語集コンタクト(例)	日本コンタクトレンズ協会 日本コンタクトレンズ協会
スパーク	機器間または機器と生体組織間で生じる火花のこと 機器間または機器と生体組織間で生じる火花のこと	その他の不具合 その他の不具合	日医光-1 日医光-5	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
スリーブ損傷	スリーブが破れたり穴が開くことで、空気漏れが発生している状態 スリーブが破れたり穴が開くことで、空気漏れが発生している状態	空気漏れ 空気漏れ	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
チャンパー損傷	変形、傷、などチャンパーのシール性能が低下して空気漏れが発生している状態 変形、傷、などチャンパーのシール性能が低下して空気漏れが発生している状態	空気漏れ 空気漏れ	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
ノブの故障	操作するも反応が無くセッティングが出来ない 操作するも反応が無くセッティングが出来ない	故障 故障	人工呼吸器 蘇生バッグ	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
ヒビ	亀裂が線状に入ること 亀裂が線状に入ること	機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-9	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ヒューズ切れ	過電流によりヒューズが切れること ヒューズ切断	電気的不良 ヒューズ切れ	日医光-2 用語集分析工	日本医用光学機器工業会 分析機器工業会
ピン抜け	ピンが正常状態に比べて弱なわれていること ピンが正常状態に比べて弱なわれていること	機械的不良 機械的不良	日医光-3 日医光-5	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
ホース不良	ホースが正常な状態で取り付けられていない、正常な状態を維持できない ホースが正常な状態で取り付けられていない、正常な状態を維持できない	ホース不良 ホース不良	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
モーター不良	モーターが意図しない動作を行うこと モーターが意図しない動作を行うこと	モーター不良 モーター不良	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
モーター停止	モーターが意図しない動作を行うこと モーターが意図しない動作を行うこと	モーター不良 モーター不良	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
不具合なし	不具合のないこと 不具合のないこと 不具合のないこと	不具合なし 不具合なし 不具合なし	日医光-1 日医光-2 日医光-3	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
亀裂	ひびが生じること。また、その裂け目が発生した状態。 ひびが生じること。また、その裂け目が発生した状態。 ひびが生じること。また、その裂け目が発生した状態。 チューブ自体もしくは連結部分が裂け、液が漏れる	亀裂 亀裂 亀裂 亀裂	日医光-1 日医光-4 日医光-5 日医光-10	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
付着物	構成部品の表面に汚物、異物、汚れ等が付着すること 構成部品の表面に汚物、異物、汚れ等が付着すること	汚物 異物付着	用語集電気治療器 人工呼吸器 用語集コンタクト(例)	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会 日本コンタクトレンズ協会
作動不良	操作した結果が意図した作動と異なること 操作した結果が意図した作動と異なること 操作した結果が意図した作動と異なること	動作不良 動作不良 動作不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器 用語集電気治療器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
光源異常	検出器光源ランプの異常 検出器光源ランプの光源異常	検出器光源ランプ異常 検出器光源ランプ異常	用語集分析工 用語集分析工	分析機器工業会 分析機器工業会
凹凸	正常状態に比べて突出する、へこみなど段差がある状態のこと 正常状態に比べて突出する、へこみなど段差がある状態のこと	機械的不良 機械的不良	日医光-1 日医光-9	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
出力スイッチ不良	出力スイッチを入れても意図した動作をしないこと 出力スイッチを入れても意図した動作をしないこと	動作不良 動作不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
出力上昇	出力が意図せずに上昇すること 出力が意図せずに上昇すること	出力不良 出力不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
出力低下	出力が意図せずに低下すること 出力が意図せずに低下すること	出力不良 出力不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
出力停止	出力が意図せずに停止すること 出力が意図せずに停止すること	出力不良 出力不良	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
分解・改造	処置具をバラバラにしたり、作り直したりすること 処置具をバラバラにしたり、作り直したりすること	不適切な使用による不具合 不適切な使用による不具合	日医光-3 日医光-5	日本医用光学機器工業会 日本医用光学機器工業会
制御不良	操作意図またはプログラムされた動きに対して正常な動作をしないこと 操作意図またはプログラムされた動きに対して正常な動作をしないこと	動作不良 動作不良	用語集牽引装置 用語集電気治療器	日本理学療法機器工業会 日本理学療法機器工業会
剥離	絶縁された部分が剥れていること 絶縁部分が剥れていること	剥離 剥離	用語集超音波手術器 用語集電気手術器	日本医療機器工業会 日本医療機器工業会
剥離	構成部品の全体又は一部が剥がれること	機械的不良	日医光-1	日本医用光学機器工業会

資料7.

過去の不具合報告(ガイドワイヤ)に
使用された不具合用語と健康被害用語の調査結果

過去の不具合報告(ガイドワイヤ)に使用された不具合用語と健康被害用語の調査結果

販売名(仮)	企業名(仮)	不具合状況	健康被害状況	総件数	その他	報告年度
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	断裂部抜去のため外科的処置	1	情報提供	H21-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	3	情報提供	H21-1
へ	M社	不明	心タンポナーデ	1	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	2	情報提供	H21-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H21-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	2	情報提供	H21-1
ら	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H21-1
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、外科処置	1	情報提供	H21-1
ひ	D社	ワイヤーの遺残	不明	1	情報提供	H21-1
ね	E社	チップの破断	体内遺残	2	情報提供	H21-1
め	G社	ワイヤーの破断	なし	1	情報提供	H21-1
ゆ	I社	ガイドワイヤー素線の破断	ガイドワイヤー素線破断片体内遺残の疑い	1	情報提供	H21-1
わ	I社	ウレタン剥離	体内遺残	1	情報提供	H21-1
わ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー先端部の体内遺残	1	情報提供	H21-1
わ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー破断片の体内遺残	1	情報提供	H21-1
て	N社	先端コイル部の折れ	冠動脈損傷	1	情報提供	H21-1
た	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-1
は	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-1
み	L社	血管内にスタック	術時間の延長	1	情報提供	H21-1
み	L社	血管内にスタック	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-1
み	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-1
ち	M社	不明	冠動脈解離	1	情報提供	H21-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	2	情報提供	H21-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	外科的処置	2	情報提供	H21-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	手技時間の延長	1	情報提供	H21-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	動脈解離	1	情報提供	H21-1
あ	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H21-1
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H21-1
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H21-1
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、冠動脈穿孔、外科処置	1	情報提供	H21-1
い	B社	不明	冠動脈穿孔、追加処置	1	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	10	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、血栓症、心筋梗塞	1	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	2	情報提供	H21-1
う	B社	ガイドワイヤー断裂の可能性	ガイドワイヤー体内遺残の可能性、冠動脈閉塞	1	情報提供	H21-1
う	B社	コーティングの剥離	なし	2	情報提供	H21-1
う	B社	抵抗	手技の遅滞	2	情報提供	H21-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	追加処置	1	情報提供	H21-1
え	B社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	1	情報提供	H21-1
え	B社	不明	冠動脈穿孔、外科処置	1	情報提供	H21-1
ら	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H21-1
る	B社	コーティングの剥離	なし	1	情報提供	H21-1
ま	A社	ガイドワイヤー先端の断裂	ガイドワイヤー先端部の体内遺残	1	情報提供	H21-1
ま	A社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー離断部の体内遺残、追加手術	1	情報提供	H21-1
ゆ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー破断片の体内遺残	1	情報提供	H21-1
わ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー破断片の体内遺残	2	情報提供	H21-1
わ	I社	不明	血管穿孔	1	情報提供	H21-1
し	M社	ガイドワイヤー先端部断裂	一部体内遺残	2	情報提供	H21-2
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー遺残、外科的処置	1	情報提供	H21-2
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	1	情報提供	H21-2
い	B社	コーティングの損傷	なし	1	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	なし	3	情報提供	H21-2
う	B社	コーティングの剥離	なし	1	情報提供	H21-2
そ	C社	ガイドワイヤーの先端部断裂	なし	1	情報提供	H21-2
わ	I社	なし	脳梗塞	1	情報提供	H21-2
わ	I社	不明	脳梗塞	2	情報提供	H21-2
た	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-2
み	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H21-2
み	L社	先端部離断	先端部体内遺残、外科的処置	1	情報提供	H21-2
み	L社	不明	脳動脈穿孔	1	情報提供	H21-2
み	L社	不明	脳動脈穿孔、脳卒中、急性水頭症	1	情報提供	H21-2
や	L社	不明	血管穿孔	1	情報提供	H21-2
し	M社	断裂	外科的処置	1	情報提供	H21-2
ち	M社	なし	冠動脈解離	1	情報提供	H21-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	2	情報提供	H21-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	外科的措置	1	情報提供	H21-2
ち	M社	ガイドワイヤー先端部断裂	一部体内遺残	1	情報提供	H21-2
ち	M社	不明	心タンポナーデ	1	情報提供	H21-2
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	1	情報提供	H21-2
へ	M社	ガイドワイヤー先端部断裂	外科的措置	1	情報提供	H21-2
へ	M社	コーティング樹脂剥離の疑い	血圧低下	2	情報提供	H21-2
い	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤーの分離	ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	なし	3	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残	2	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残、外科処置	2	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	3	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残の疑い	1	情報提供	H21-2
う	B社	ガイドワイヤー断裂	外科処置	1	情報提供	H21-2
え	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残	4	情報提供	H21-2
え	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残、外科処置	1	情報提供	H21-2
え	B社	ガイドワイヤー断裂	追加処置	1	情報提供	H21-2
え	B社	不明	冠動脈穿孔	1	情報提供	H21-2
お	B社	ガイドワイヤー断裂	なし	1	情報提供	H21-2
く	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H21-2
き	B社	ガイドワイヤー断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	1	情報提供	H21-2
り	B社	不明	冠動脈穿孔、輸血	1	情報提供	H21-2
る	B社	ガイドワイヤー断裂	なし	3	情報提供	H21-2
ま	A社	ガイドワイヤーの破損	なし	1	情報提供	H21-2
ま	A社	ガイドワイヤーの破損	ガイドワイヤー小片の体内遺残	1	情報提供	H21-2
ま	A社	ガイドワイヤーの破損	ガイドワイヤー小片の体内遺残、追加手術	1	情報提供	H21-2
わ	I社	ガイドワイヤーのウレタン樹脂破断	ウレタン樹脂破断片の体内遺残の疑い	1	情報提供	H21-2
わ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー素線による血管穿孔、破断片の体内遺残の疑い	1	情報提供	H21-2
わ	I社	ガイドワイヤーの破断	ガイドワイヤー破断片の体内遺残	3	情報提供	H21-2
わ	I社	不明	ガイドワイヤーによる腎臓組織穿孔	1	情報提供	H21-2
わ	I社	不明	腎臓穿孔	1	情報提供	H21-2
よ	L社	不明	瘻孔	1	情報提供	H21-2

販売名(仮)	企業名(仮)	不具合状況	健康被害状況	総件数	その他	報告年度
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	5	情報提供	H22-1
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	手技時間の延長	1	情報提供	H22-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	2	情報提供	H22-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残の疑い	1	情報提供	H22-1
ら	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-1
る	B社	コーティングの剥離	コーティング剥離片遺残の疑い	1	情報提供	H22-1
そ	C社	ガイドワイヤーによる脳血管穿孔	くも膜下出血・脳出血	1	情報提供	H22-1
ゆ	I社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
わ	I社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
と	N社	ガイドワイヤー先端部の断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
ろ	J社	ガイドワイヤーの断裂	一時遺残、外科的抜去	1	情報提供	H22-1
ほ	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H22-1
み	L社	不明	脳動脈穿孔の疑い、脳出血	1	情報提供	H22-1
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	外科的処置	1	情報提供	H22-1
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残の疑い	2	情報提供	H22-1
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	手技時間の延長	1	情報提供	H22-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残の疑い	1	情報提供	H22-1
へ	M社	ガイドワイヤーの断裂	外科的処置	2	情報提供	H22-1
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-1
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	冠動脈穿孔、ガイドワイヤー体内遺残	1	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	5	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	3	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	急性冠閉塞	1	情報提供	H22-1
う	B社	ガイドワイヤー抜去困難、ガイドワイヤー損傷	追加処置	1	情報提供	H22-1
う	B社	コーティングの剥離	コーティング剥離片遺残の疑い	1	情報提供	H22-1
う	B社	不明	冠動脈穿孔、外科処置、追加処置	1	情報提供	H22-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、外科処置	1	情報提供	H22-1
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	3	情報提供	H22-1
え	B社	不明	冠動脈穿孔	1	情報提供	H22-1
え	B社	不明	心室頻拍	1	情報提供	H22-1
か	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-1
ら	B社	ガイドワイヤーの断裂	追加処置	1	情報提供	H22-1
り	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	2	情報提供	H22-1
り	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-1
り	B社	不明	冠動脈穿孔	1	情報提供	H22-1
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-1
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	3	情報提供	H22-1
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、外科処置	1	情報提供	H22-1
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残、追加処置	2	情報提供	H22-1
ま	A社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	2	情報提供	H22-1
ま	A社	ガイドワイヤーの破損	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
ぬ	F社	先端部の破損	先端部体内遺残	2	情報提供	H22-1
ゆ	I社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
わ	I社	ガイドワイヤーウレタン被覆破断	ガイドワイヤーウレタン被覆破断片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
わ	I社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー断裂片の体内遺残	1	情報提供	H22-1
わ	I社	ガイドワイヤー先端部破断	外科手術によるガイドワイヤー破断片の除去	1	情報提供	H22-1
わ	I社	不明	血管穿孔、血液漏出	1	情報提供	H22-1
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	4	情報提供	H22-2
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	手技時間の延長	1	情報提供	H22-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	1	情報提供	H22-2
ち	M社	抜去困難	外科的抜去	1	情報提供	H22-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	手技時間の延長	1	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	4	情報提供	H22-2
ふ	M社	不明	痙攣、心停止、出血、大動脈解離	1	情報提供	H22-2
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-2
ら	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残	1	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残、血栓、追加処置	1	情報提供	H22-2
く	F社	断裂	なし	1	情報提供	H22-2
む	F社	先端部の破損・離断	体内遺残	1	情報提供	H22-2
ゆ	I社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残	1	情報提供	H22-2
わ	I社	ガイドワイヤー先端部破断	体内遺残	1	情報提供	H22-2
と	N社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー先端部の遺残	1	情報提供	H22-2
せ	L社	先端部離断	先端部体内遺残	1	情報提供	H22-2
ほ	L社	先端部離断	体内遺残	1	情報提供	H22-2
ほ	L社	先端部離断	体内遺残の疑い	1	情報提供	H22-2
み	L社	先端部離断	外科的処置	1	情報提供	H22-2
み	L社	先端部離断	体内遺残	1	情報提供	H22-2
も	L社	先端部離断	体内遺残	1	情報提供	H22-2
し	M社	ガイドワイヤーの断裂	なし	2	情報提供	H22-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-2
ち	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	3	情報提供	H22-2
ち	M社	ガイドワイヤーの損傷	血管乖離	1	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの断裂	なし	4	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの断裂	一部体内遺残	4	情報提供	H22-2

販売名(仮)	企業名(仮)	不具合状況	健康被害状況	総件数	その他	報告年度
ふ	M社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残の可能性	4	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの抜去困難	外科処置	1	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの破損	血管穿孔	1	情報提供	H22-2
ふ	M社	ガイドワイヤーの断裂	不明	1	情報提供	H22-2
い	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	5	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	追加処置	1	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	2	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残	4	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、外科処置	1	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、手技時間の延長、入院期間の延長	1	情報提供	H22-2
う	B社	ガイドワイヤー抜去困難、ガイドワイヤー断裂	追加処置、外科処置	1	情報提供	H22-2
え	B社	なし	冠動脈穿孔、外科処置	2	情報提供	H22-2
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	2	情報提供	H22-2
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-2
え	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、外科処置	1	情報提供	H22-2
か	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-2
か	B社	ガイドワイヤーの断裂	ガイドワイヤー体内遺残、追加処置	1	情報提供	H22-2
き	B社	ガイドワイヤーの断裂	追加処置	1	情報提供	H22-2
き	B社	ガイドワイヤー抜去困難、ガイドワイヤー断裂	追加処置	1	情報提供	H22-2
こ	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	1	情報提供	H22-2
り	B社	ガイドワイヤー抜去困難、ガイドワイヤー断裂	追加処置、ガイドワイヤー体内遺残、冠動脈解離	1	情報提供	H22-2
り	B社	不明	冠動脈閉塞、酵素値上昇、心室細動	1	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤー損傷、異物付着	なし	1	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	なし	4	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	冠動脈穿孔	1	情報提供	H22-2
る	B社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残	2	情報提供	H22-2
そ	C社	ガイドワイヤーによる脳血管穿孔	脳出血	1	情報提供	H22-2
く	F社	断裂	なし	1	情報提供	H22-2
く	F社	断裂	体内遺残	1	情報提供	H22-2
ぬ	F社	先端部の破損	先端部一部体内遺残	2	情報提供	H22-2
ぬ	F社	先端部の破損・離断	先端部一部体内遺残	2	情報提供	H22-2
ゆ	I社	ガイドワイヤーの断裂	体内遺残	1	情報提供	H22-2
わ	I社	なし	血管解離	1	情報提供	H22-2
わ	I社	ガイドワイヤー先端部破断	外科的処置による破断片除去	1	情報提供	H22-2
わ	I社	ガイドワイヤーウレタン被覆剥離	体内遺残	1	情報提供	H22-2
わ	I社	ガイドワイヤーウレタン被覆剥離	剥離片を外科手術により摘出	1	情報提供	H22-2
し	M社	なし	血管穿孔	1	情報提供	H23-1
し	M社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	2	情報提供	H23-1
つ	M社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	2	情報提供	H23-1
へ	M社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
え	B社	ガイドワイヤーの離断	なし	1	情報提供	H23-1
る	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残、追加処置	1	情報提供	H23-1
れ	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	2	情報提供	H23-1
そ	C社	ガイドワイヤーの離断	なし	1	情報提供	H23-1
ゆ	I社	先端コイル破損	なし	4	情報提供	H23-1
ゆ	I社	先端コイル破損、カテーテルからの抜去不能	なし	2	情報提供	H23-1
ゆ	I社	不明	冠閉塞	1	情報提供	H23-1
わ	I社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	4	情報提供	H23-1
す	N社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
な	N社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
に	N社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
さ	K社	ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	1	情報提供	H23-1
た	L社	先端部離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
ほ	L社	先端部離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
み	L社	先端部離断	なし	1	情報提供	H23-1
も	L社	先端部離断の疑い	体内遺残の疑い	1	情報提供	H23-1
ち	M社	ガイドワイヤーの離断	なし	1	情報提供	H23-1
ち	M社	ガイドワイヤーの破損	血管穿孔	1	情報提供	H23-1
ち	M社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
ち	M社	ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	2	情報提供	H23-1
ち	M社	不明	血管穿孔	1	情報提供	H23-1
へ	M社	ガイドワイヤーの離断	なし	1	情報提供	H23-1
へ	M社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの離断	なし	5	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの破損	なし	1	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの離断	手技時間の延長	1	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残の疑い、手技時間延長、入院延長	1	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	2	情報提供	H23-1
う	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残、外科的抜去	1	情報提供	H23-1
え	B社	ガイドワイヤーの離断	なし	3	情報提供	H23-1
え	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残、追加処置	2	情報提供	H23-1
え	B社	ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	2	情報提供	H23-1
え	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残の疑い	1	情報提供	H23-1
ら	B社	ガイドワイヤー抜去困難、ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	1	情報提供	H23-1
り	B社	なし	冠動脈穿孔の拡大、外科処置	1	情報提供	H23-1
り	B社	ガイドワイヤーの離断	なし	1	情報提供	H23-1
り	B社	ガイドワイヤーの離断、コーティングの剥離	なし	1	情報提供	H23-1
り	B社	ガイドワイヤーの離断	外科的抜去	1	情報提供	H23-1
る	B社	ガイドワイヤーの離断	なし	10	情報提供	H23-1
る	B社	ガイドワイヤーの離断の疑い	なし	2	情報提供	H23-1
る	B社	ガイドワイヤーの離断の疑い	体内遺残の疑い	4	情報提供	H23-1
る	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残、追加処置	1	情報提供	H23-1
れ	B社	ガイドワイヤーの離断	体内遺残	1	情報提供	H23-1