

(資料)別紙1 結合試験項目表

大項目	項目	確認方法	確認	結果	証跡
無線インターフェイス	フレームフォーマット	SNA で APS パケット取得し、仕様書と合致しているか確認。	1		
	定期送信	30 秒毎に定期送信していることを SNA で確認 (EventIdentification)			
		定期送信パケットが GW ソフトで認識されていることをログで確認			
	MedicationStatus	薬包の取り出し・挿入を3箇所行い、定期送信および取り出し・挿入イベントが正しく送信されているか、SNA と GW ソフトで確認	1		
	カレンダー番号の変更	カレンダー番号を DIPSW で変更した際に DIPSWState が変更することを SNA と GW ソフトログで確認	1		
	送信 OFF	DIPSW 7 をオフにした際に、パケットが出ないことを確認	1		
システムリセット	カレンダー電源サイクル	カレンダー電源サイクルした際に、通信が再開されることを確認			
	GW リセット	GW の通信プログラム (rec-m) を restart した際に通信が再開させることを確認			
		GW を restart した際に通信が再開されることを確認			
		GW を shutdown して、電源を OFF した後に立ち上げて通信が再開されることを確認			
マルチホップ	ルータ追加	通信範囲を外れた場合に、ルータを追加することで通信可能になることを SNA とゲートウェイソフトログで確認			