項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	機器メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
血液像−リンパ腫細胞	2A160000001930112							
血液像−異常リンパ球	2A160000001930113							
血液像−HCL細胞	2A160000001930114							
血液像−前リンパ球様細胞	2A160000001930115							
血液像−ATL様細胞	2A160000001930116							
血液像−リンパ腫様細胞	2A160000001930117							
血液像−骨髄芽球様細胞	2A160000001930118							
血液像−形質細胞様細胞	2A160000001930119							
血液像−異常リンパ球様細胞	2A160000001930120							
血液像−HCL様細胞	2A160000001930121							
血液像−中毒性顆粒	2A160000001930122							
血液像−デーレ小体	2A160000001930123							
血液像−アウエル小体	2A160000001930124							
血液像−パッペンハイマー小体	2A160000001930125							
血液像−ハウエルジョリー小体	2A160000001930126							
血液像−芽球	2A160000001930127							
血液像−芽球様細胞	2A160000001930128							
血液像−リンパ芽球	2A160000001930129							
血液像−単芽球	2A160000001930130							
血液像−前単球	2A160000001930131							
血液像−幼若リンパ球	2A160000001930132							
血液像−幼若リンパ様細胞	2A160000001930133							
血液像−大食細胞(マクロファージ)	2A160000001930134							
血液像−中皮細胞	2A160000001930135							
血液像−組織球	2A160000001930136							
血液像−肥満細胞	2A160000001930137							
血液像−脂肪細胞	2A160000001930138							
血液像−線維細胞	2A160000001930139							
血液像−線維芽細胞	2A160000001930140							
血液像−破骨細胞	2A160000001930141							
血液像−造骨細胞	2A160000001930142							
血液像−鎌状赤血球	2A160000001930143							
血液像−カボット輪(環)	2A160000001930144							
血液像−シェフナー斑点	2A160000001930145							
血液像−好中球	2A160000001930151	%						
血液像−桿状核球	2A160000001930152	%						
血液像−分葉核球	2A160000001930153	%						
血液像−好酸球	2A160000001930154	%						
血液像−好塩基球	2A160000001930155	%						
血液像−単球	2A160000001930156	%						
血液像−リンパ球	2A160000001930157	%						
血液像−異型リンパ球	2A160000001930158	%						
血液像−骨髄球	2A160000001930159	%						
血液像−後骨髄球	2A160000001930160	%						
血液像−前骨髄球	2A160000001930161	%						
血液像−骨髄芽球	2A160000001930162	%						
血液像−赤芽球	2A160000001930163							
血液像−形質細胞	2A160000001930164							
血液像−小リンパ球	2A160000001930165							
血液像−大リンパ球	2A160000001930166							
血液像−好中球過分葉	2A160000001930167							
血液像−多形核白血球	2A160000001930168							
血液像−的状(標的)赤血球	2A160000001930169							
血液像−破砕(砕片)赤血球	2A160000001930170							
血液像−大小不同	2A160000001930171							
血液像−奇形赤血球	2A160000001930172							
血液像−多染性赤血球	2A160000001930173							
血液像−濃染性赤血球	2A160000001930174							
血液像−低色素性(淡染性)赤血球	2A160000001930175							
血液像−塩基性斑点	2A160000001930176							
血液像−その他	2A160000001930177							
血液像−その他1個数	2A160000001930178							
血液像−その他2	2A160000001930179							
血液像−その他2個数	2A160000001930180							
血液像−有口赤血球(口唇状)	2A160000001930181							
血液像−涙滴赤血球	2A160000001930182							
血液像−ウニ状赤血球	2A160000001930183							
血液像−有棘赤血球	2A160000001930184							
血液像−有核赤血球	2A160000001930185							
血液像−連銭形成	2A160000001930186							
血液像−SIZE	2A160000001930187							
血液像−SHAPE	2A160000001930188							
血液像−色調	2A160000001930189							
血液像−巨赤芽球	2A160000001930190							
血液像−巨前赤芽球	2A160000001930191							
血液像−巨核芽球	2A160000001930192							
血液像−巨核球	2A160000001930193							
血液像−前巨核球	2A160000001930194							
血液像−血小板	2A160000001930195							
血液像−大型血小板	2A160000001930196							
血液像−巨大血小板	2A160000001930197							
血液像−大赤血球	2A160000001930198							
血液像−巨赤血球	2A160000001930199							
血液像−血液像	2A160000001930900		機械法	シスメックス		XE−2100		
血液像−楕円赤血球	2A160000001930902			シスメックス		XE−2100		
血液像−環状赤血球	2A160000001930903			シスメックス		XE−2100		
血液像−球状赤血球	2A160000001930904			シスメックス		XE−2100		
血液像−涙滴赤血球	2A160000001930905			シスメックス		XE−2100		
血液像−破砕赤血球%	2A160000001930906			シスメックス		XE−2100		
血液像−ファゴット細胞	2A160000001930907			シスメックス		XE−2100		
血液像−異型細胞	2A160000001930908			シスメックス		XE−2100		
血液像−不明細胞	2A160000001930909			シスメックス		XE−2100		
血液像−前リンパ球	2A160000001930910			シスメックス		XE−2100		
血液像−ATL細胞	2A160000001930911			シスメックス		XE−2100		
血液像−リンパ腫細胞	2A160000001930912			シスメックス		XE−2100		
血液像−異常リンパ球	2A160000001930913			シスメックス		XE−2100		
血液像−HCL細胞	2A160000001930914			シスメックス		XE−2100		
血液像−前リンパ球様細胞	2A160000001930915			シスメックス		XE−2100		
血液像−ATL様細胞	2A160000001930916			シスメックス		XE−2100		
血液像−リンパ腫様細胞	2A160000001930917			シスメックス		XE−2100		
血液像−骨髄芽球様細胞	2A160000001930918			シスメックス		XE−2100		
血液像−形質細胞様細胞	2A160000001930919			シスメックス		XE−2100		
血液像−異常リンパ球様細胞	2A160000001930920			シスメックス		XE−2100		
血液像−HCL様細胞	2A160000001930921			シスメックス		XE−2100		
血液像−中毒性顆粒	2A160000001930922			シスメックス		XE−2100		
血液像−デーレ小体	2A160000001930923			シスメックス		XE−2100		
血液像−アウエル小体	2A160000001930924			シスメックス		XE−2100		
血液像−パッペンハイマー小体	2A160000001930925			シスメックス		XE−2100		
血液像−ハウエルジョリー小体	2A160000001930926			シスメックス		XE−2100		
血液像−芽球	2A160000001930927			シスメックス		XE−2100		
血液像−芽球様細胞	2A160000001930928			シスメックス		XE−2100		
血液像−リンパ芽球	2A160000001930929			シスメックス		XE−2100		
血液像−単芽球	2A160000001930930			シスメックス		XE−2100		
血液像−前単球	2A160000001930931			シスメックス		XE−2100		
血液像−幼若リンパ球	2A160000001930932			シスメックス		XE−2100		
血液像−幼若リンパ様細胞	2A160000001930933			シスメックス		XE−2100		
血液像−大食細胞(マクロファージ)	2A160000001930934			シスメックス		XE−2100		
血液像−中皮細胞	2A160000001930935			シスメックス		XE−2100		
血液像−組織球	2A160000001930936			シスメックス				
血液像−肥満細胞	2A160000001930937			シスメックス		XE−2100		
血液像−脂肪細胞	2A160000001930938			シスメックス		XE−2100		
血液像−線維細胞	2A160000001930939			シスメックス		XE−2100		
血液像−線維芽細胞	2A160000001930940			シスメックス		XE−2100		
血液像−破骨細胞	2A160000001930941			シスメックス		XE−2100		
血液像−造骨細胞	2A160000001930942			シスメックス		XE−2100		
血液像−鎌状赤血球	2A160000001930943			シスメックス		XE−2100		
血液像−カボット輪(環)	2A160000001930944			シスメックス		XE−2100		
血液像−シェフナー斑点	2A160000001930945			シスメックス		XE−2100		
血液像−好中球	2A160000001930951	%		シスメックス		XE−2100		
血液像−好中球	2A160000001930951	%				MICROX HEG−120N		
血液像−好中球	2A160000001930951	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血液像−桿状核球	2A160000001930952	%		シスメックス		XE−2100		
血液像−桿状核球	2A160000001930952	%				MICROX HEG−120N		
血液像−分葉核球	2A160000001930953	%		シスメックス		XE−2100		
血液像−分葉核球	2A160000001930953	%				MICROX HEG−120N		
血液像−好酸球	2A160000001930954	%		シスメックス		XE−2100		
血液像−好酸球	2A160000001930954	%				MICROX HEG−120N		
血液像−好酸球	2A160000001930954	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血液像−好塩基球	2A160000001930955	%		シスメックス		XE−2100		
血液像−好塩基球	2A160000001930955	%				MICROX HEG−120N		

JLAC10運用事例表

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	機器メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
血液像ー好塩基球	2A1600000001930955	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血液像ー単球	2A1600000001930956	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー単球	2A1600000001930956	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー単球	2A1600000001930956	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血液像ーリンパ球	2A1600000001930957	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ーリンパ球	2A1600000001930957	%				MICROX HEG−120N		
血液像ーリンパ球	2A1600000001930957	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血液像ー異型リンパ球	2A1600000001930958	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー異型リンパ球	2A1600000001930958	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー骨髄球	2A1600000001930959	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー骨髄球	2A1600000001930959	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー後骨髄球	2A1600000001930960	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー後骨髄球	2A1600000001930960	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー前骨髄球	2A1600000001930961	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー前骨髄球	2A1600000001930961	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー骨髄芽球	2A1600000001930962	%		シスメックス		XE−2100		
血液像ー骨髄芽球	2A1600000001930962	%				MICROX HEG−120N		
血液像ー赤芽球	2A1600000001930963			シスメックス		XE−2100		
血液像ー形質細胞	2A1600000001930964			シスメックス		XE−2100		
血液像ー小リンパ球	2A1600000001930965			シスメックス		XE−2100		
血液像ー大リンパ球	2A1600000001930966			シスメックス		XE−2100		
血液像ー好中球過分葉	2A1600000001930967			シスメックス		XE−2100		
血液像ー多形核白血球	2A1600000001930968			シスメックス		XE−2100		
血液像ー的状(標的)赤血球	2A1600000001930969			シスメックス		XE−2100		
血液像ー破砕(砕片)赤血球	2A1600000001930970			シスメックス		XE−2100		
血液像ー大小不同	2A1600000001930971			シスメックス		XE−2100		
血液像ー奇形	2A1600000001930972			シスメックス		XE−2100		
血液像ー多染性	2A1600000001930973			シスメックス		XE−2100		
血液像ー濃染性	2A1600000001930974			シスメックス				
血液像ー低色素性(淡染性)	2A1600000001930975			シスメックス		XE−2100		
血液像ー塩基性斑点赤血球	2A1600000001930976			シスメックス		XE−2100		
血液像ーその他	2A1600000001930977							
血液像ーその他1個数	2A1600000001930978							
血液像ーその他2	2A1600000001930979							
血液像ーその他2個数	2A1600000001930980							
血液像ー有口赤血球(口唇状)	2A1600000001930981			シスメックス		XE−2100		
血液像ー菲薄赤血球	2A1600000001930982			シスメックス		XE−2100		
血液像ーウニ状赤血球	2A1600000001930983			シスメックス		XE−2100		
血液像ー有棘赤血球	2A1600000001930984			シスメックス		XE−2100		
血液像ー有核赤血球	2A1600000001930985			シスメックス		XE−2100		
血液像ー連銭形成	2A1600000001930986			シスメックス		XE−2100		
血液像ーSIZE	2A1600000001930987							
血液像ーSHAPE	2A1600000001930988							
血液像ー色調	2A1600000001930989							
血液像ー巨赤芽球	2A1600000001930990							
血液像ー巨前赤芽球	2A1600000001930991			シスメックス		XE−2100		
血液像ー巨核芽球	2A1600000001930992			シスメックス		XE−2100		
血液像ー巨核球	2A1600000001930993			シスメックス		XE−2100		
血液像ー前巨核球	2A1600000001930994			シスメックス		XE−2100		
血液像ー血小板	2A1600000001930995			シスメックス		XE−2100		
血液像ー大型血小板	2A1600000001930996			シスメックス		XE−2100		
血液像ー巨大血小板	2A1600000001930997							
血液像ー大赤血球	2A1600000001930998							
血液像ー巨赤血球	2A1600000001930999							
血液像ー血液像	2A1600000001931000		鏡検法					
血液像ーカウント数	2A1600000001931001							
血液像ー楕円	2A1600000001931002							
血液像ー環状	2A1600000001931003							
血液像ー球状	2A1600000001931004							
血液像ー涙滴	2A1600000001931005							
血液像ー破砕赤血球%	2A1600000001931006							
血液像ーファゴット細胞	2A1600000001931007							
血液像ー異型細胞	2A1600000001931008							
血液像ー不明細胞	2A1600000001931009							
血液像ー前リンパ球	2A1600000001931010							
血液像ーATL細胞	2A1600000001931011							
血液像ーリンパ腫細胞	2A1600000001931012							
血液像ー異常リンパ球	2A1600000001931013							
血液像ーHCL細胞	2A1600000001931014							
血液像ー前リンパ球様細胞	2A1600000001931015							
血液像ーATL様細胞	2A1600000001931016							
血液像ーリンパ腫様細胞	2A1600000001931017							
血液像ー骨髄芽球様細胞	2A1600000001931018							
血液像ー形質細胞様細胞	2A1600000001931019							
血液像ー異常リンパ球様細胞	2A1600000001931020							
血液像ーHCL様細胞	2A1600000001931021							
血液像ー中毒性顆粒	2A1600000001931022							
血液像ーデーレ小体	2A1600000001931023							
血液像ーアウエル小体	2A1600000001931024							
血液像ーパッペンハイマー小体	2A1600000001931025							
血液像ーハウエルジョリー小体	2A1600000001931026							
血液像ー芽球	2A1600000001931027							
血液像ー芽球様細胞	2A1600000001931028							
血液像ーリンパ芽球	2A1600000001931029							
血液像ー単芽球	2A1600000001931030							
血液像ー前単球	2A1600000001931031							
血液像ー幼若リンパ細胞	2A1600000001931032							
血液像ー幼若リンパ球様細胞	2A1600000001931033							
血液像ー大食細胞(マクロファージ)	2A1600000001931034							
血液像ー中皮細胞	2A1600000001931035							
血液像ー組織球	2A1600000001931036							
血液像ー肥満細胞	2A1600000001931037							
血液像ー脂肪細胞	2A1600000001931038							
血液像ー細網細胞	2A1600000001931039							
血液像ー細網芽細胞	2A1600000001931040							
血液像ー破骨細胞	2A1600000001931041							
血液像ー造骨細胞	2A1600000001931042							
血液像ー鎌状赤血球	2A1600000001931043							
血液像ーカボット輪(環)	2A1600000001931044							
血液像ーシェフナー斑点	2A1600000001931045							
血液像ー好中球	2A1600000001931051	%						
血液像ー桿状核球	2A1600000001931052	%						
血液像ー分葉核球	2A1600000001931053	%						
血液像ー好酸球	2A1600000001931054	%						
血液像ー好塩基球	2A1600000001931055	%						
血液像ー単球	2A1600000001931056	%						
血液像ーリンパ球	2A1600000001931057	%						
血液像ー異型リンパ球	2A1600000001931058	%						
血液像ー骨髄球	2A1600000001931059	%						
血液像ー後骨髄球	2A1600000001931060	%						
血液像ー前骨髄球	2A1600000001931061	%						
血液像ー骨髄芽球	2A1600000001931062	%						
血液像ー赤芽球	2A1600000001931063							
血液像ー形質細胞	2A1600000001931064							
血液像ー小リンパ球	2A1600000001931065							
血液像ー大リンパ球	2A1600000001931066							
血液像ー過分葉	2A1600000001931067							
血液像ー多形核白血球	2A1600000001931068							
血液像ー標的赤血球	2A1600000001931069							
血液像ー破砕(砕片)赤血球	2A1600000001931070							
血液像ー大小不同赤血球	2A1600000001931071							
血液像ー奇形赤血球	2A1600000001931072							
血液像ー多染性赤血球	2A1600000001931073							
血液像ー濃染性赤血球	2A1600000001931073							
血液像ー低色素性(淡染性)赤血球	2A1600000001931075							
血液像ー好塩基性斑点	2A1600000001931076							
血液像ーその他	2A1600000001931077							
血液像ーその他1個数	2A1600000001931078							
血液像ーその他2	2A1600000001931079							
血液像ーその他2個数	2A1600000001931080							
血液像ー有口赤血球(口唇状)	2A1600000001931081							
血液像ー菲薄赤血球	2A1600000001931082							
血液像ーウニ状赤血球	2A1600000001931083							
血液像ー有棘赤血球	2A1600000001931084							
血液像ー有核赤血球	2A1600000001931085							
血液像ー連銭形成	2A1600000001931086							
血液像ーSIZE	2A1600000001931087							
血液像ーSHAPE	2A1600000001931088							
血液像ー色調	2A1600000001931089							
血液像ー巨赤芽球	2A1600000001931090							

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	機器メーカー	機器型式	機器名	試薬メーカー	試薬名称
血液像ー巨前赤芽球	2A160000001931091							
血液像ー巨核芽球	2A160000001931092							
血液像ー巨核球	2A160000001931093							
血液像ー前巨核球	2A160000001931094							
血液像ー血小板	2A160000001931095							
血液像ー大型血小板	2A160000001931096							
血液像ー巨大血小板	2A160000001931097							
血液像ー大赤血球	2A160000001931098							
血液像ー巨赤血球	2A160000001931099							
血算ー依頼	2A990000001930900		機械法	シスメックス		XE−2100		
血算ー依頼	2A990000001930900		機械法	アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ー赤血球数	2A990000001930951	X10000／μL		シスメックス		XE−2100		
血算ー赤血球数	2A990000001930951	X10000／μL		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ー白血球数	2A990000001930952	／μL		シスメックス		XE−2100		
血算ー白血球数	2A990000001930952	／μL		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ーヘモグロビン	2A990000001930953	g／dL		シスメックス		XE−2100		
血算ーヘモグロビン	2A990000001930953	g／dL		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ーヘマトクリット	2A990000001930954	%		シスメックス		XE−2100		
血算ーヘマトクリット	2A990000001930954	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ー血小板数	2A990000001930955	fL		シスメックス		XE−2100		
血算ー血小板数	2A990000001930955	fL		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ーMCV	2A990000001930956	pg		シスメックス		XE−2100		
血算ーMCV	2A990000001930956	pg		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ーMCH	2A990000001930957	%		シスメックス		XE−2100		
血算ーMCH	2A990000001930957	%		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
血算ーMCHC	2A990000001930958	X1000／μL		シスメックス		XE−2100		
血算ーMCHC	2A990000001930958	X1000／μL		アボット	12B1X00001000001	セルダインサファイア		
APTTー依頼	2B020000002231100		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTTーコントロール値	2B020000002231152	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	三菱化学メディエンス	ヒーモスアイエル シンサシルAPTT
APTTー依頼	2B020000002231100		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピアーAPTT−N
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピアーAPTT−N
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シーメンス	データフィイ・APTT
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	データファイ・APTT
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		Coagrex−800	シスメックス	トロンボチェックAPTT
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シーメンス	アクチン FSL
APTTー依頼	2B020000002231100							
APTTー測定値	2B020000002231151	秒						
APTTー測定値	2B020000002231151	秒	凝固時間測定				協和メデックス	プラテリンLS
APTTーコントロール値	2B020000002231152	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス				
PTー依頼	2B030000002231100		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PTー被検PT時間	2B030000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PTー対照PT時間	2B030000002231152	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT活性値	2B030000002231153	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PTー依頼	2B030000002231100		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA1500	シーメンス	トロンボレルS
PTー依頼	2B030000002231100		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	シーメンス	トロンボレルS
PTー被検PT時間	2B030000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		Coagrex−800	シスメックス	トロンボレルS
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		Coagrex−800	シスメックス	トロンボレルS
PTー依頼	2B030000002231100		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTー被検PT時間	2B030000002231151	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTー対照PT時間	2B030000002231152	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTー活性値	2B030000002231153	%	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
PTー依頼	2B030000002231100		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピア PT−N
PTー被検PT時間	2B030000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピア PT−N
PTー活性値	2B030000002231153	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピア PT−N
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピア PT−N
PTー依頼	2B030000002231100			シスメックス				
PTー依頼	2B030000002231100							
PTー被検PT時間	2B030000002231151	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)			CA7000	シスメックス	トロンボレルS GTS−210D (2000テスト)
PTー対照PT時間	2B030000002231152	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シーメンス	トロンボレルS
PTー活性値	2B030000002231153	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シーメンス	トロンボレルS
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シーメンス	トロンボレルS
PTーINR	2B030000002231157		凝固時間測定				協和メデックス	プラテリンLS
PTー比	2B030000002231155							
PTー依頼	2B030000002232000		凝固その他					
PTー被検PT時間	2B030000002232051	秒	凝固その他					
PTー活性値	2B030000002232053	%	凝固その他					
PTーINR	2B030000002232057		凝固その他					
HPTー依頼	2B045000002231100			シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i		
HPTー活性	2B045000002231101	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シスメックス	複合因子・H
HPTー時間	2B045000002231103	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シスメックス	複合因子・H
HPTー活性	2B045000002231101	%	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル ヘパトコンプレックス
HPTー活性	2B045000002231101	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA1500	シスメックス	複合因子・H「コクサイ」
HPTー活性	2B045000002231101	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA−7000	シスメックス	複合因子・H「コクサイ」 400テスト (61022)
HPTー活性	2B045000002231101	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA−7000	エーディア	ヘパプラスチンテスト
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル リコンビプラスチン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル フィブ・C(Ⅱ)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dl	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA−6000	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA−7000	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		Coagrex−800	シスメックス	トロンボチェックFib(L)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA1500	シスメックス	トロンボチェック Fib(L)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス		CA7000	ロシュ	フィブリプレストA
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピア Fbg トロンビン試薬
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	mg／dL	凝固時間測定				協和メデックス	トロンボチェックFib
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法				積水メディカル	ナノピアP−FDP
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA−BM1650	積水メディカル	ナノピア P−FDP
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	ナノピア P−FDP
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス		STACIA	三菱化学メディエンス	エルピア FDP−P
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス		LPIA−S500	三菱化学メディエンス	エルピア・FDP−P
FDP定量	2B120000002206201	μg／dl	ラテックス凝集比濁法	シスメックス	28B2X10007000093	CS−2100i	シスメックス	ラテックステストBL−2P−FDP
FDP定量	2B120000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LA)	シスメックス		CA7000	ナスカ	NSオート P−FDP
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LA)	日本電子		JCA−BM1650	ナスカ	NSオート Dダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA−BM1650	カイノス	LATECLE Dダイマー試薬
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA−BM1650	セキスイ	ナノピア Dダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	ナノピア D−ダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス		LPIA−NV7	三菱化学メディエンス	エルピアエース D−D ダイマーⅡ
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス		STACIA	三菱化学メディエンス	エルピアエース D−D ダイマーⅡ
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	シスメックス		CA1500	シスメックス	エルピアエースD−Dダイマーラテックス試薬
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	シスメックス		Coagrex−800	シスメックス	エルシステム・ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	シスメックス		CA−1500	シスメックス	ベリクロームATⅢオートB
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	シスメックス		CA−6000	シスメックス	ベリクロームATⅢオートB
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	日本電子		JCA−BM1650	積水メディカル	テストチーム S ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	日本電子		JCA−BM9130	積水メディカル	テストチーム S ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	シスメックス		CA−7000	積水メディカル	テストチームS ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	セキスイ		コアプレスタ2000	セキスイ	テストチーム S ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	三菱化学メディエンス		ACL−TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル アンチトロンビンLQ
アンチトロンビンⅢ(ATーⅢ)活性	2B200000002231531	%	合成基質法(可視吸光光度法)	シスメックス		CA−7000	ロシュ	自動分析用 プレチマットクロモジェン
PIVKAーⅡ	2B555000002305201		化学・生物発光イムノアッセイ(CLEIA)	富士レビオ	13B3X10001000003	ルミパルスS	三光純薬	ルミパルス PIVKAーⅡエーザイ
赤血球沈降速度ー依頼	2Z010000001992000		その他測定法(westergren変法)	常光		モニターS		
赤血球沈降速度ー依頼	2Z010000001992000		その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ		ESRシリーズ		
赤血球沈降速度ー30分値	2Z010000001992051	mm／30min	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ		ESRシリーズ		
赤血球沈降速度ー1時間値	2Z010000001992052	mm／h	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ		ESRシリーズ		
赤血球沈降速度ー2時間値	2Z010000001992053	mm／2h	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ		ESRシリーズ		
赤血球沈降速度ー依頼	2Z010000001992000		その他測定法(westergren変法)	ベスマティック		ベスマティック20		
赤血球沈降速度ー1時間値	2Z010000001992052	mm／h	その他測定法(westergren変法)	ベスマティック		ベスマティック20		
赤血球沈降速度ー2時間値	2Z010000001992053	mm／2h	その他測定法(westergren変法)	ベスマティック		ベスマティック20		
赤血球沈降速度ー依頼	2Z010000001992000		その他測定法(westergren変法)	フィンガルリンク		Roller20		
赤血球沈降速度ー1時間値	2Z010000001992052	mm／h	その他測定法(westergren変法)	フィンガルリンク		Roller20		
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日本電子		JCA−BM8060	和光純薬	自動分析装置用試薬−HRⅡ 総蛋白−HRⅡ
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日本電子		JCA−BM8060	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス		AU5431	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス		AU5421	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス		AU2700	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dl	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	ラボシードⅡTP
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロTPⅡ
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド TP(BR)
総蛋白(TP)	3A010000002327101	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)				カイノス	アクアオートカイノスTPーⅡ試薬
尿中アルブミン	3A015000000106100		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA−BM2250	ニットーボー	N−アッセイ TIA Micro Alb
尿中アルブミン	3A015000000106100		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA−BM1650	ニットーボー	N−アッセイ TIA Micro Alb ニットーボー
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	mg／L	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA−BM1650	ニットーボー	N−アッセイ TIA Micro Alb ニットーボー
尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数	3A015000000106128	mg／g・Cr	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA−BM1650	ニットーボー	N−アッセイ TIA Micro Alb ニットーボー
尿中アルブミン	3A015000000106100		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA−BM6050	苫小牧臨床	スペリオル マイクロアルブミン

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	製造メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	mg/L	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM6050	苫小牧臨床	スペリオル マイクロアルブミン
尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数	3A015000000106128	mg/g･Cr	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM6050	苫小牧臨床	スペリオル マイクロアルブミン
尿中アルブミン1日量	3A015000000406100		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM6050	苫小牧臨床	スペリオル マイクロアルブミン
1日尿換算値	3A015000000406126	mg/day	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM6050	苫小牧臨床	スペリオル マイクロアルブミン
尿中アルブミン	3A015000000106100		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	和光純薬	オートワコー マイクロアルブミン
尿中アルブミン	3A015000000106100		免疫比濁法(TIA)	ベックマン・コールター		AU5421	和光純薬	オートワコー マイクロアルブミン
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	mg/L	免疫比濁法(TIA)	日立		H7700	デンカ生研	ALB TIA「生研」
尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数	3A015000000106128	mg/g･Cr	免疫比濁法(TIA)	日立		H7700	デンカ生研	ALB TIA「生研」
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	mg/L	免疫比濁法(TIA)				医学生物学研究所	TAC-2テストアルブミン
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	mg/L						
尿中アルブミンクレアチニン補正値/アルブミン指数	3A015000000106128	mg/g･Cr	免疫比濁法					
微量アルブミン定性	3A015000000190111							
アルブミン定量	3A015000002306301	mg/dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	シーメンス	N-抗血清 アルブミン
アルブミン定量	3A015000002306301	mg/dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シーメンス	N-抗血清 アルブミン
アルブミン定量	3A015000002306301	mg/dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	シーメンス		ベーリングネフェロメーターⅡ(BNⅡ)	シーメンス	N-抗血清 アルブミン
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	自動分析装置用試薬-HRⅡ アルブミン-HRⅡ
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日本電子		JCA-BM8060	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター		AU5431	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター		AU5421	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター		AU2700	カイノス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCP改良法)				カイノス	アクアオートカイノスALB試薬
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dl	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	ラボシードⅡALB
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロファイン ALBⅡ
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド ALB(BR)
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト ALB試薬
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)			LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト ALB 発色液
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	クリニメイト ALB 発色液
アルブミン定量	3A015000002327101	g/dL						
A/G比	3A016000002391902	計算法	計算法					
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	常光		CTE-5000	東洋紡	セレカーVSP
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	常光		CTE-9800	東洋紡	セレカーVSP
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	常光		CTE780	常光	液体ポンソS/常光、、
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	和光純薬	デカヒドロナフタレン(電気泳動用)デカリン
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	和光純薬	ポンソー3R
蛋白電気泳動-添付結果	3A020000002323249		セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AU5421	オリンパス	オリンパスAES専用試薬
蛋白電気泳動-依頼	3A020000002323200		セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス		UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-アルブミン分画	3A020000002323251	%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス		UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-α1分画	3A020000002323252	%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス		UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-α2分画	3A020000002323253	%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	自動分析装置	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-β分画	3A020000002323254	%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	自動分析装置	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-γ分画	3A020000002323255	%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	自動分析装置	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-A/G比	3A020000002323258		セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス		UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動-依頼	3A020000002323200		セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-アルブミン分画	3A020000002323251	%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-α1分画	3A020000002323252	%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-α2分画	3A020000002323253	%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-β分画	3A020000002323254	%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-γ分画	3A020000002323255	%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター		AES630	オリンパス	支持体：ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液：蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液：ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動-A/G比	3A020000002323258							
蛋白電気泳動-アルブミン分画	3A020000002323251	%	セルロースアセテート膜電気泳動				ベックマン・コールター	セレカーVSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動-α1分画	3A020000002323252	%	セルロースアセテート膜電気泳動				ベックマン・コールター	セレカーVSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動-α2分画	3A020000002323253	%	セルロースアセテート膜電気泳動				ベックマン・コールター	セレカーVSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動-β分画	3A020000002323254	%	セルロースアセテート膜電気泳動				ベックマン・コールター	セレカーVSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動-γ分画	3A020000002323255	%	セルロースアセテート膜電気泳動				ベックマン・コールター	セレカーVSP、ポンソー3R
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	チモール試液-HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	チモール試液-HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	チモール試液-HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)			LABOSPECT008	和光純薬	チモール試液-HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	KU	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)				栄研化学	EAテストTTT「栄研」
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	U						
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	ZTT-HRワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	自動分析装置用試薬-HR ZTT-HRワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト ZTT試薬
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	KU	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)				栄研化学	EAテストZTT「栄研」
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド CK (EPS500) R1
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド CK (EPS500) R1
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	ピュアオート S CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CKレート JⅡ
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	ニットーボー	N-アッセイ CPK-L ニットーボー
CK-MB	3B015000002305101	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	シーメンス		ケミルミ ADVIA Centaur XP	シーメンス	ケミルミACS-CK-MB
CK-MB	3B015000002305101	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	アボット		アーキテクト2000i	アボット	アーキテクトCK-MB
CK-MB	3B015000002305301	ng/mL	化学・生物発光イムノアッセイ(ECLIA)			MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CK-MB STAT
CK-MB	3B015000002327200		紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	日本電子		JCA-BM2250	関東化学	シカリキッドCK-MB
CK-MB	3B015000002327200		紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	日立ハイテクノロジーズ		日立7600-210	関東化学	シカリキッドCK-MB
CK-MB	3B015000002327200		紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッドCK-MB
CK-MB	3B015000002327201	μg/dL	紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)				関東化学	CK-M 阻害剤
CK-MB	3B015000002327201	U/L	免疫阻止-UV法					
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー AST・J2
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				和光純薬	Lタイプワコー GOT・J2
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド AST(EPS500)
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				関東化学	シカリキッド AST(EPS500)
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド AST(EPS500) R1
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	オートセラS AST
AST(GOT)	3B035000002327201	IU/L/37℃	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ AST(J)Ⅱ
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シスメックス	AST試薬Lコクサイ
AST(GOT)	3B035000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS AST
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー ALT・J2
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				和光純薬	Lタイプワコー GPT・J2
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H770	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド ALT(EPS500)
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド ALT(EPS500)
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				関東化学	シカリキッド ALT(EPS500) R1
ALT(GPT)	3B045000002327201	IU/l	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	オートセラS ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	IU/L/37℃	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ ALT(J)Ⅱ
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シスメックス	ALT試薬Lコクサイ
ALT(GPT)	3B045000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS ALT
ALT(GPT)	3B045000002327801	U/L						
LD(LDH)	3B050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-LDH・J
LD(LDH)	3B050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー LDH・J
LD(LDH)	3B050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド LDH J

項目名称	依頼・結果 JLAC10(17桁)	結果単位	測定方法 測定法	機器試薬使用例 装置メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド LDH J(EPS500)
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド LDH J(EPS500)
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	ピュアオート S LD
LD(LDH)	38050000002327201	IU/L/37℃	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ LDHレートⅡ
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立		H7700	栄研化学	エクディアXL栄研LDHⅡ-J
LD(LDH)	38050000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				シスメックス	LD(L)試薬・L「コクサイ」
LD(LDH)	38050000002327801	U/L						
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-ALP・J
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	Lタイプワコー ALP-J JSCC
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	和光純薬	Lタイプワコー ALP-J JSCC
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー ALP・J2
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	オートセラS ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	IU/L/37℃	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ ALPレートⅡ
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ ALP-LS ニットーボー JSCC標準対応
ALP(アルカリフォスファターゼ)	38070000002327701	U/L						
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコーγ-GTP・J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500)
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500) R1
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)				関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500)
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)				関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ニットーボー	L γ-GTP-H
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	IU/L/37℃	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ γ-GIレート(J)Ⅱ
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立		H7700	協和メデックス	デタミナーL γGTPⅡ
γ-GTP(GGT)	38090000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS γ-GT
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	クイックオートネオCh-E
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			H7600	関東化学	シカリキッド ChE(EPS500) R1
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド ChE(EPS500) R1
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ L-CHE ニットーボー
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L						
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	IU/L/37℃	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	セロテック	「セロテック」ChE-CL
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	セロテック	「セロテック」ChE-CL
コリンエステラーゼ(ChE)	38110000002327201	U/L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)				セロテック	「セロテック」ChE-EL
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-LAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	Lタイプワコー LAP緩衝液
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー LAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日本電子		CA-BM8060	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU5431	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU5421	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU2700	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	U/L	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ-LAPレートⅡ
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	38135000002327101	IU/L/37℃	可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ LAPレートⅡ
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(BG5P基質法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー アミラーゼ
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド-N AMY(EPS500)
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド-N AMY(EPS500) R1
アミラーゼ(AMY)	38160000007327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU5431	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU5421	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	オリンパス	AU2700	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ミズホメディー	オートLミズホAMY-G2
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	IU/L/37℃	可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートS AMY-G2
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(Gal-G5-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シスメックス	エルシステム AMY
アミラーゼ(AMY)	38160000002327101	U/L	可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)(Et-G7-PNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	ロシュ	リキテック AMY EPS
アミラーゼ(AMY)	38160000002327701	U/L	可視吸光光度法(B-G5-β-CNP基質法)				東洋紡	ダイヤカラー・AMYネオレート
膵アミラーゼ(P-AMY)	38175000002327101	U/L	可視吸光光度法(免疫阻害法)(Et-G7-PNP基質法)	日本電子		JCA-BM8060	ロシュ	リキテック P-AMY EPS
膵アミラーゼ(P-AMY)	38175000002327101	U/L	可視吸光光度法(免疫阻害法)(B-G5-β-CNP基質法)				東洋紡	ダイヤカラーP-AMYネオレート
膵アミラーゼ(P-AMY)	38175000002327101	U/L	可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子		JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド-N P-AMY(EPS-S)R1
膵アミラーゼ(P-AMY)	38175000002327101	U/L	可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	関東化学	シカリキッド-N P-AMY
膵アミラーゼ(P-AMY)	38175000002327101	IU/L/37℃	可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートS P-AMY-G2
リパーゼ	38180000002327101	U/L	可視吸光光度法(1, 2ジグリセリド基質法)	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	リパーゼ カラーオート テストワコー
リパーゼ	38180000002327101	U/L	可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子		JCA-BM8030	ロシュ	リキテック リパーゼ カラーⅡ LKE
リパーゼ	38180000002327101	U/L	可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子		JCA-BM9130	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	38180000002327101	U/L	可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	38180000002327101	U/L	可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	38180000002327101	IU/L/37℃	可視吸光光度法(1, 2ジグリセリド基質法)	日本電子		JCA-BM9130	アルフレッサ ファーマ	ネスコートVNリパーゼ
リパーゼ	38180000002327101							
NAG	3B330000000127101	U/L	可視吸光光度法(CPR-NAG基質法)	日本電子	ディスクリート方式臨床化学自動分析装置	JCA-BM1650	塩野義製薬	NAGレートテストシオノギ
NAG	3B330000000127101	U/L	可視吸光光度法(CPR-NAG基質法)	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	塩野義製薬	NAGレートテストシオノギ
NAG	3B330000000127101	U/L	可視吸光光度法(MPT-NAG基質法)	日本電子		JCA-BM6050	ニットーボー	N-アッセイ L NAG ニットーボー
NAG	3B330000000127101	U/L	可視吸光光度法(MPT-NAG基質法)	日立		H7700	ニットーボー	N-アッセイ L NAG ニットーボー
NAG	3B330000000127101	U/L						
NAG-日量	3B330000000427126	U/day						
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002302301	ng/mL	EIA					
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA-BM1650	第一ファインケミカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA-BM8030	積水メディカル	パナクリア MMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA-BM9130	積水メディカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法				積水メディカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA-BM8060	栄研化学	LZテスト'栄研' MMP-3
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	ng/mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子		JCA-BM8060	BML	オートMMP-3テスト・BML
血液ガス-依頼	3H080000001927000		血液ガス分析					
血液ガス-pH	3H080000001927051							
血液ガス-pH(T)	3H080000001927090							
血液ガス-pCO2	3H080000001927052	mmHg						
血液ガス-pCO2(T)	3H080000001927091	mmHg						
血液ガス-pO2	3H080000001927053	mmHg						
血液ガス-pO2(T)	3H080000001927092	mmHg						
血液ガス-HCO3-	3H080000001927054	mmol/L						
血液ガス-HCO3- std	3H080000001927093	mmol/L						
血液ガス-BE	3H080000001927055	mmol/L						
血液ガス-BE(ecf)	3H080000001927094	mmol/L						
血液ガス-O2飽和(O2SAT)	3H080000001927056	%						
血液ガス-TCO2 (ctCO2)	3H080000001927057	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-ヘモグロビン	3H080000001927058	mmol/L, g/dL						
血液ガス-ヘマトクリット	3H080000001927059	%						
血液ガス-O2CT	3H080000001927060	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-O2Hb	3H080000001927061	%						
血液ガス-COHb	3H080000001927062	%						
血液ガス-MetHb	3H080000001927063	%						
血液ガス-BP または Baro	3H080000001927064	mmHg						
血液ガス-AnGap	3H080000001927065	mmol/L						
血液ガス-AnGap(K+)	3H080000001927066	mmol/L						
血液ガス-SO2	3H080000001927067	%						
血液ガス-BO2	3H080000001927068	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-O2CAP	3H080000001927069	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-P50	3H080000001927070	mmHg						
血液ガス-PO2a/A	3H080000001927071	%						
血液ガス-ctO2	3H080000001927072	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-ctO2(a)	3H080000001927095	Vol %, mL/dL, mmol/L						
血液ガス-A-aDO2	3H080000001927073	mmHg						
血液ガス-RI(T)	3H080000001927074	%						
血液ガス-Qsp/Qt(T) または Fshunt(T)	3H080000001927075	%						
血液ガス-FIO2	3H080000001927076							
血液ガス-投与酸素量	3H080000001927077	L						
血液ガス-採血時間	3H080000001927078							

項目名称	依頼・結果 JLAC10(17桁)	結果単位	測定方法 測定法	機器試薬使用例 機器メーカー	機器型式	機器名	試薬メーカー	試薬名称
血液ガス－測定時間	3H080000001927079							
血液ガス－体温	3H080000001927080	℃						
血液ガス－Na＋	3H080000001927081	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
血液ガス－K＋	3H080000001927082	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
血液ガス－Cl－	3H080000001927083	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
血液ガス－Ca＋＋	3H080000001927084	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
血液ガス－Ca＋＋(7．4)	3H080000001927096	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
血液ガス－Glucose	3H080000001927085	mmol／L、mg／dL						
血液ガス－Lactate	3H080000001927086	mmol／L、mg／dL						
血液ガス－Creatinine	3H080000001927087	mmol／L、mg／dL						
血液ガス－Bilirubin	3H080000001927088	mmol／L、mg／dL						
血液ガス－Mg＋＋	3H080000001927089	mmol／L、mg／dL、mEq／L						
尿中クレアチニン	3C015000000127101	mg／dL		日本電子		JCA－BM2250	協和メデックス	デタミナーL CRE
尿中クレアチニン	3C015000000127101	mg／dL	酵素法	日本電子		JCA－BM6050	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
尿中クレアチニン	3C015000000127101	mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ミズホメディー	オートL「ミズホ」CRE(N)
尿中クレアチニン	3C015000000127101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	アキュラスオート CRE
尿中クレアチニン	3C015000000127101	mg／dL						
尿中クレアチニン－日量	3C015000000427126	g／day	酵素法	日本電子		JCA－BM1650	関東化学	シカリキッド－S CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日本電子		JCA－BM8060	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ミズホメディー	オートL「ミズホ」CRE(N)
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	カイノス	アクアオートカイノスCRE－Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	アキュラスオート CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	カイノス	アクアオートカイノスCRE－Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	関東化学	シカリキッド－S CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL		日本電子		JCA－BM8060	東洋紡	リキッドUAⅡ(東洋紡)
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日本電子		JCA－BM8060	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ミズホメディー	オートL「ミズホ」UAⅡ
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	協和メデックス	デタミナーL UA
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	ウリカーゼPOD法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	クイックオートネオ UAⅡ 7170
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ UAⅡ
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーL UA
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS UA
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿中尿素窒素(U－UN)	3C025000000127201	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日本電子		JCA－BM2250	和光純薬	LタイプワコーUN
尿中尿素窒素(U－UN)	3C025000000127201	mg／dL	ウレアーゼGLDH法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	クイックオートネオ BUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日本電子		JCA－BM8060	和光純薬	LタイプワコーUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日本電子		JCA－BM8060	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dl	ウレアーゼ・GLDH・ICDH法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ニットーボー	Nアッセイ BUN－L
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ－LEDH法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ UNレート(A)Ⅱ
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	クイックオートネオ BUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター		AU5431	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター		AU5421	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド－N UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	mg／dL	ウレアーゼ・GLDH・UV法				セロテック	「セロテック」UN－SL
アンモニア	3C040000002227101	μg／dL	酵素サイクリング法				関東化学	シカリキッドNH3
アンモニア	3C040000002227201	μg／dL	GLDH－UV法	シーメンス		ディメンションエクスパンド	シーメンス	フレックスカートリッジ AMON
血糖	3D010000002226101	mg／dL	電位差測定	A&T			エイアンドティー	GA series
血糖	3D010000002227201	mg／dL	酵素法	日本電子		JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)	日本電子		JCA－BM12	シノテスト	クイックオート ネオ GLU－HK(M)
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM2250	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM6010	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL		日本電子		JCA－BM9030	シノテスト	クイックオートⅡ GLU－HK (S)
血糖	3D010000002227201	mg／dL		日本電子	自動分析装置 JCA－BM 9130	JCA－BM9130	和光純薬	Lタイプワコー Glu2
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM9000シリーズ	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL	HK法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002227201	mg／dL	Glu－G6PDH法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ユニチカ	デタミナーL GLUⅡ
血糖	3D010000002227201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	mg／dL	酵素法(直接法)HK－G6PDH法				シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002327201	mg／dL	酵素法	日本電子		JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)	日本電子		JCA－BM12	シノテスト	クイックオート ネオ GLU－HK(M)
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM2250	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM6010	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL		日本電子		JCA－BM9030	シノテスト	クイックオートⅡ GLU－HK (S)
血糖	3D010000002327201	mg／dL		日本電子	自動分析装置 JCA－BM 9130	JCA－BM9130	和光純薬	Lタイプワコー Glu2
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子		JCA－BM9000シリーズ	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL	HK法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002327201	mg／dL	Glu－G6PDH法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ユニチカ	デタミナーL GLUⅡ
血糖	3D010000002327201	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	ベックマン・コールター		AU2700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	mg／dL	酵素法(直接法)HK－G6PDH法				シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	%	ラテックス凝集法(LA法)	日本電子		JCA－BM2250	協和メデックス	デタミナーHbA1c
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	%	ラテックス凝集法(LA法)	日本電子		JCA－BM9130	協和メデックス	デタミナーHbA1c
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	%	ラテックス凝集法	日本電子		JCA－BM6010	TFB	ラピディアオートHbA1c－L
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	%	ラテックス凝集法	日本電子		JCA－BM9000シリーズ	TFB	ラピディアオートHbA1c－L
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC法	東ソー		HLC－723G7	東ソー	HLC－723G7専用試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC法	東ソー		HLC－723G8	東ソー	HLC－723G7専用試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	ステップワイズHPLC(SW－HPLC)	東ソー		HLC－723 GHb Ⅴ	東ソー	東ソー試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC	東ソー		HLC－723G7	東ソー	TSKgel G7 HSI
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC	東ソー		HLC－723G8	東ソー	TSKgel G7 HSI
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC	東ソー		HLC723G9		
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC	アークレイ		HA－8160	アークレイ	溶離液 81A－C・81B－C・81C－C
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	%	HPLC	アークレイ		HA－8170	アークレイ	溶離液 81A－C・81B－C・81C－C
HbA1c(NGSP)	3D046000001927102	%	酵素法	日本電子		JCA－BM9030	三菱化学メディエンス	サンク HbA1c
HbA1c(NGSP)	3D046000001927102	%	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	ノルディア®N HbA1c
グリコアルブミン	3D055000002320402	%	HPLC					
グリコアルブミン	3D055000002327102	%	酵素法	日本電子		JCA－BioMajesty	旭化成ファーマ	ルシカGA－L
グリコアルブミン	3D055000002327102	%	酵素法	日本電子		JCA－BM8030	積水メディカル	ルシカGA－L
グリコアルブミン	3D055000002327102	%	酵素法	日本電子		JCA－BM8000シリーズ	旭化成ファーマ	ルシカGA－L
グリコアルブミン	3D055000002327102	%	酵素法	日本電子		JCA－BM9030	旭化成ファーマ	ルシカGA－L
グリコアルブミン	3D055000002327102	%	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	セキスイ	ルシカGA－L
乳酸	3F010000002227101	mg／dL	酵素法(乳酸オキシダーゼ・POD法)				協和メデックス	デタミナーLA
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL		日本電子		JCA－BM8060	協和メデックス	デタミナーC－TG
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	日本電子		JCA－BM8060	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	遊離グリセロール消去	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	オートセラS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	協和メデックス	デタミナーC－TG L R1
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(遊離グリセロール消去法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ TGⅡ
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(遊離グリセロール消去法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	デタミナーL TGⅡ
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーC－TG L R1
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法(GK－GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	ピュアオートS TG－N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	mg／dL	酵素法				セロテック	「セロテック」TG－L
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL		日本電子		JCA－BM8060	協和メデックス	デタミナーC－TC
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dl	COD－POD法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	ピュアオート S CHO－N
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	協和メデックス	デタミナーC TC L R1
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T－CHO(A)Ⅱ
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL	コレステロール酸化酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	デタミナーL TCⅡ
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー CHO・M
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーC TC L R1
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL	酵素法				セロテック	「セロテック」TCHO－L
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日本電子		JCA－BM8060	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター		AU5431	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター		AU5421	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327201	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター		AU2700	シスメックス	T－CHO－試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T－CHO)	3F050000002327101	mg／dL	計算法					

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	製造メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子		JCA−BM8060	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子		JCA−BM8060	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dl	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	コレステスト N HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	コレステスト N HDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子		JCA−BM8060	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	協和メデックス	デタミナーL LDL−C M
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	デタミナーL LDL−C
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーL LDL−C M
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	自動分析装置	LABOSPECT008K	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU5421	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002391901	mg／dL	計算法					
総胆汁酸	3F110000002327101	μmol／L	酵素法	日本電子		JCA−BM2250	カイノス	アクアオート カイノス TBA
総胆汁酸	3F110000002327101	μmol／L		日本電子		JXA−BM8030	カイノス	アクアオート カイノス TBA
総胆汁酸	3F110000002327101	μmol／L	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	カイノス	アクアオート カイノス TBA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	ng／mL	EIA	協和メデックス		AP−960	ヤマサ醤油	SP−Dキット「ヤマサ」EIA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	ng／mL	EIA法	協和メデックス		AP−X	協和メデックス	SP−Dキット「ヤマサ」EIA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	ng／mL	EIA	日立アロカメディカル		AEC−4000	ヤマサ醤油	SP−Dキット「ヤマサ」EIA Ⅱ
尿中ナトリウム	3H010000000126101	mEq／L		日本電子		JCA−BM2250		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	mEq／L	電極法	日本電子		JCA−BM6050		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L		日本電子		JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 NA電極
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	比較電極液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	積水メディカル	
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	mEq／L	イオン選択電極法				積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
尿中カリウム	3H015000000126101	mEq／L		日本電子		JCA−BM2250	日本電子	緩衝液
尿中カリウム	3H015000000126101	mEq／L	電極法	日本電子		JCA−BM6050		
尿中カリウム	3H015000000126101	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 K 電極
尿中カリウム	3H015000000126101	mEq／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L		日本電子		JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日本電子		JCA−BM8060	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7170	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 K 電極
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	比較電極液
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	第一化学薬品	
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター		AU5421	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター		AU2700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	mEq／L	イオン選択電極法				積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
尿中クロール	3H020000000126101	mEq／L		常光		C−200AP	常光	電解液・添加液・参照電極液
尿中クロール	3H020000000126101	mEq／L	電極法	日本電子		JCA−BM6050	日本電子	
尿中クロール	3H020000000126101	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 CL電極
尿中クロール	3H020000000126101	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L		日本電子		JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	日本電子		JCA−BM8060	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7170	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 CL電極
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		H7450	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	第一化学薬品	使用せず
クロール(Cl)	3H020000002326101	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ		H7700		
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター		AU5421	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター		AU2700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	mEq／L	イオン選択電極法				積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日本電子		JCA−BM8060	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ Mgレート Ⅱ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター		AU5431	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター		AU5421	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター		AU2700	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL		シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ディメンションエクスパンド	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	フレックスカートリッジ マグネシウム
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	mg／dL	酵素法				デンカ生研	Mg−S
マグネシウム(Mg)	3H025000002327201	mg／dL					カイノス	アクアオートカイノスMg
尿中カルシウム	3H030000000127101	mg／dL		日本電子		JCA−BM2250	和光純薬	カルシウムE−HR
尿中カルシウム	3H030000000127101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日本電子		JCA−BM6050	ニプロ	エスパ・Ca
尿中カルシウム	3H030000000127101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	東洋紡	ダイヤカラー・リキッドCa
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL		日本電子		JCA−BM8060	和光純薬	カルシウムE−HR
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日本電子		JCA−BM8060	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dl	オルトクレゾールフタレイン比色法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロファインCaⅡ
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	東洋紡	ダイヤカラー・リキッドCa
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	比色法(OCPC法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター		AU5431	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター		AU5421	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター		AU2700	セロテック	Ca−AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	mg／dL	クロロホスホナゾーⅢ				関東化学	シカフィットCa
イオン化カルシウム	3H035000002326101	mEq／L	イオン電極法	イオン電極法Ca++、ph補正Ca++全自動測定装置 NOVA CRT8	NOVA		ノババイオケミカル	NOVA CRT−8 試薬パック
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ニットーボー	N−アッセイ IP−H
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	クリニメイト IP−2
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	デタミナーL IP
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト IP−2
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト IP−2
無機リン(IP)	3H040000002327101	mg／dL	酵素法				東洋紡	ダイヤカラー・リキッド IP−S
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	日本電子		JCA−BM8060	和光純薬	無機リン−HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	無機リン−HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	無機リン−HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	協和メデックス	デタミナーL IPⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター		AU5431	和光純薬	無機リン−HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター		AU5421	和光純薬	無機リン−HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター		AU2700	和光純薬	無機リン−HRⅡ
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL		日本電子		JCA−BM8060	ニットーボー	N−アッセイ Fe(ニットーボー)
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日本電子		JCA−BM8060	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	バソフェナントロリン直接法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	Lタイプワコー Fe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	シノテスト	クイックオート ネオ Fe(K)
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	ベックマン・コールター		AU5431	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	ベックマン・コールター		AU5421	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	ベックマン・コールター		AU2700	シノテスト	クイックオート ネオFe
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL		日本電子		JCA−BM8030	シノテスト	クイックオート ネオ UIBC (Q)
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL		日本電子		JCA−BM8060	ニットーボー	N−アッセイUIBC−L ニットーボー
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日本電子		JCA−BM8060	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dl	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL	バソフェナントロリン直接法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	Lタイプワコー UIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL	比色法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	シノテスト	クイックオート ネオ UIBC(Q)
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	μg／dL	ニトロソ−PSAP法	ベックマン・コールター		AU5431	シノテスト	クイックオートネオUIBC

項目名称	検査・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	機器メーカー	機器型式	機器名	試薬メーカー	試薬名称
不飽和鉄結合能(UIBC)	31020000002327101	μg/dL	ニトロソ-PSAP法	ベックマン・コールター		AU5421	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	31020000002327101	μg/dL	ニトロソ-PSAP法	ベックマン・コールター		AU2700	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	31020000002381201	μg/dL	CPBA法	日立アロカメディカル		ARC-651	TFB	UIBCキット「第一」Ⅱ
不飽和鉄結合能(UIBC)	31020000002381201	μg/dL	CPBA法	日立アロカメディカル		ARC-300	TFB	UIBCキット「第一」Ⅱ
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T-BIL Ⅱ
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	総ビリルビン E-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	総ビリルビン E-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T-BIL Ⅱ
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	アルフレッサ ファーマ	ネスコートVL T-BIL
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	比色法(バナジン酸酸化法)	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー 緩衝液
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	ベックマン・コールター		AU5431	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	ベックマン・コールター		AU5421	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	化学酸化法	ベックマン・コールター		AU2700	和光純薬	総ビリルビンE-HRワコー
総ビリルビン(T-BIL)	3J010000002327101	mg/dL	酵素法(ビリルビンオキシターゼ法)				アルフレッサ ファーマ	ネスコート VL T-BIL
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	化学酸化法	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	直接ビリルビン E-HRワコー
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ D-BIL
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	和光純薬	直接ビリルビン E-HRワコー
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ D-BIL
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	アルフレッサ ファーマ	ネスコート VL D-BIL
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	和光純薬	直接ビリルビン E-HRワコー
直接ビリルビン(D-Bil)	3J015000002327101	mg/dL	化学酸化法			LABOSPECT008	和光純薬	直接ビリルビン E-HRワコー
間接ビリルビン(I-Bil)	3J020000002327101	mg/dL	酵素法					
間接ビリルビン(I-Bil)	3J020000002391901	mg/dL	計算					
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002300501	μIU/mL	RIA法					
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002302301	μIU/mL	ELISA法					
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305101	μIU/mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ケミルミ ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS-TSHⅢ ウルトラ
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305101	μIU/mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	μIU/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	μIU/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	μIU/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		Eモジュール	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	μIU/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002302101	pg/mL	EIA法					
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305101	pg/mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS-FT3 Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305101	pg/mL	CLIA	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS-FT3 Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305201	pg/mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス FT3-N
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305301	pg/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT3Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305301	pg/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT3Ⅱ
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002302101		EIA法					
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305101	ng/dL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS E-FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305101	ng/dL	CLIA	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS-FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305201	ng/dL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス FT4-N
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	ng/dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	ng/dL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	ng/dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
副甲状腺ホルモン (PTH)-インタクト	4C025000002305201	pg/mL	CLEIA法	ベックマン・コールター		Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス インタクトPTH
副甲状腺ホルモン (PTH)-インタクト	4C025000002305301	pg/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 PTH
副甲状腺ホルモン (PTH)-インタクト	4C025000002305301	pg/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 PTH
コルチゾール	4D040000002300501	μg/dL		アロカ株式会社		ARC-950	TFB	コルチゾール キット「TFB」
コルチゾール	4D040000002305301	μg/dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 コルチゾール
インスリン(IRI)	4G010000002302301	μU/mL	1ステップサンドイッチEIA法				東ソー	ST Eテスト「TOSOH」Ⅱ IRI免疫反応試薬
インスリン(IRI)	4G010000002305101	μU/mL	CLIA法	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	μU/mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur XP	協和メデックス	ケミルミ インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	μU/mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur	協和メデックス	ケミルミ インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	μU/mL	CLIA法	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305201	μU/mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPresto Ⅱ	富士レビオ	ルミパルスプレスト インシュリン
インスリン(IRI)	4G010000002305301	μU/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 インスリン
C-ペプチド(CPR)	4G020000002300501	ng/mL	RIA法				TFB	C-ペプチドキット「第一」Ⅲ
C-ペプチド(CPR)	4G020000002305101	ng/mL	CLIA法	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・Cペプチド
C-ペプチド(CPR)	4G020000002305101	ng/mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス		ADVIA Centaur	協和メデックス	ケミルミ C-ペプチド
C-ペプチド(CPR)	4G020000002305201	ng/mL	CELIA法	富士レビオ		ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスプレスト C-ペプチド
C-ペプチド(CPR)	4G020000002305301	ng/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 C-ペプチド
BNP	4Z271000002202301	pg/mL	1ステップサンドイッチEIA法				東ソー	E-テスト「TOSOH」ⅡBNP
BNP	4Z271000002205101	pg/mL	CLIA法	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・BNP-JP
BNP	4Z271000002205201	pg/mL	CLEIA	三菱化学メディエンス		STACIA	三菱化学メディエンス	ステイシアCLEIA BNP
BNP	4Z271000002205201	pg/mL	CLEIA	エイアンドティー		MI02	塩野義製薬	MI02 シオノギBNP
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	4Z272000002305301	pg/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT-proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	4Z272000002305301	pg/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		エクルーシス	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT-proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	4Z272000002305301	pg/mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ		Cobas e411	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT-proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)	4Z272000002305301	pg/mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT-proBNPⅡ
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1250	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1650	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8030	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgG-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)				三菱化学メディエンス	イアトロ IgG
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1650	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8030	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgA-SH(E)
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgA-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイTIA IgA-SH
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)				三菱化学メディエンス	イアトロ IgA
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1650	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8030	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgM-SH(E)
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgM-SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ TIA IgM-SH
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)				三菱化学メディエンス	イアトロ IgM
血清補体価(CH50)	5B010000002314201	U/mL	Mayer相対比濁度法	日本電子		JCA-BM1650	デンカ生研	オートCH50-L「生研」
血清補体価(CH50)	5B010000002314201	U/mL	Mayer相対比濁度法	日本電子		JCA-BM8060	デンカ生研	オートCH50-L「生研」
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	U/mL	リポソーム免疫測定法	日本電子		JCA-BM8030	和光純薬	補体価-HAテスト ワコー
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	U/mL	リポソーム免疫測定法	日本電子		JCA-BM8060	和光純薬	補体価-HAテスト ワコー
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	U/mL	リポソーム免疫測定法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	和光純薬	補体価-HAテスト ワコー
補体C3	5B023000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1650	ニットーボー	N-アッセイ TIA C3-SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8030	ニットーボー	N-アッセイ TIA C3-SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	自動分析装置 JCA-BM8060	JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ TIA C3-SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ TIA C3-SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)				和光純薬	オートワコー C3・N
補体C4	5B024000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM1650	ニットーボー	N-アッセイ TIA C4-SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8030	ニットーボー	N-アッセイ TIA C4-SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ TIA C4-SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N-アッセイ TIA C4-SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	mg/dL	免疫比濁法(TIA)				和光純薬	オートワコー C4・N
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	ラテックス凝集免疫法	日本電子		JCA-BM1250	栄研化学	LZテスト'栄研'β2-M
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L		日本電子		JCA-BM8030	栄研化学	LX試薬'栄研'β2-M-Ⅱ
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L		日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイ LA β2-MG-H Ⅱニットーボー
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	ラテックス凝集法	日本電子		JCA-BM8060	栄研化学	LX試薬'栄研'β2-M-Ⅱ
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	ラテックス凝集免疫法	日本電子		JCA-BM8000シリーズ	栄研化学	LZテスト'栄研'β2-M
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA-BioMajesty	栄研化学	LX試薬'栄研'β2-M-Ⅱ
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	デンカ生研	BMG-ラテックス×1「生研」
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	mg/L	ラテックス凝集免疫法	ベックマン・コールター		AU5421	栄研化学	LZテスト'栄研'β2-M
β2-マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	μg/mL	ラテックス凝集比濁法				デンカ生研	BMG-ラテックス×1「生研」
CRP(C反応性蛋白)定性	5C070000002311611			日立ハイテクノロジーズ		日立7600	栄研化学	LZテスト CRP-HG
CRP(C反応性蛋白)定性	5C070000002311611			日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	栄研化学	LZテスト CRP-HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL		日本電子		JCA-BM8060	ニットーボー	N-アッセイLA CRP-Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス免疫比濁法	日本電子		JCA-BM8060	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dl	ラテックス比濁法	日立ハイテクノロジーズ	08B2X10005001001	H7180	ニットーボー	N-アッセイLA CRP-Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL		日立ハイテクノロジーズ		H7600	栄研化学	LZテスト「栄研」CRP-HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス免疫比濁法	日立ハイテクノロジーズ		H7600	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	デンカ生研	CRPラテックスX2「生研」
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K	ニットーボー	N-アッセイLA CRP-Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL		日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008	栄研化学	LZテスト「栄研」CRP-HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス免疫比濁法	ベックマン・コールター		AU5431	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス免疫比濁法	ベックマン・コールター		AU2700	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	mg/dL	ラテックス凝集法				デンカ生研	CRPラテックスX2「生研」
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306301	mg/dL	ネフェロメトリー法	シーメンス		BN-Ⅱ	シーメンス	N-ラテックスCRPⅡ
トロポニン T	5C093000002305101	ng/mL	ECLIA	ロシュ		Cobas 8000	ロシュ	エクルーシス試薬トロポニンT hsSTAT
トロポニン I	5C094000002305101	ng/mL	CLIA	シーメンス		ディメンションエクスパンド	シーメンス	フレックスカートリッジ トロポニンI CTNI
フェリチン	5C095000002305101	ng/ml	CLIA	アボット	12B1X00001000005	アーキテクト i1000SR	アボット	アーキテクト フェリチン
フェリチン	5C095000002305101	ng/mL	CLIA	シーメンス		ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS-フェリチンⅡ
フェリチン	5C095000002305101	ng/mL	CLIA	シーメンス		ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS-フェリチンⅡ
フェリチン	5C095000002305201	ng/mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPresto Ⅱ	富士レビオ	ルミパルスプレスト フェリチン
フェリチン	5C095000002305201	ng/mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスプレスト フェリチン
フェリチン	5C095000002306201	ng/ml		日本電子		JCA-BM8060	極東製薬	ランピア ラテックス フェリチン
フェリチン	5C095000002306201	ng/ml	ラテックス凝集法	日本電子		JCA-BM8060	BML	オートフェリチン・BML-2G
フェリチン	5C095000002306201	ng/ml		日本電子		JCA-BM8030	栄研化学	LZテスト 栄研 FER (800回) H71
フェリチン	5C095000002306201	ng/ml	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	デンカ生研	FER-ラテックス×2「生研」CN
シアル化糖鎖抗原KL-6	5C210000002305201	U/mL	CLEIA	富士レビオ	13B3X10001000003	ルミパルスS	三光純薬	ルミパルス KL-6 エーザイ
シアル化糖鎖抗原KL-6	5C210000002305201	U/mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス KL-6 エーザイ
シアル化糖鎖抗原KL-6	5C210000002305301	U/mL	ECLIA	エーディア		ピコルミ8220	エーディア	ピコルミ KL-6
シアル化糖鎖抗原KL-6	5C210000002305301	U/mL	ECLIA	エーディア		ピコルミ	エーディア	ピコルミ KL-6

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	製造メーカー	機器型式	機器名	試薬メーカー	試薬名称
シアル化糖鎖抗原KL−6	5C210000002305301	U／mL	ECLIA	エーディア		ピコルミⅢ	エーディア	ピコルミ KL−6
シアル化糖鎖抗原KL−6	5C210000002306201	U／mL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	セキスイ	ナノピア KL−6 エーザイ
プロカルシトニン(PCT)	5C215000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 ブラームスPCT
プロカルシトニン(PCT)	5C215000002302401	ng／mL	LBA法				和光純薬	μTASワコーブラームス PCT
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305101	ng／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクトCEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305101	ng／mL	CLIA	シーメンス		ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS−CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305201	ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305201	ng／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CEAⅡ
α−フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305101	ng／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト AFP(2000回)
α−フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305101	ng／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクトAFP EX
α−フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305201	ng／ml	CLEIA	富士レビオ	13B3X10001000003	ルミパルスS	富士レビオ	AFP−N免疫反応カートリッジ
α−フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305201	ng／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト AFP
α−フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 AFPⅡ
AFP−LCA分画−依頼	5D018000002302400		LBA−EATA法	和光純薬		ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP−L3
AFP−LCA分画−ソウ	5D018000002302401	ng／mL	LBA−EATA法	和光純薬		ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP−L3
AFP−LCA分画−L1	5D018000002302451	%	LBA−EATA法	和光純薬		ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP−L3
AFP−LCA分画−L3	5D018000002302453	%	LBA−EATA法	和光純薬		ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP−L3
CA125	5D100000002305101	U／ml	CLIA	アボット	12B1X00001000005	アーキテクト i1000SR	アボット	アーキテクト CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305101	U／mL	CLIA	シーメンス		ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS−CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305201	U／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305201	U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス OVモニター
CA125	5D100000002305301	U／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA125
CA15−3	5D120000002305101	U／mL	CLIA	シーメンス		ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS−CA15−3Ⅲ
CA15−3	5D120000002305201	U／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA15−3
CA15−3	5D120000002305201	U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス BRモニター
CA15−3	5D120000002305301	U／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA15−3Ⅱ
CA19−9	5D130000002305101	U／mL	CLIA	シーメンス		ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS−CA19−9Ⅱ
CA19−9	5D130000002305201	U／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA19−9
CA19−9	5D130000002305201	U／mL	CLEIA	シーメンスヘルスケア		ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS−CA19−9Ⅱ
CA19−9	5D130000002305201	U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス GIモニター
CA19−9	5D130000002305301	U／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA19−9Ⅱ
DUPAN−2	5D170000002302301	U／mL	EIA	協和メデックス		AP−X	協和メデックス	デタミナーDUPAN−2
DUPAN−2	5D170000002302301	U／mL	EIA	ラボシステムズ		イムノリーダー(マルチスキャン)	協和メデックス	デタミナーDUPAN−2
シアリルLeX−i抗原(SLX)	5D175000002300601	U／mL	IRMA	日立アロカメディカル		ARC−950	大塚製薬	SLX「オーツカ」
シアリルLeX−i抗原(SLX)	5D175000002300601	U／mL	IRMA	ワラック		WALLAC 1460SRL	大塚製薬	SLX「オーツカ」
SPan−1	5D220000002300601	U／mL	IRMA	日立アロカメディカル		ARC−950	TFB	SPan−1・リアビーズ
SPan−1	5D220000002300601	U／mL	IRMA	ワラック		WALLAC 1460SRL	TFB	SPan−1・リアビーズ
扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	5D300000002305101	ng／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・SCC
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002302301	ng／mL	EIA	日本アドバンストテクノロジー		EMS−01	DSファーマバイオメディカル	マーキットMPA
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305101	ng／mL	CLIA	日本DPC	IMMULIZE 2000	IMMULIZE 2000	三菱化学メディエンス	DPC・イムライズ HS−PSA Ⅱ
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305101	ng／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・PSA
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305201	ng／mL	CLEIA	シーメンス		IMMULIZE2000	シーメンス	シーメンス・イムライズHS−PSAⅡ
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305201	ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		アクセス	ベックマン・コールター	アクセス ハイブリテックPSA 試薬パック(#7691)
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305201	ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター		UniCel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス ハイブリテックPSA
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス PSAⅡ
組織ポリペプチド抗原(TPA)	5D320000002300601	U／L	IRMA	ワラック		WALLAC 1460SRL	DiaSorin Inc	プロリフィゲンTPA−M「SML」
組織ポリペプチド抗原(TPA)	5D320000002300601	U／L	IRMA	ワラック		WALLAC 1460SRL	セティ・メディカルラボ	プロリフィゲンTPA−M「SML」
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5D325000002305201	ng／mL	CLEIA	富士レビオ	13B3X10001000003	ルミパルスS	富士レビオ	ルミパルスⅠ シフラ
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5D325000002305201	ng／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト シフラ
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5D325000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬シフラ
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5D410000002300601	ng／mL	IRMA				セティ・メディカルラボ	プロリフィゲンNSEキット「SML」
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5D410000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ	全自動免疫測定装置	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬NSE
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5D410000002305301	ng／mL	ECLIA	ロシュ		モジュラーアナリティクス	ロシュ	エクルーシス試薬NSE
PIVKA−Ⅱ	5D520000002302401	mAU／mL	LAB−EATA	和光純薬工業株式会社		ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー PIVKAⅡ
PIVKA−Ⅱ	5D520000002305201	mAU／mL	CLEIA				協和メディックス	デタミナーCL PIVKA−Ⅱ
PIVKA−Ⅱ	5D520000002305201	mAU／mL	CLEIA				富士レビオ	ルミパルスPIVKA−Ⅱ エーザイ
PIVKA−Ⅱ	5D520000002305301	mAU／mL	ECLIA	エーディア	電気化学発光自動免疫測定装置	ピコルミ8220	エーディア	ピコルミPIVKA−Ⅱ
PIVKA−Ⅱ	5D520000002305301	mAU／mL	ECLIA	エーディア		ピコルミⅢ	エーディア	ピコルミPIVKA−Ⅱ
PIVKA−Ⅱ	5D520000002305301	mAU／mL	ECLIA	エーディア		ピコルミ	エーディア	ピコルミPIVKA−Ⅱ
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	5D555000002302301	pg／mL	EIA				シスメックス	イムノチェック・t−ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	5D555000002302301	pg／mL	EIA				富士レビオ	セラムラボProGRP測定キット
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	5D555000002305101	pg／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	5D555000002305101	pg／mL	CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	5D555000002305201	pg／mL	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスプレスト ProGRP
尿中レジオネラ抗原	5E056000000102311		ELISA	バイオ・ラッド		マイクロプレートリーダーモデル3550	Biotest	レジオネラ抗原「ミツビシ」
尿中レジオネラ抗原	5E056000000119011		イムノクロマト				極東製薬	Qライン極東レジオネラ
梅毒STS(RPR)定性−依頼	5E074135102311700		カルジオリピン凝集反応					
梅毒STS(RPR)定性−測定値	5E074135102311701	RU	沈降反応	日本電子		JCA−BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS(RPR)定性−測定値	5E074135102311701	RU					エーディア	RPRテスト 三光
梅毒STS(RPR)定性−測定値	5E074135102311701	RU	沈降反応	日立		H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒STS(RPR)定性−判定	5E074135102311711			日本電子		JCA−BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS(RPR)定性−判定	5E074135102311711						エーディア	RPRテスト 三光
梅毒STS(RPR)定性−判定	5E074135102311711		沈降反応	日立		H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒STS(RPR)	5E074135202311701	RU	沈降反応	日本電子		JCA−BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS(RPR)	5E074135202311701	RU	沈降反応	日立		H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒TP抗体−依頼	5E075000002306200							
梅毒TP抗体−依頼	5E075000002310300							
梅毒TP抗体定性−依頼	5E075135102305100		CLIA			ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性−判定	5E075135102305111		CLIA			ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性−COI	5E075135102305133	COI(S／CO)	CLIA			ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性−依頼	5E075135102306200	−	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性−判定	5E075135102306211	−	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性−測定値	5E075135102306201	TU	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性	5E075135102319011		イムノクロマト				富士レビオ	エスプラインTP
梅毒TP抗体定量−依頼	5E075135202305100		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−依頼	5E075135202305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−判定	5E075135202305111		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−判定	5E075135202305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−COI	5E075135202305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−COI	5E075135202305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量−依頼	5E075135202305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量−判定	5E075135202305211		CLEIA	富士レビオ		ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量−COI	5E075135202305233	COI(S／CO)	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	日本電子		JCA−BM2250	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	TU	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	日本電子		JCA−BM1250	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	日本電子		JCA−BM9030	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	日本電子		JCA−BM9130	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	ベックマン・コールター		AU5421	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	U／mL	ラテックス比濁法	ベックマン・コールター		AU2700	シマ研究所	ラピディアオートTP
梅毒TP抗体半定量−依頼	5E075135302306200		LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302306205	T. U. (Titer Unit)	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子		JCA−BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体半定量−依頼	5E075135302306200		ラテックス凝集比濁法	日本電子		バイオマジェスティ L800	極東製薬	メディエース TPLA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302306205	倍	ラテックス凝集比濁法	日本電子		バイオマジェスティ L800	極東製薬	メディエース TPLA
梅毒TP抗体半定量−依頼	5E075135302310300		PA	高電工業		IR20	富士レビオ	セロディアーTP・PA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302310305	倍	PA	高電工業		IR20	富士レビオ	セロディアーTP・PA
梅毒TP抗体半定量−依頼	5E075135302310300		PHA				富士レビオ	セロディア TP(500回)
梅毒TP抗体半定量	5E075135302310305	倍	PHA				富士レビオ	セロディア TP(500回)
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002319011		イムノクロマト法				TFB	イムノカードマイコプラズマ
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002311611		粒子凝集反応				富士レビオ	セロディア MYCOⅡ
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002311611		受身凝集反応				シノテスト	イムノティクルスMYCO
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002314105	倍	CF				デンカ生研	肺炎マイコプラズマCF試薬「生研」
(1→3)β−Dグルカン	5E151000001927101	pg／mL	合成基質法				生化学工業	ファンギテックGテストMK
(1→3)β−Dグルカン	5E151000001929701	pg／mL	ゲル化反応				和光純薬	β−グルカン ワコー
HBs抗原定性	5F016141002302311		EIA	日立アロカメディカル		Accuflex EL−4000	シーメンス	エンザイグノスト HBsAg5.0
HBs抗原定性−依頼	5F016141002305300		ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性−判定	5F016141002305311		ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性−測定値	5F016141002305333		ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性	5F016141002311611		磁性化粒子凝集法(MAT法)			用手法	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原定性	5F016141002319011		イムノクロマト				富士レビオ	エスプラインHBsAg
HBs抗原半定量	5F016141002310405	倍	RPHA				特殊免疫研究所	マイセルⅡHBsAg
HBs抗原半定量	5F016141002311705	倍	磁性化粒子凝集法(MAT法)	高電工業		IR20	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原半定量	5F016141002311705	倍	磁性化粒子凝集法(MAT法)	バイオテック		ハルクスオートⅠ	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原−依頼	5F016141002305100		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−依頼	5F016141002305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−測定値	5F016141002305101	IU／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HBsAg QT(2000回)
HBs抗原−測定値	5F016141002305101	IU／ml	CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−測定値	5F016141002305101	IU／ml	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−判定	5F016141002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HBsAg QT(2000回)
HBs抗原−判定	5F016141002305111		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−判定	5F016141002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原−依頼	5F016141002305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗原−測定値	5F016141002305201	mIU／ml	CLEIA	富士レビオ		ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗原−判定	5F016141002305211		CLEIA	富士レビオ		ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗体定性−依頼	5F016143002305300		ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体定性−判定	5F016143002305311		ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体定性−測定値	5F016143002305301	IU／L	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体半定量	5F016143002310305	倍	PHA				特殊免疫研究所	マイセルⅡanti−HBs
HBs抗体半定量	5F016143002310305	倍	PHA	バイオテック		ハルクスオートⅠ	特殊免疫研究所	マイセルⅡanti−HBs

JLAC10運用事例表

項目名称	依頼・結果	結果単位	測定方法	機器試薬使用例				
	JLAC10(17桁)		測定法	機器メーカー	機器型式	機種名	試薬メーカー	試薬名称
HBs抗体半定量	5F016143002310305	倍	PHA	富士レビオ		FASTEC535	特殊免疫研究所	マイセルⅡ anti-HBS
HBs抗体－依頼	5F016143002305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－測定値	5F016143002305101	mIU／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－測定値	5F016143002305101	mIU／mL	CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・オーサブ(500回)
HBs抗体－判定	5F016143002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－判定	5F016143002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・オーサブ(500回)
HBs抗体－依頼	5F016143002305200		CLEIA	富士レビオ			富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
HBs抗体－測定値	5F016143002305201	COI	CLEIA	富士レビオ			富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
HBs抗体－判定	5F016143002305211		CLEIA	富士レビオ			富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
咽頭アデノウィルス抗原	5F150141008419011		イムノクロマト				TFB	イムノカードSTアデノウイルス「咽喉頭用」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C10, C11)	5F194142101917300		間接酵素抗体法(アンチゲネミア)				三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C10, C11)陽性細胞1	5F194142101917351		間接酵素抗体法(アンチゲネミア)				三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C10, C11)陽性細胞2	5F194142101917352		間接酵素抗体法(アンチゲネミア)				三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C7－HRP)	5F194142201917400		直接酵素抗体法				TFB	CMV抗原テスト「テイジン」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C7－HRP)陽性細胞数	5F194142201917451		直接酵素抗体法				TFB	CMV抗原テスト「テイジン」
サイトメガロウイルスpp65抗原(C7－HRP)全細胞数	5F194142201917452		直接酵素抗体法				TFB	CMV抗原テスト「テイジン」
HCV抗体定性－依頼	5F360148002305100		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－判定	5F360148002305111		CLIA		12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－依頼	5F360148002302400		EIA	アボット		AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－力価	5F360148002302404	CO	EIA	アボット		AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－判定	5F360148002302411		EIA	アボット		AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－COI	5F360148002302433	COI(S／CO)	EIA	アボット		AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－依頼	5F360148002305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－判定	5F360148002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－COI	5F360148002305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－依頼	5F360148502305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－力価	5F360148502305204	CO		富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－判定	5F360148502305211			富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－COI	5F360148502305233	COI(S／CO)		富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－依頼	5F360148002305100		CLIA	アボット		ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－依頼	5F360148002305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－力価	5F360148002305104	CO				ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－力価	5F360148002305104	CO	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－判定	5F360148002305111					ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－判定	5F360148002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－COI	5F360148002305133	COI(S／CO)				ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－COI	5F360148002305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－依頼	5F360148502305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－力価	5F360148502305204	CO	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－判定	5F360148502305211		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－COI	5F360148502305233	COI(S／CO)	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCVコア蛋白	5F360150002302301	fmol／L	EIA	日立アロカメディカル		ルミスポットLS－2000	栄研化学	ルミスポット"栄研"HCV抗原
HCVコア蛋白	5F360150002305101	fmol／L	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV Ag
HCVコア蛋白	5F360150002305201	fmol／L	CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルス オーソ HCV抗原
HTLV－Ⅰ抗体定性－依頼	5F450149102305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体定性－判定	5F450149102305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体定性－依頼	5F450149102305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体定性－判定	5F450149102305211		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	倍	PA	三光純薬株式会社		SPR－30	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	倍	PA	富士レビオ		FASTEC401	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	倍	PA	高電工業		IR20	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量・判定	5F450149702311711		PA				富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体－依頼	5F450149202305100		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－判定	5F450149202305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－COI	5F450149202305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－依頼	5F450149202305200		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体－判定	5F450149202305211		CLEIA	富士レビオ		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体－COI	5F450149202305233	COI(S／CO)	CLEIA			ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体WB法－依頼	5F450143002383300		ウエスタンブロット					
HTLV－Ⅰ抗体WB法－別紙報告	5F450143002383349		ウエスタンブロット					
HTLV－Ⅰ抗体WB法－判定	5F450143002383311		ウエスタンブロット					
HIV－1, 2抗体定性－依頼	5F560143002305200		CLEIA	オーソ		ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1, 2抗体
HIV－1, 2抗体定性－判定	5F560143002305211		CLEIA	オーソ		ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1, 2抗体
HIV－1, 2抗体定性－測定値	5F560143002305233	COI(S／CO)	CLEIA	オーソ		ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1, 2抗体
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－依頼	5F560155002302300		ELISA	シーメンス		BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－測定値	5F560155002302304	吸光度	ELISA	シーメンス		BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－判定	5F560155002302311		ELISA	シーメンス		BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－依頼	5F560155002305100		CLIA	アボット	12B1X00001000005	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－判定	5F560155002305111		CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
HIV－1, 2抗原, 抗体定性－測定値	5F560155002305133	COI(S／CO)	CLIA	アボット		ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
ロタウィルス抗原定性(便)	5F610141001519011		イムノクロマト				TFB	イムノカードSD・ロタアデノ
抗核抗体(LE因子)	5G010000002311611		ラテックス凝集法			－	日本凍結乾燥	LE ラテックステスト (KW)
抗核抗体定性－依頼	5G010135102316100		蛍光抗体法					
抗核抗体定性－判定	5G010135102316111		蛍光抗体法					
抗核抗体定性－型	5G010135102316152		蛍光抗体法					
抗核抗体定量－依頼	5G010000002316200		蛍光抗体法					
抗核抗体定量－判定	5G010000002316211		蛍光抗体法					
抗核抗体定量－抗体価	5G010000002316251		蛍光抗体法					
抗核抗体定量－抗体価	5G010000002316251	倍	蛍光抗体法			用手法	MBL	HEPANAテスト 12穴基質スライド(4800穴)
抗核抗体定量－型	5G010000002316252		蛍光抗体法					
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス		BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス		BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス		BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス		BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－散在斑点型	5G010000002316257	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－散在斑点型	5G010000002316257	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－細胞質型	5G010000002316258	倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス		BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－細胞質型	5G010000002316258	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗核抗体定量－その他	5G010000002316259	倍	蛍光抗体法(FAT)					
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	IU／mL	RIA硫安塩析法	ワラック		WALLAC 1460SRL	三菱化学メディエンス	リコンビジェン抗DNAⅡキット
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	IU／mL	RIA(硫安塩析法)	日立アロカメディカル		ARC－950	三菱化学メディエンス	リコンビジェン 抗DNAⅡキット
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	IU／mL	RIA(硫安塩析法)			ARC－950M	三菱化学メディエンス	リコンビジェン 抗DNAⅡキット
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002304401	U／mL	蛍光酵素免疫測定法				ファディア	EliA dsDNA
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	U／mL	ELISA	日立アロカメディカル		AccuFLEX EL－4000	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	U／mL	ELISA	協和メデックス		AP－X	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	U／mL	ELISA	協和メデックス		AP－960	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM1250	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM2250	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM8060	日水製薬	オートTIA RF N「ニッスイ」
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM9020	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM9130	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	U／mL	免疫比濁法(TIA)	ベックマン・コールター		AU5421	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量・判定	5G160000002306111		免疫比濁法(TIA)	日本電子		JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306201	U／mL	LA(ラテックス凝集比濁法)	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロRFⅡ
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306201	U／mL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ		H7700	デンカ生研	RF ラテックスX1「生研」
リウマトイド因子(RF)定性	5G160000002311611		ラテックス凝集法		目視判定	目視判定	栄研化学	RA77"栄研"
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	倍	PA	三光純薬株式会社		SGR－300	富士レビオ	セロディアーRA
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	倍	PA	高電工業株式会社		IR20	富士レビオ	セロディアーRA
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	倍	PA	バイオテック		ハルクスⅡオート	富士レビオ	セロディアーRA
TSHレセプター抗体(TRAb)－依頼	5G310000002300500		RRA	日立アロカメディカル		ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)－判定	5G310000002300511		RRA	日立アロカメディカル		ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)－結合阻害率	5G310000002300534	%	RRA	日立アロカメディカル		ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)・判定	5G310000002300511		RRA	ワラック		γ－カウンター(WALLAC 1460SRL)	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)・結合阻害率	5G310000002300534	%	RRA	ワラック		γ－カウンター(WALLAC 1460SRL)	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)定量	5G310000002300501	IU／L	RRA	日立アロカメディカル		ARC－950	ヤマサ醤油	DYNOtest TRAb Human キット「ヤマサ」
TSHレセプター抗体(TRAb)定量	5G310000002302301	IU／L	ELISA			AP－960	コスミック	TRAb第3世代「コスミック」
TSHレセプター抗体(TRAb)第3世代	5G310000002305301	IU／L	ECLIA	ロシュ		コバス 6000	ロシュ	エクルーシス試薬 TRAb
TSHレセプター抗体(TRAb)第3世代	5G310000002305301	IU／L	ECLIA	ロシュ		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 TRAb
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002302301	U／mL	EIA	協和メデックス		AP－X	BML	IL－2Rテスト・BML
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002302301	U／mL	ELISA	協和メデックス		AP－X	協和メデックス	セルフリーN IL－2R
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002305201	U／mL	CLEIA	シーメンス		IMMULIZE2000	シーメンス	シーメンス・イムライズ IL－2RⅡ
24時間クレアチニンクリアランス	8A025000009827101	ml／min	可視吸光度法					
24時間クレアチニンクリアランス・1日量	8A025000009827126	L／day	可視吸光度法					
推定糸球体濾過率(eGFR):クレアチニン	8A065000002391901	mL／min	計算	日立ハイテクノロジーズ		H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
推定糸球体濾過率(eGFR):クレアチニン	8A065000002391901	mL／min	計算	日立ハイテクノロジーズ		LABOSPECT008K		
推定糸球体濾過率(eGFR):クレアチニン	8A065000002391901	mL／min／1.73mxm	計算					