

プリオン病の二次感染リスク者のフォローアップに関する研究

研究分担者：齊藤延人 東京大学医学部附属病院

研究協力者：高柳俊作 東京大学医学部附属病院

研究要旨（プリオン病の二次感染リスク者のフォローアップに関する研究）

手術器具等を介したプリオン病の二次感染リスク保有可能性者のフォローアップを行っている。事案発生時には該当施設の現地調査を行い、リスク保有可能性者の経過観察の支援を行い、発症のリスクを検討している。これまでのところ、プリオン病の二次感染事例はない。

A. 研究目的

本研究の目的は、手術後にプリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病)と判明した患者に使用した器具を用いて手術を受けたリスク保有可能性者発生の実態状況の把握と、定期的な神経学的異常の確認、心理的苦痛のフォローアップをおこなうことである。クロイツフェルト・ヤコブ病インシデント委員会として、調査研究を行っている。

B. 研究方法

プリオン病のサーベイランス調査研究に参加し、その内容を分析・検討することにより、プリオン病の二次感染予防リスクのある事例を抽出・検討する。該当する施設の現地調査を行い、リスクに関連する手術機器を検討する。また、リスク保有可能性者の経過観察の支援を行い、発症のリスクを検討する。

(倫理面への配慮)

金沢大学および国立精神・神経医療研究センターの倫理委員会で承認を得ている。

C. 研究結果

1) 新規インシデント事例

平成 28 年は新規インシデント事案が 2 件あり、ともに現地調査を行った。

(1 例目の調査概要)

本症例は、当該病院で、2014 年 3 月に、両側慢性硬膜下血腫の手術を施行し、2014 年 12 月、進行性認知障害などで発症し、CJD と診断されたケースであった。手術器械の滅菌方法を確認したところ、Washer disinfectant で洗浄していない器械でも、その後のオートクレーブ滅菌が 135 8 分しか行われていなかった。リスク保有可能性者としては、23 人がピックアップされた。

(2 例目の調査概要)

本症例は、遺伝性 CJD (P102L 変異) の症例で、2014 年 7 月に、当該病院で脳動脈瘤に対するクリッピング術を行い、2015 年 9 月に、CJD が発症したケースであった。手術器械の滅菌方法を確認したところ、Washer disinfectant で洗浄していない器械でも、その後のオートクレーブ滅菌が 134 8 分しか行われて

いなかったなど、不十分な状況であった。
リスク保有可能性者としては、10人が
ピックアップされた。

- 2) これまでに17事例がフォローアップの
対象となっている。このうち今年度末ま
でに4事例の10年間のフォローアップ
期間が終了している。これまでのところ、
二次感染の発生はない。

D. 考察

近年、多くの神経変性疾患の原因蛋白が、
プリオンとしての性質を有していて、動物
の脳へ伝達可能である事が判明してきて
いる。そのため、今回、アルツハイマー病
やパーキンソン病の患者が、脳深部刺激療
法や脳腫瘍の手術を受ける事で、手術器具
の汚染とそれを介した感染を起こす可能
性があるかという事に関して、多方面から、
文献などの情報収集を行い、検討を行った。
その結果、現時点では、病気自体が、感染・
発症する、明らかなデータはない事が判明
した。今後も、この点に関しては、最新の
文献などに注意して、適宜、検討を行って
いく予定である。

E. 結論

引き続き、プリオン病の二次感染予防リ
スクのある事例について、現地調査を含め
てフォローを行い、日本脳神経外科学会な
どで啓発活動を行う。

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定含む。)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし